



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI N. 1 SISTEMA COMPUTERIZZATO PER PROVE DA SFORZO IN FABBISOGNO AL POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO DEL P.O. MILANI DI NOVENTA VICENTINA. ID SINTEL: 143303944 – CIG: Z2632BEBF8

Domanda: Con la presente siamo a chiedere di confermare se la procedura abbia ad oggetto un noleggio o un acquisto. L'oggetto di gara riporta l'indicazione "noleggio annuale" ma tale richiesta non pare collimare con la previsione di garanzia full-risk 24 mesi e relative condizioni

Risposta: Trattasi di una procedura per l'acquisto di sistema di sforzo. L'indicazione "noleggio annuale" è un refuso. Nella sezione documentazione della procedura di gara è stato pubblicato il disciplinare di gara corretto.

Domanda: Si chiede di specificare se il sistema frenante del Treadmill richiesto consista in pulsante per stop di emergenza

Risposta: Si conferma che il sistema frenante deve essere inteso per sistema di emergenza.

Domanda: Si chiede di specificare quali siano i protocolli utilizzati per le liste di lavoro e quale sia il PACS/Cartella clinica del sistema ospedaliero in oggetto

Risposta: Al momento tali apparecchiature, già esistenti in Azienda anche più recenti, non sono collegate a nessun tipo di cartella clinica. Nell'ottica di implementazione del nuovo progetto della gara regionale per il SIO, il requisito è da ritenersi obbligatorio per le prossime implementazioni future.

Domanda: In considerazione delle attuali tecnologie che permettono la registrazione e la memorizzazione completa dell'esame, nonché la possibilità di visualizzarlo sull'ampio display 24" e decidere immediatamente se stampare l'intero tracciato o il singolo evento, si chiede se è ammesso l'utilizzo della sola stampante laser A4 anche per la stampa del tracciato ECG, in alternativa alla tradizionale stampante termica, con una notevole riduzione dell'utilizzo di carta e dei costi di gestione dell'esame in generale.

Risposta: Si accetta la soluzione unica come da richiesta

Domanda: Il capitolato richiede due stampanti (una termica e una laser). Il criterio di aggiudicazione è quello del miglior offerente, tenuto conto di elementi economici e tecnici ma senza dettagliare il peso delle componenti tecniche. Il chiarimento dice che la mancanza di stampante termica non è causa di esclusione ma quotare una stampante invece di due comporta una netta variazione del prezzo al ribasso.

Si prega di chiarire cosa la Vostra struttura necessita per il principio di par condicio tra tutti i concorrenti (una sola stampante laser, una stampante laser e una termica ovvero se l'offerta di entrambe sarà considerata preferenziale rispetto al minor prezzo con una sola stampante oppure no)

Risposta: La valutazione delle offerte sarà demandata ad un gruppo di esperti che verificherà la capacità di quanto offerto a soddisfare le esigenze dell'Azienda Ulss n. 8 Berica.

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto