ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA (STRUMENTO E REAGENTI) PER LA DIAGNOSI SIEROLOGICA IN MONODETERMINAZIONE CON METODO IN CHEMILUMINESCENZA (CLIA) E IN IMMUNOENZIMATICA CON MICROPIASTRA (ELISA) PER L'U.O.C. DI MICROBIOLOGIA.

L'Azienda U.L.SS. n.8 Berica, intende acquisire, 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., reagenti e strumento di ultima generazione in grado di eseguire con la massima automazione e minimo intervento dell'operatore sia metodiche in ELISA sia monodeterminazioni in CLIA sullo stesso strumento per l'U.O.C. di Microbiologia dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica.

Caratteristiche minime:

- Lo strumento deve essere in grado di eseguire monodeterminazioni in CLIA con dispostivi o strip barcodate pronti all'uso;
- Lo strumento deve essere in grado di eseguire test con metodiche ELISA in micropiastra, con possibilità di caricare almeno due micropiastre;
- Processazione di provetta primaria e/o aliquota con possibilità di caricamento di provette con diametro diverso;
- Monitoraggio e tracciabilità di tutte le fasi del processo analitico;
- ➤ Il sistema deve essere validato CE/IVD:
- ➤ Il sistema richiesto deve essere corredato di tutta la strumentazione necessaria all'utilizzo dei kit:
- Il sistema dovrà essere dotato di interfacciamento bidirezionale. con il LIS del Laboratorio di Microbiologia.

Il sistema attualmente in uso è il "THUNDERBOLT EIA-CL" fornito dalla ditta Alifax S.r.l.

Le ditte che disponessero di analoghi sistemi ed interessate alla fornitura possono far pervenire la documentazione di seguito specificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, entro le ore 15:00 del 05.10.2021, recante la dicitura "SISTEMA PER DIAGNOSI SIEROLOGICA/CV".

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche da cui risulti la composizione e le modalità di utilizzo del dispositivo;
- Elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito tale dispositivo ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444.75.31.21, fax 0444.75.34.07, email: cinzia.veronese@aulss8.veneto.it.

Responsabile del procedimento: Cinzia Veronese

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

F.to IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Miotto Giorgio