

**AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA (STRUMENTI E REAGENTI) PER L'ESTRAZIONE AUTOMATICA DNA/RNA PER IL LABORATORIO DELL'U.O.C. DI EMATOLOGIA DELL'AZIENDA-U.L.SS. 8 BERICA
ID: 144750177
CIG 887528440D**

CHIARIMENTI

A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta in merito alla richiesta di preventivi di cui all'oggetto, si precisa quanto segue:

Quesito

Si richiede di confermare relativamente all' Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA - Caratteristiche minime della strumentazione, il volume di partenza per estrazione da 0.2 ml ad almeno 4 ml, nello specifico "almeno 4 ml".

Risposta:

Si rettifica la caratteristica "almeno 4 ml" in "almeno 2 ml" pertanto la caratteristica minima richiesta sarà:

- volume di partenza per estrazione da 0.2 ml ad almeno 2 ml**

**IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
F.to Dott. Miotto Giorgio**