

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE E DEI CAMPIONI RELATIVI ALLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI VARI PER LE U.O.C. DI OCULISTICA”

Il giorno 03/02/2021 alle ore 9.00 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 89826/2020 del 25/09/2020, incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonché all’attribuzione del punteggi di qualità.

La Commissione è così composta:

Presidente: Dr.ssa Milena Lauri c/o U.O.C. di Farmacia Distretto Est- A.Ulss 8 Berica

Componenti: Dr. Sandro Soldati c/o U.O.C. di Oculistica, Distretto Est Az.Ulss 8 Berica;

Sig.ra Antonietta Soldà c/o U.O.C. di Oculistica, Distretto Est Az.Ulss 8 Berica;

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constatato che alla gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- ❖ Alcon Italia
- ❖ Alfa Intes
- ❖ Amadir
- ❖ AMR
- ❖ Bausch & Lomb lom spa
- ❖ Beaver Visitec International Sales ltd
- ❖ BP srl
- ❖ Diemme
- ❖ D.O.R.C. Italy srl
- ❖ Emmeci4
- ❖ Gaman
- ❖ Monico
- ❖ Tecnoftalmica
- ❖ T.M.T. srl Triveneta Medical Technology

ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, dott. Giorgio Miotto, i documenti tecnici prodotti dalle ditte, la Commissione procede alla verifica della documentazione ivi contenuta.

Il Presidente richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato Speciale di gara:

Per i lotti 1-2-3-4-5-l’aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

Per i lotti 6-7-8-9-10-11-12-13, l’aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016:

A) PREZZO: punteggio massimo punti 30

B) QUALITA’: punteggio massimo punti 70

Il punteggio relativo alla qualità verrà suddiviso in base ai criteri e pesi di seguito individuati:

Lotto	Criteri di Valutazione della qualità	PUNTI MAX
<u>Lotto 6</u>	Nitidezza visione	30
	Stabilità di appoggio	20
	Ampiezza del campo visivo	20
<u>Lotto 7</u>	Precisione del taglio	20
	Sicurezza nell’utilizzo	20

	Ergonomia del dispositivo	15
	Disponibilità di diametri	15
<u>Lotto 8</u>	Precisione del taglio	25
	Mantenimento della suzione	25
	Ergonomia del dispositivo	20
<u>Lotto 9</u>	Ergonomia del dispositivo	30
	Efficacia della presa dei tessuti	40
<u>Lotto 10</u>	Ergonomia del dispositivo	30
	Sicurezza della presa dei tessuti retinici	20
	Stabilità della presa dei tessuti retinici	20
<u>Lotto 11</u>	Iperono e tendenza all'emulsione	20
	Facilità di infusione e rimozione	20
	Trasparenza negli scambi PFCL/PDMS ARIA/PDMS	30
<u>Lotto 12</u>	Iperono e tendenza all'emulsione	20
	Facilità di infusione e rimozione	20
	Trasparenza negli scambi PFCL/PDMS ARIA/PDMS	30
<u>Lotto 13</u>	Facilità di inserimento e rimozione	30
	Capacità di protezione dell'iride	40

Le ditte che dovessero conseguire un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70, non saranno ammesse alla successiva fase di gara.

La Commissione rileva che la documentazione richiesta è stata presentata.

La Commissione inizia la valutazione della documentazione tecnica e della campionatura pervenuta e rileva quanto segue:

LOTTO 1

- ❖ Ditta Amadir: , Il certificato marchio CE risulta scaduto il 14/07/2020. Per il sub-lotto C il dispositivo offerto è della tipologia "sottoretinica" anziché per "iniezione /aspirazione fluidi viscosi" come richiesto nel capitolato di gara: NON IDONEO.
- ❖ Ditta Beaver Visitec International Sales Ltd: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta DIEMME: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Tecnoftalmica: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO

LOTTO 2

- ❖ Ditta Monico: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. IDONEO

LOTTO 3

- ❖ Ditta Amadir: il certificato marchio CE scade il 10/04/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Bausch & Lomb: Il certificato marchio CE risulta scaduto il 18/10/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO

- ❖ Ditta BP: I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta DIEMME: il certificato marchio CE scade il 05/04/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta DORC: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. Il dispositivo offerto è nella formulazione di siringa preriempita e non di fiala come indicato nel disciplinare di gara: NON IDONEO
- ❖ Ditta Gaman: il certificato marchio CE scade il 21/02/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta TMT: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO

LOTTO 4

- ❖ Ditta Amadir: il certificato marchio CE scade il 10/04/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta DIEMME: il certificato marchio CE scade il 05/04/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta DORC: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta TMT: il dispositivo offerto è nella formulazione multiuso e non monouso come indicato nel disciplinare di gara: NON IDONEO

LOTTO 5

- ❖ Ditta AMR: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta Beaver: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.

LOTTO 6

I componenti della Commissione rilevano che, nella documentazione presentata, mancano alcuni dati per poter effettuare una valutazione uniforme; pertanto si decide di chiedere integrazione alle ditte della seguente documentazione: potere diottrico della lente, entità ingrandimento, ampiezza espressa in gradi del visual field.

Una volta acquisiti tali dati si procederà alla valutazione del lotto.

LOTTO 7: nessuna offerta

LOTTO 8

- ❖ Ditta TMT: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO

Viene consegnata agli utilizzatori la campionatura del lotto 8.

La riunione si conclude alle ore 12.00.

Il giorno 18/02/2021 alle ore 9.00 la Commissione si riunisce per proseguire i lavori di valutazione.

LOTTO 9

- ❖ Ditta Alcon Italia spa: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta AMADIR: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 14/06/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. Il numero di iscrizione al Repertorio è in fase di registrazione: segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione che attesti l'iscrizione. La Commissione rileva che la campionatura presentata è solo della misura 25G, si decide pertanto di chiedere l'integrazione di 3 pz della misura da 23 G. Inoltre, la campionatura presentata, per la misura da 25G, risulta in parte scaduta al 22/08/2020, e pertanto si decide di richiedere l'integrazione di 3 pz anche per tale misura.

- I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Bausch & Lomb: il certificato del marchio CE è scaduto il 11/02/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. La Commissione rileva che la campionatura presentata è solo della misura 25G, si decide pertanto di chiedere l'integrazione di 3 pz della misura da 23 G.
I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
 - ❖ Ditta Beaver: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
 - ❖ Ditta BP: il certificato del marchio CE è scaduto il 24/03/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
 - ❖ Ditta DORC: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
 - ❖ Ditta Tecnoftalmica: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO

LOTTO 10

- ❖ Ditta Alcon Italia spa: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta AMADIR: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 14/06/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. Il numero di iscrizione al Repertorio è in fase di registrazione: segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione che attesti l'iscrizione. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Bausch & Lomb: il certificato del marchio CE è in scadenza al 25/04/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Beaver: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta BP: il certificato del marchio CE è scaduto il 24/03/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta DORC: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. Delle due tipologie presentate solo quella identificata dai codici 2286.CD306 e 2286.CD305 corrisponde a quanto richiesto e pertanto la campionatura valutata sarà solo quella identificata da tali codici. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta Tecnoftalmica: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.

LOTTO 11

- ❖ Ditta AMADIR: il certificato del marchio CE risulta in scadenza al 10/04/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta BP: I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta DIEMME: il certificato del marchio CE è in scadenza il 05/04/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. La campionatura presentata risulta scaduta al 31/08/2020; si chiedere l'integrazione con l'invio di 6 pezzi . I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta DORC: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Gaman: il dispositivo offerto, ref OCUSIL 1000, ha una viscosità inferiore a quella richiesta nel disciplinare di gara: NON IDONEO
- ❖ Ditta TMT: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.

LOTTO 12

- ❖ Ditta AMADIR: il certificato del marchio CE è in scadenza al 10/04/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO

- ❖ Ditta Bausch & Lomb: il certificato del marchio CE è scaduto il 18/10/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. La campionatura presentata ha scadenza 31/12/2020 e pertanto si chiede integrazione di 3 pezzi. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO

LOTTO 13

- ❖ Ditta AMADIR: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 14/06/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. Si rileva che tra i documenti è presente il DDT di consegna della campionatura ma nel pacco pervenuto non sono presenti i campioni del lotto 13; viene chiesta integrazione di 3 pezzi. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta AMR: il certificato del marchio CE è scaduto il 20/11/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta DORC: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Tecnoftalmica: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta TMT: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.

Viene consegnata agli utilizzatori la campionatura del lotto 10.

La riunione si conclude alle ore 12.00.

Il giorno 18/03/2021 alle ore 11.00 la Commissione si riunisce per proseguire i lavori di valutazione.

Il Presidente da lettura della mail inoltrata in data 25/02/2021 al Servizio Approvvigionamento con le richieste di integrazione della campionatura.

Si leggono le comunicazioni pervenute dalle Ditte:

LOTTO 9

- ❖ Ditta Amadir: la ditta comunica che, non essendo più distributori della ditta FCI, rinuncia a partecipare alla gara.
- ❖ Ditta Bausch & Lomb: pervenuti i campioni richiesti.

LOTTO 11

- ❖ Ditta Diemme: la ditta comunica che, non avendo a disposizione la campionatura richiesta, rinuncia a partecipare alla gara.

LOTTO 13

- ❖ Ditta Amadir: la ditta comunica che, non essendo più distributori della ditta FCI, rinuncia a partecipare alla gara.

Si passa alla valutazione **del lotto 8**

DITTA : TMT

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Precisione del taglio	25	25
Mantenimento della suzione	25	25
Ergonomia del dispositivo	20	20
TOTALE	70	70

Viene consegnata agli utilizzatori la campionatura dei lotti 9, 11, 13.

La riunione si conclude alle ore 12.00.

Il giorno 27/05/2021 alle ore 16.30 la Commissione si riunisce per proseguire i lavori di valutazione.

Il Presidente da lettura della mail inoltrata in data 13/04/2021 al Servizio Approvvigionamento con le richieste di integrazione della documentazione.

Si leggono le risposte inviate dalle Ditte.

La Ditta Amadir comunica di rinunciare ai lotti 1, 6,9, 10.

Essendo pervenute le informazioni aggiuntive richieste per il lotto 6 si procede alla valutazione del lotto.

LOTTO 6

- ❖ Ditta Alcon Italia spa: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta Alfaintes: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta AMADIR: rinuncia
- ❖ Ditta AMR: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 10/11/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Bausch & Lomb: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 29/03/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Beaver: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta BP: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.
- ❖ Ditta DORC: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta Emmeci 4: il certificato del marchio CE risulta scaduto il 29/03/2021. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato I requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO
- ❖ Ditta TMT: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati: IDONEO.

Si consegna la campionatura pervenuta. Si rileva che la campionatura delle Ditte Emmeci 4 e TMT, è nel frattempo, scaduta. Si decide di consegnare i campioni che presentano una data di scadenza valida e di chiedere integrazione alle due Ditte. La campionatura integrativa verrà consegnata agli utilizzatori appena disponibile.

Si consegna la campionatura del lotto 12.

Si passa alla valutazione del lotto 9, basandosi sulle prove effettuate dagli utilizzatori.

LOTTO 9

DITTA : ALCON

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	30
Efficacia della presa dei tessuti	40	40
TOTALE	70	70

DITTA : AMADIR: ritirata dal lotto

DITTA : BAUSCH&LOMB

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	25
Efficacia della presa dei tessuti	40	40
TOTALE	70	65

Motivazioni:

Ergonomia del dispositivo: non ottimale in quanto richiede, nell'uso, una rotazione sull'asse longitudinale.

DITTA : BEAVER

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	15
Efficacia della presa dei tessuti	40	25
TOTALE	70	40

Motivazioni:

Ergonomia del dispositivo: scarsa in quanto l'impugnatura risulta troppo retrocessa.

Efficacia della presa dei tessuti: scarsa: difficoltà nella presa dei tessuti

DITTA : BP

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	30
Efficacia della presa dei tessuti	40	10
TOTALE	70	40

Motivazioni:

Efficacia della presa dei tessuti: molto scarsa la presa dei tessuti

DITTA : DORC

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	25
Efficacia della presa dei tessuti	40	40
TOTALE	70	65

Motivazioni:

Ergonomia del dispositivo: non ottimale in quanto richiede, nell'uso, una rotazione sull'asse longitudinale.

DITTA : TECNOFTALMICA

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	10
Efficacia della presa dei tessuti	40	10
TOTALE	70	20

Motivazioni:

Ergonomia del dispositivo: molto difficile l'introduzione

Efficacia della presa dei tessuti: molto scarsa: determina scatti, rimuove il trocar in uscita

La riunione si conclude alle ore 17.30.

Il giorno 12/08/2021 alla ore 15,30 la Commissione si riunisce per proseguire i lavori di valutazione.

Il Presidente conferma che in data 16/06/2021 sono stati consegnati agli utilizzatori i campioni richiesti relativi al lotto 6 delle Ditte Emmeci4 e TMT.

Si passa alla valutazione dei restanti lotti.

LOTTO 6**DITTA : ALCON**

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Nitidezza della visione	30	30
Stabilità di appoggio	20	5
Ampiezza del campo visivo	20	20
TOTALE	70	55

Motivazioni:

Stabilità di appoggio: Eccessiva stabilità che ne impedisce il movimento e lo spostamento atto alla focalizzazione

DITTA ALFAINTES

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Nitidezza della visione	30	30
Stabilità di appoggio	20	5
Ampiezza del campo visivo	20	20
TOTALE	70	55

Motivazioni:

Stabilità di appoggio: Eccessiva stabilità che ne impedisce il movimento e lo spostamento atto alla focalizzazione

DITTA AMADIR: ritirata dal lotto

DITTA AMR

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Nitidezza della visione	30	30
Stabilità di appoggio	20	20
Ampiezza del campo visivo	20	20
TOTALE	70	70

DITTA BAUSCH & LOMB

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Nitidezza della visione	30	30
Stabilità di appoggio	20	20
Ampiezza del campo visivo	20	20
TOTALE	70	70

Ditta BEAVER

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Nitidezza della visione	30	30
Stabilità di appoggio	20	5
Ampiezza del campo visivo	20	20
TOTALE	70	55

Motivazioni:

Stabilità di appoggio: Eccessiva stabilità che ne impedisce il movimento e lo spostamento atto alla focalizzazione

Ditta BP

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Nitidezza della visione	30	30
Stabilità di appoggio	20	20
Ampiezza del campo visivo	20	20
TOTALE	70	70

Ditta DORC

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Nitidezza della visione	30	30
Stabilità di appoggio	20	20
Ampiezza del campo visivo	20	20
TOTALE	70	70

Ditta Emmeci 4

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Nitidezza della visione	30	30
Stabilità di appoggio	20	20
Ampiezza del campo visivo	20	20
TOTALE	70	70

Ditta TMT

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Nitidezza della visione	30	30
Stabilità di appoggio	20	20
Ampiezza del campo visivo	20	20
TOTALE	70	70

LOTTO 10**DITTA : ALCON**

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	30
Sicurezza della presa dei tessuti retinici	20	20
Stabilità della presa dei tessuti	20	20
TOTALE	70	70

DITTA : AMADIR: ritirata dal lotto

DITTA : BAUSCH&LOMB

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	25
Sicurezza della presa dei tessuti retinici	20	20
Stabilità della presa dei tessuti	20	20
TOTALE	70	65

Motivazioni:

Ergonomia del dispositivo: non ottimale in quanto richiede rotazione sull'asse longitudinale

DITTA : BEAVER

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	15
Sicurezza della presa dei tessuti retinici	20	15
Stabilità della presa dei tessuti	20	10
TOTALE	70	40

Motivazioni:

Ergonomia del dispositivo: impugnatura troppo retrocessa

Sicurezza della presa dei tessuti retinici: scarsa efficacia nella presa dei tessuti
Stabilità della presa dei tessuti: scarsa stabilità nella presa

DITTA : BP

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	15
Sicurezza della presa dei tessuti retinici	20	10
Stabilità della presa dei tessuti	20	10
TOTALE	70	35

Motivazioni:

Ergonomia del dispositivo: scarsa in quanto richiede un'importante rotazione sull'asse longitudinale

Sicurezza della presa dei tessuti retinici: molto scarsa efficacia nella presa dei tessuti

Stabilità della presa dei tessuti: scarsa stabilità nella presa

DITTA : DORC

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	25
Sicurezza della presa dei tessuti retinici	20	20
Stabilità della presa dei tessuti	20	20
TOTALE	70	65

Motivazioni:

Ergonomia del dispositivo: non ottimale in quanto richiede rotazione sull'asse longitudinale

DITTA : TECNOFTALMICA

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ergonomia del dispositivo	30	10
Sicurezza della presa dei tessuti retinici	20	10
Stabilità della presa dei tessuti	20	20
TOTALE	70	40

Motivazioni:

Ergonomia del dispositivo: difficile l'introduzione

Sicurezza della presa dei tessuti retinici: la pinza produce scatti durante l'utilizzo che ne determina una scarsa sicurezza nell'uso

LOTTO 11

DITTA : AMADIR

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ipertono e tendenza all'emulsione	20	20
Facilità di infusione e rimozione	20	20
Trasparenza durante gli scambi PFCL/PDMS ARIA/PDMS	30	30
TOTALE	70	70

DITTA : BP

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ipertono e tendenza all'emulsione	20	20
Facilità di infusione e rimozione	20	20
Trasparenza durante gli scambi PFCL/PDMS ARIA/PDMS	30	30
TOTALE	70	70

DITTA : DIEMME ritirata dal lotto

DITTA : DORC

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ipercono e tendenza all'emulsione	20	20
Facilità di infusione e rimozione	20	20
Trasparenza durante gli scambi PFCL/PDMS ARIA/PDMS	30	30
TOTALE	70	70

DITTA : TMT

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ipercono e tendenza all'emulsione	20	20
Facilità di infusione e rimozione	20	20
Trasparenza durante gli scambi PFCL/PDMS ARIA/PDMS	30	30
TOTALE	70	70

LOTTO 12

DITTA : AMADIR

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ipercono e tendenza all'emulsione	20	20
Facilità di infusione e rimozione	20	20
Trasparenza durante gli scambi PFCL/PDMS ARIA/PDMS	30	30
TOTALE	70	70

DITTA : BAUSCH & LOMB

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Ipercono e tendenza all'emulsione	20	20
Facilità di infusione e rimozione	20	20
Trasparenza durante gli scambi PFCL/PDMS ARIA/PDMS	30	30
TOTALE	70	70

LOTTO 13

DITTA : AMADIR: ritirata dal lotto

DITTA : AMR

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Facilità di inserimento e rimozione	30	30
Capacità di protezione dell'iride	40	40
TOTALE	70	70

DITTA : DORC

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Facilità di inserimento e rimozione	30	30
Capacità di protezione dell'iride	40	40
TOTALE	70	70

DITTA : TECNOFTALMICA

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Facilità di inserimento e rimozione	30	30
Capacità di protezione dell'iride	40	40
TOTALE	70	70

DITTA : TMT

Criteri di valutazione della Qualità	Punteggio massimo	Valutazione
Facilità di inserimento e rimozione	30	30
Capacità di protezione dell'iride	40	40
TOTALE	70	70

I componenti la Commissione, nel concordare in merito alle decisioni prese, terminano la seduta alle ore 17.00.

Il presente viene trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica i per il seguito di competenza.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

dott.ssa Milena Lauri

Firmato

dott. Sandro Soldati

Firmato

Sig.ra Antonietta Soldà

Firmato