



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Servizio: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LE INFEZIONI NEI PAZIENTI TRAPIANTATI E IMMUNODEPRESSI PER L'UOC MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

N. gara 8270839 - CIG 8889067225

CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1

Con riferimento al documento "Capitolato_Tecnico, FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LE INFEZIONI NEI PAZIENTI TRAPIANTATI E IMMUNODEPRESSI PER L'UOC MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA a pagina 5 Art. 3 viene trascritto: A carico della ditta fornitrice deve essere effettuato il collegamento bidirezionale ad host computer di tutti gli strumenti offerti compreso back-up? Si chiede conferma la parola back-up sia un refuso.

Risposta n. 1

Si precisa che la parola "back up" non è un refuso, dovendosi intendere archiviazione dei dati e risultati in memoria nel caso in cui il software o hardware dello strumento subisca dei danni. La ditta fornitrice deve procedere a salvare ed esportare l'archivio su supporto esterno o pc per rendere possibile il ripristino dei dati.

Domanda n. 2

Nel capitolato tecnico viene riportato "Il sistema dovrà comprendere la strumentazione necessaria all'esecuzione dei test richiesti, estrattore di acidi nucleici, preparatore delle reazioni di PCR e amplificatore, il software di analisi e elaborazione dei risultati" confermate che vengano richiesti anche i kit per l'esecuzione delle estrazioni? In caso affermativo potete indicare il numero di estrazioni occorrenti?

Risposta n. 2

Si conferma che con la fornitura vengono richiesti anche i kit di estrazioni. Come indicato nella tabella di pag. 2 del Capitolato tecnico, il numero di estrazioni richieste è nel numero di 2400 per anno.

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto