



Prot. 109374 del 25.10.2021

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi per la fornitura di "attrezzatura per palestra in fabbisogno all'UOC di Cardiologia Riabilitativa del P.O. di Lonigo" ID SINTEL 146593102 – CIG: Z0A337D19A –
RICHIESTA CHIARIMENTI

Domanda: Si chiede di specificare le caratteristiche tecniche per lettino da trattamento fisioterapico elettrico e – momed

Risposta:

- ✓ Lettino elettrico con pedaliera elettrica, ruote trasferimento, similpelle, colore avorio (tipo Chinesport - cod. LB421A2WN)
- ✓ momed è un refuso, la dicitura corretta è MOTOMED e trattasi di pedaliera elettrica minibike cod. XGA014

Domanda: Pregasi chiarire: - tavole semplici: dimensioni, tipologia e destinazione d'uso -disco gonfiabile: diametro, dimensioni -percorso propriocettivo: specificare tipo, lunghezza, destinazione d'uso

Risposta:

- ✓ tavole semplici: tipo CHINESPORT (cod. 02600) misure 50x40x7 cm e portata 120 Kg. con destinazione d'uso terapia fisica.
- ✓ disco gonfiabile: o cuscino sport propriocettivo in polybag (tipo CHINESPORT cod. 01827) con diametro 55 cm e portata 120 Kg per esercizi di equilibrio, motricità e fisioterapia
- ✓ percorso propriocettivo: set completo di tavolette modulari in legno incernierate su fulcro di rotazione centrale libero che consente un movimento di inclinazione a 360°, con tavola ad asse centrale con movimento di 180° (Tipo CHINESPORT cod. AR11025).