

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

Procedura di gara per la fornitura di sistemi diagnostici completi per la determinazione dell'emoglobina prima della donazione di sangue e di emocomponenti di donatori del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale della Provincia di Vicenza

L'anno 2021, addì 15 del mese di ottobre alle ore 14:00 in Vicenza, presso gli uffici della UOC Medicina Trasfusionale di Vicenza, si svolge la seduta riservata per la valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara in epigrafe, espletata tramite piattaforma "SINTEL".

La Commissione, già nominata dal Direttore Generale con nota 88411 del 30/08/2021, oggi riunita, risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Chiara Antonelli – Direttore UOC Medicina Trasfusionale di Vicenza;
- Commissario: Dr.ssa Giulia Vezzaro – Infermiere – UOC Medicina Trasfusionale;
- Commissario: Dr.ssa Francesca Stefani – Coordinatore Infermieristico – UOC Medicina Trasfusionale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione, dopo aver discusso collegialmente anche il contenuto del Capitolato Tecnico, inizia la lettura e verifica delle proposte tecniche dei concorrenti e delle valutazioni fatte individualmente dai singoli Commissari, attribuendo per ogni voce i relativi coefficienti.

La Commissione a conclusione dell'analisi, dopo ampia e approfondita discussione collegiale, sulla base della proposta tecnica pervenuta e dei criteri di valutazione stabiliti nel Disciplinare di gara, attribuisce per ciascun criterio i giudizi ed i relativi punteggi come di seguito riportato:

\

	PUNTI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	FRESENIUS	NOVA BIOMEDICAL	INFRATEC
1. caratteristiche della strumentazione proposta, anche in termini di dimensioni, compattezza, maneggevolezza e semplicità d'uso	18	DISCREZIONALE	15 peso: 180 g dimensioni: 9x 15 x 4 collegato ad un notebook con lo strumento e la pistola. più strumenti allo stesso notebook	18 Peso: 210 gr dimensioni: circa 8 x 15x 3 lettore codice a barre integrato. monitor touch screen	5 peso: 700 g
2. Tempo di esecuzione dei test	10	PROPORZIONALE	9	7	8
3. Grado di sicurezza per l'operatore	9	DISCREZIONALE	7 reagenti nelle cuvette: no contatto: mai cuvette senza possibilità di toccare campione di sangue. volume sangue: 10 ul pungidito dimensione: 23-28 g	9 reagenti nelle cuvette: no contatto: mai leva per espellere la striscia. volume sangue: 1.6 ul pungidito dimensione: 28 g (3 profondità)	5 reagenti nelle cuvette: contatto: volume sangue: 8 ul pungidito dimensione: 23 g
4. Riproducibilità del risultato con riferimento all'emocromo	6	SI/NO	6	6	6
5. Possibilità di calcolo dell'ematocrito	2	SI/NO	2	2	0
6. Sistema di identificazione positiva del donatore	8	SI/NO	8	8	8
7. Sistema di pulizia agevole	3	DISCREZIONALE	1 estrarre il cuvette holder pulirlo con disinfettante	3 non necessita di pulizia	1 estrarre e pulire
8. Predisposizione per tracciabilità dei dati	3	SI/NO	3 software hb master fornito	3 software novanet fornito	0 in parte
9. Lettura con sistema fotometrico ad ampio spettro con capacità di compensare l'eventuale torbidità dei campioni	3	SI/NO	3	3	3
10. Modalità assistenza tecnica e manutenzione	5	DISCREZIONALE	3 manutenzione preventiva: nessuna manutenzione straordinaria "guasto": illimitato risoluzione: entro 24 ore lun-sab no festivi si muletto	5 manutenzione preventiva: si manutenzione straordinaria "guasto": si risoluzione: entro 24 ore lun-sab si festivi	2 manutenzione preventiva: manutenzione straordinaria "guasto": risoluzione: entro 48 ore lun-ven 8.30-18 no festivi
11. Modalità di istruzione del personale e supporto previsto durante l'utilizzo dei sistemi	3	DISCREZIONALE	2 formazione: si certificazione: si	3 formazione: si certificazione: si software permette di avere data di scadenza per certificazione	0 formazione: non comunicato certificazione: non comunicato

Il punteggio tecnico assegnato è il seguente:

n.	DITTA	Punteggio qualità
1	Fresenius	59
2	Nova Biomedical	67
3	Infratec	38

La seduta ha termine alle ore 15:25.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dr.sa Chiara Antonelli

I COMMISSARI:

F.to Dr.ssa Francesca Stefani

F.to Dr.ssa Giulia Vezzano