

Prot. 0117532 del 15/11/2021

Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELLA
FIBRILLAZIONE ATRIALE" PER L'U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA
ID SINTEL 146892032**

N. GARA SIMOG 8328995

CHIARIMENTI 2

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue:

Richiesta:

In considerazione del fatto che la campionatura non è valutabile senza l'utilizzo del generatore dedicato, si chiede se la campionatura possa essere fornita in occasione della valutazione tecnica del prodotto contestualmente alla consegna dei generatori necessari per la prova.

Risposta:

La valutazione delle caratteristiche qualitative da parte della Commissione Giudicatrice avviene anche a prescindere dalla prova con il generatore

Si conferma, pertanto, quanto previsto dall'art. 7- "CAMPIONATURA" del Disciplinare di gara, in merito alla consegna della campionatura del materiale di consumo che deve essere effettuata entro i termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte.

Richiesta:

Con riferimento al lotto 2, nel disciplinare viene indicato che la destinazione d'uso del prodotto richiesto è il trattamento chirurgico della fibrillazione atriale; si chiede conferma che verranno valutati idonei ed ammissibili al procedimento di gara esclusivamente i prodotti che nella indicazione d'uso presente nella IFU (istruzioni d'uso) posseggano l'indicazione specifica di idoneità al trattamento della fibrillazione atriale e non genericamente all'ablazione del tessuto cardiaco.

Risposta:

Richiamato quanto specificato all'art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO del Disciplinare di gara, secondo cui "la descrizione delle caratteristiche tecniche ha il mero scopo di individuare gli elementi funzionali del prodotto", si precisa che verranno ritenuti idonei e ammissibili al procedimento di gara sia i prodotti che presentano nelle IFU l'indicazione specifica di idoneità al trattamento della fibrillazione atriale che genericamente all'ablazione del tessuto cardiaco.

IL DIRETTORE

*UOC PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E GESTIONE
DELLA LOGISTICA
f.to Dr Giorgio Miotto*