REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Prot. Vicenza,17/11/2021

Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza
U.O.C. Medicina Trasfusionale
Viale F. Rodolfi n. 37
Direttore: Dott. Francesco Fiorin

Oggetto: **Relazione supplementare su preavviso di ricorso ditta Infratec**

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr. Giorgio Miotto
S E D E

Facendo seguito alla vostra richiesta di supplemento di istruttoria conseguente alla comunicazione della ditta Infratec, pervenuta a questa commissione in data 16/11/2021, in data odierna la commissione si è riunita per una ulteriore valutazione della documentazione al fine di dare risposta alle obiezioni sollevate. Di seguito le valutazioni espresse:

Criterio 1

Se pur vero che il sistema proposto da Fresenius è collegato a un notebook, è stata fatta la valutazione della strumentazione stand alone, prescindendo dalla fornitura di altri accessori, per favorire il confronto tra le offerte. Per quanto riguarda la maneggevolezza lo strumento offerto dalla ditta Infratec risulta il più ingombrante e pesante. Si conferma pertanto il punteggio attribuito.

Criterio 2:

- Infratec: tempo di misurazione 10-15 secondi dichiarati sul documento in_altra_docs_tempi di misurazione.pdf; 25 secondi nel documento docs_flyer_emocontrol ita.pdf.
  L'ematocrito viene calcolato. In presenza di dichiarazioni diverse si assume quella più lunga
- Fresenius: tempi di misurazione 2 secondi, Ematocrito calcolato su software
- Nova Biomedical: tempo di misurazione 40 sec, Emoglobina e ematocrito misurati direttamente e non calcolati.

Si conferma pertanto il punteggio attribuito.

Criterio 3:

- le cuvette della ditta Infratec presentano reagenti al loro interno con prescrizioni in caso di incidente (v. sez 4 scheda di sicurezza cuvette).
- Fresenius e Nova Biomedical non presentano reagenti al loro interno.

Si conferma pertanto il punteggio attribuito.

Criterio 5:

Si concorda. Si attribuiscono 2 punti alla ditta Infratec.

Criterio 8:

- Essendo il criterio di attribuzione del tipo SI/NO si attribuiscono 3 punti nonostante le caratteristiche non siano comparabili con i software della concorrenza

Criterio 11:

- Fresenius fornisce programma dettagliato e certificazione dell'addestramento e delle competenze del personale
- Nova Biomedical: fornisce programma dettagliato e certificazione dell'addestramento e delle competenze del personale. In più effettua notifica della scadenza della certificazione per il mantenimento delle competenze via software
- Infratec: il piano presentato è generico, non fornisce certificazione delle competenze. Si attribuisce 1 punto.

In conclusione vengono attribuiti 6 punti ulteriori a Infratec che passa da un punteggio di 38 a 44, mantenendo inalterati i punteggi attribuiti a Fresenius e Nova Biomedical.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Chiara Antonelli

I COMMISSARI

F.to Dott.ssa Francesca Stefani

F.to Dott.ssa Giulia Vezzaro