

Prot. n. 0120783 del 23/11/2021

### **RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO GASTROINTESTINALE – SONDE VARIE"**

L'Azienda ULSS N.8 Berica, intende acquisire, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le tipologie di dispositivi medici di seguito riepilogate, aventi le seguenti caratteristiche:

#### **1) Sonda naso gastrica, destinata ad introdurre soluzioni nutritive varie, attraverso la via naso gastrica.**

Materiale di grado medicale, preferibilmente poliuretano, trasparente, radiopaca su tutta la lunghezza, con marker di profondità, non armata, con punta distale aperta, dotata di fori laterali.

Connessione tipo Enfit, in confezione singola, monouso, sterile. Latex free. DEHP free.

Misure	Q.tà annua
Sonda gastrica 14CH lunghezza 120cm	30
Sonda gastrica 16CH lunghezza 120cm	40
Sonda gastrica 18CH lunghezza 120cm	20

#### **2) Sonda duodenale tipo LEVIN in materiale di grado medicale, da 120 cm circa, destinata allo svuotamento gastrico, trasparente, radiopaca su tutta la lunghezza, con marker di profondità.**

L' estremità distale, punta cilindrica APERTA con fori contrapposti.

L'estremità prossimale, munita da un cono catetere identificabile con codice colore, in confezione singola, monouso, sterile. Latex free. DEHP free.

Misure	Q.tà annua
Sonda gastrica 10CH lunghezza 120cm circa	200
Sonda gastrica 12CH lunghezza 120cm circa	200
Sonda gastrica 14CH lunghezza 120cm circa	700
Sonda gastrica 16CH lunghezza 120cm circa	800
Sonda gastrica 18CH lunghezza 120cm circa	700
Sonda gastrica 20CH lunghezza 120cm circa	200

#### **3) Sonda tipo Sengstaken a tre vie esofagea, per il tamponamento delle varici esofagee, in materiale di grado medicale che garantisca la tenuta meccanica della sonda in sede.**

Dotata di 2 palloncini, valvole unidirezionali, ed anello opaco ai raggi x. In confezione singola, sterile, monouso.

Misure	Q.tà annua
Sonda di sengstaken 16CH lunghezza 100cm circa	20
Sonda di sengstaken 18CH lunghezza 100cm circa	13

Le ditte che disponessero di una o più tipologie di tali prodotti o di prodotti equivalenti ed interessate alla fornitura possono far pervenire la documentazione tecnica ed economica di seguito specificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it), entro le ore 12.00 del 02.12.2021, recante la dicitura “DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO GASTROINTESTINALE – SONDE VARIE”.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche da cui risulti la composizione e le modalità di utilizzo del dispositivo, codici CND e Repertorio;
- IFU, se disponibile;
- Elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito tale dispositivo ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati;
- Offerta economica dettagliata, specificando le tipologie di prodotti che si intendono offrire e la quotazione unitaria che si propone per le quantità annue sopra specificate.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444.75.5674, fax 0444.93.13.34, email: [elisa.borin@aulss8.veneto.it](mailto:elisa.borin@aulss8.veneto.it)

Referente della procedura: Dott.ssa Elisa Borin

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se procedere ad un affidamento diretto della fornitura o con l'avvio di una procedura di gara.

L'Azienda Ulss 8 Berica si riserva di chiedere campionatura dei prodotti proposti. Eventuali dispositivi richiesti a titolo di campionatura saranno da ritenersi a titolo gratuito e la loro consegna non darà diritto ad alcun pagamento.

L'Azienda ULSS 8 si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

**Firmato**  
**IL DIRETTORE**  
**Dott. Giorgio Miotto**