



Prot. n. 0127721 del 14/12/2021

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI N. 1 LAMPADA SCIALITICA A LED IN FABBISOGNO ALLA SALA CESAREI DEL P.O. SAN LORENZO DI VALDAGNO. ID SINTEL: 148339965 – CIG: Z17344621A

RICHIESTE CHIARIMENTI

QUESTITO 1: Buongiorno si chiede conferma della base d'asta. Nel documento disciplinare è indicata alla pag.1 indicata in € 18.000,00 mentre a pag.2 è indicata in € 35.000,00

RISPOSTA 1: Si tratta di un refuso, la base d'asta è pari ad € 18.000,00.

QUESTITO 2: Trattandosi di installazione a soffitto, chiediamo se è possibile conoscere l'altezza del soffitto stesso, la sua composizione (cemento, laterizio, etc..) e se è presente un controsoffitto (se presente a che altezza)

RISPOSTA 2: Tipologia solaio: lastra predalles (solaio con tralicci in acciaio annegati in una suola di calcestruzzo armato e vibrato, distanziati tra loro tramite l'interposizione di elementi di alleggerimento in polistirene espanso). Altezza pavimento/solaio: circa 320 cm (3186 mm nel punto di misura). Altezza pavimento/controsoffitto: 270 cm (2699 nel punto di misura).

QUESTITO 3: Per garantire la massima partecipazione, con la presente vi chiediamo se è accettato un prodotto non avente la funzione di luce endoscopica regolabile, ma attivabile ad un valore appositamente studiato per questo tipo di procedura

RISPOSTA 3: Le caratteristiche tecniche sono indicative. Verranno accettate tutte le soluzioni tecniche purché la ditta ne dimostri l'equivalenza ai sensi dell'art. 68 c. 7 D.Lgs. 50/2016

IL RUP

Dott. Giorgio Miotto