

Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi

Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Procedura di gara per la fornitura di sacche urina non sterili. **Chiarimenti.**

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue:

a) Richiesta:

RICHIESTA CHIARIMENTO

Trattandosi di sacche urina non sterili, il confezionamento in foglio termosaldato di materiale plastico di grado medicale è a pena di esclusione?

Risposta:

Si conferma che il confezionamento in foglio termosaldato di materiale plastico di grado medicale non è a pena di esclusione.

b) Richiesta:

RICHIESTA CHIARIMENTO

Vi chiediamo di verificare il Base d'Asta indicato in quanto ci risulta basso rispetto alle attuali condizioni di mercato.

Risposta:

Si conferma la base d'asta.

c) Richiesta:

CHIARIMENTI CONFEZIONAMENTO

Premesso che il confezionamento in foglio termosaldato di materiale plastico di grado medicale è tipico di una sacca urina sterile, con la presente Vi chiediamo se è possibile offrire un prodotto confezionato in scatole di cartone da 200 pezzi, dal momento che si tratta di sacca urina NON sterile.

Risposta:

Poiché le sacche sono richieste non sterili, possono essere confezionate in scatole di cartone da 200 (o meno o più) pezzi.

Distinti saluti.

Il Direttore
(- Miotto dr Giorgio -)
FIRMATO