

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento di un sistema di monitoraggio paziente centralizzato presso UOC Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Vicenza dell'Ulss n. 8 Berica, di cui al riordino della rete ospedaliera disciplinato dall'art. 2 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, in Legge 17 Luglio 2021, n. 77 (Decreto Rilancio). PROCEDURA SIMOG N. 8360915; CIG N. 8992555B22 - ID SINTEL 147877976

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

VERBALE COMMISSIONE N. 2

Alle ore 11:30 del 14 Dicembre 2021, in Vicenza, presso lo studio de Direttore dell'UO di Rianimazione Dott. Vinicio Danzi, si riunisce per La valutazione delle buste tecniche, in seduta riservata tramite piattaforma telematica SINTEL, la Commissione nominata con nota prot. 127543 del 13/12/2021 per la procedura relativa alla fornitura di un sistema di monitoraggio paziente centralizzato l'UOC Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Vicenza dell'Ulss n. 8 Berica per emergenza sanitaria da Covid – 19, che risulta così composta:

Presidente: Dott. Vinicio Danzi – Direttore UOC Anestesia e Rianimazione
 Componenti: Dott.ssa Sara Mondino – Dirigente Medico – Responsabile UOS Risk Management - Rischio Clinico;
 Ing. Francesco Bellato – Collaboratore Tecnico Professionale UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue nei lavori e nella disamina della documentazione tecnica presentata dall'Operatore Economico Sidem Spa.

La Commissione procede alla verifica dei requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato Speciale.

La Commissione rileva che l'offerta pervenuta dalla ditta Sidem Spa presenta i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale e pertanto è ammessa.

La Commissione, quindi, procede alla valutazione della qualità delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 12 della Lettera invito, esprimendo i giudizi e i punteggi come da tabella di seguito riportata:



SIDEM SPA					
Sez.	Descrizione criterio	Punteggio massimo	VALUTAZIONE (COEFFICIENTE ATTRIBUITO)	VALUTAZIONE (PUNTEGGIO ASSEGNATO)	MOTIVAZIONE
A	Tempi di consegna dall'ordinativo di fornitura: Entro 3 giorni lavorativi Da 4 a 10 giorni lavorativi Da 11 a 14 giorni lavorativi 15 giorni lavorativi	25 25 punti 15 punti 5 punti 0 punti		15	La ditta dichiara di consegnare il materiale proposto entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine elettronico (NSO).
B	Monitor posto letto - vengono premiate le migliori rispetto a: (Rif. art. 1 "Oggetto fornitura - Specifiche minime monitor posto letto"): - specifiche tecniche ed informatiche di base (sez. da 1 a 12, da 22 a 28), - tools diagnostici (sez. da 13 a 21), - ulteriori moduli aggiuntivi (Rif. art. 1 "Oggetto fornitura-Moduli aggiuntivi per posto letto"), - soluzioni migliorative gestione del monitor per il paziente infetto	22	1	22	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Il display proposto è di dimensioni pari a 19" (pollici) e quindi superiore ai 17" (pollici) di base richiesti. Tools diagnostici completi. L'architettura di base risulta ottimale per la gestione delle varie modalità funzionali del monitor, anche per pazienti infetti. La dotazione di moduli aggiuntivi è completa.
C	Centrale di monitoraggio - vengono premiate migliori rispetto: (Rif. art. 1 "Oggetto fornitura-Specifiche minime centrale di monitoraggio"): - specifiche tecniche ed informatiche di base (sez. 1, 3, 4, 5, 6, da 19 a 22) - tools diagnostici (sez. da 7 a 13, da 15 a 17), - architettura, espandibilità e integrabilità (sez. 2, 14) - gestione dei dati in relazione alla rete ospedaliera (sez. 18, 23)	13	1	13	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Tools diagnostici completi. L'architettura di base è completa anche per la futura espandibilità e integrabilità hardware e software. Integrabilità nella rete dati ospedaliera completa e di elevato standard qualitativo.
D	Monitor da trasporto - vengono premiate le migliori rispetto a: (Rif. art. 1 "Oggetto fornitura-Specifiche minime monitor da trasporto") - specifiche tecniche ed informatiche di base (sez. da 1 a 7), - tools diagnostici (sez. da 8 a 13), - soluzioni migliorative gestione del monitor per il paziente infetto	10	1	10	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Il display proposto è dalle dimensioni di 12" (pollici) e quindi superiore ai 10" (pollici) di base richiesti. Tools diagnostici completi. Il modulo/monitor da trasporto è lo stesso modello offerto per i monitor dei singoli posto letto, soluzione ottimale per l'intercambiabilità e l'interoperatività.
Totale		70		60	


A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta termina in data di oggi 14 Dicembre 2021 alle ore 14:00.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.ulss8.veneto.it.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



dott. Vinicio Danzi

I COMMISSARI



dott.ssa Sara Mondino



Ing. Francesco Bellato