

Prot. **12832** - 7 FEB. 2022

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti  
**UOC Provveditorato, Economato e Gestione  
 della Logistica**  
 Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza  
 Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**Oggetto: Indagine preliminare di mercato armadi asciugatura e stoccaggio endoscopi**

L'Azienda Ulss n. 8 Berica ha in programma l'espletamento di apposita procedura di gara per la fornitura di Armadi di asciugatura e stoccaggio per endoscopi aventi le seguenti caratteristiche tecniche a pena di esclusione:

1. modalità di stoccaggio orizzontale,
2. capacità di almeno 8 (otto) endoscopi,
3. rispondenza alla normativa di riferimento EN 16442:2015,
4. utilizzo di aria compressa da impianto esterno, non autoprodotta,
5. filtrazione non inferiore al valore di riferimento HEPA Classe H13,
6. durata della sterilità deve essere garantita per almeno 30 giorni,
7. sistemi devono essere interfacciabili con il sistema di tracciabilità dedicato ENDOX in uso fornito da TESI,
8. dotazione Presidi ospedalieri:
  - ✓ Endoscopia Ospedale di Vicenza: almeno 5 (cinque) unità
  - ✓ Endoscopia Ospedale di Noventa Vicentina: 1 (una) unità
  - ✓ Endoscopia Ospedale di Arzignano: 2 (una) unità
  - ✓ Endoscopia Ospedale di Montebelluna Maggiore: 2 (due) unità
9. Per l'Ospedale di Vicenza, la dotazione deve essere compatibile con il locale designato (Allegato 1), le cui dimensioni sono specificate di seguito:
  - ✓ Profondità (P) 350 cm,
  - ✓ Larghezza (L1) 170 cm,
  - ✓ Spazio utile per profondità armadi (L2) 62 cm,
  - ✓ Altezza stanza (H) 252 cm

Inoltre, la capienza non deve essere inferiore a 40 endoscopi contemporaneamente.

Il presente avviso ha lo scopo di verificare le soluzioni presenti nel mercato nel rispetto delle caratteristiche sopra evidenziate.

Le ditte le intendessero proporre idonee soluzioni possono inviare le relative schede tecniche a [francesco.trunfio@aulss8.veneto.it](mailto:francesco.trunfio@aulss8.veneto.it) indicando l'oggetto della presente indagine di mercato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.02.2022

Unitamente alle schede tecniche si richiede:

1. L'elenco dei materiali di consumo dedicati necessari all'utilizzo dei ventilatori con i relativi prezzi di listino;

---

**Responsabile del Procedimento:** Dott. Giorgio Miotto

**Referente procedura:** Francesco Trunfio

Tel. 0444-75.7120 Fax 0444-75.3407

e mail: [francesco.trunfio@aulss8.veneto.it](mailto:francesco.trunfio@aulss8.veneto.it)

2. L'elenco delle installazioni già effettuate e i relativi prezzi di vendita e manutenzione;

La documentazione pervenuta sarà sottoposta al vaglio della Stazione Appaltante, che esaminerà criticamente i contributi emersi, li valuterà in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze della stazione appaltante, e li utilizzerà ai fini della successiva procedura di gara, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura di consultazione, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Il Direttore del Servizio  
(Dott. Giorgio Miotto)

