

Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi

**Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

**Direttore: Dott. Giorgio Miotto**

**Oggetto:** Procedura di gara per la fornitura di sacche urina non sterili. **Chiarimenti.**

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue:

**a) Richiesta:**

**RICHIESTA CHIARIMENTI**

Per quanto riguarda l'invio dei campioni, è possibile inviare per la valutazione la sacca richiesta con tubo di raccordo da 90 cm anziché 120 cm oppure questo sarà motivo di esclusione?

**Risposta:**

Per la valutazione dei campioni va bene anche la sacca con tubo di raccordo da 90cm, ma deve essere dichiarato dalla Ditta che la fornitura, eventuale, sarà di sacche con tubo di raccordo da 120cm.

**b) Richiesta:**

**RICHIESTA DI SPECIFICA PER SACCHE URINA NON STERILI**

Si richiede se il prodotto deve includere o meno, eventuale valvola di scarico.

**Risposta:**

La sacca, in quanto non sterile, non viene richiesta con valvola di scarico.

Distinti saluti.

Il Direttore  
( - Miotto dr Giorgio - )  
FIRMATO