

Prot.

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Fornitura di n. 2 ecotomografi di fascia top level (sistema di ultima tecnologia e recente immissione sul mercato) in fabbisogno all'UOC di Neurologia dei PP.OO. di Vicenza ed Arzignano – ID Sintel: 151667760 – CIG: 91208381A0

Domanda: Si chiede di mettere a disposizione degli Operatori Economici gli Allegati da presentare in formato editabile al fine di facilitarne la compilazione;

Risposta: l'allegato A in formato editabile è rintracciabile nel sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, sezione Bachecca – appalti – documentazione, mentre l'allegato C è già in formato editabile

Domanda: Con riferimento all'Allegato A ed in particolare alla dichiarazione da rilasciare in merito ai soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione della procedura, si chiede conferma che il Legale rappresentante dell'OE possa dichiarare “per quanto a propria conoscenza”.

Risposta: Si conferma

Domanda: Si chiede di confermare che quanto indicato nell'Allegato A relativamente al subappalto, ossia che “Ognuno dei subappaltatori individuati dovrà presentare un'autocertificazione secondo il presente modello”, si riferisca alla fase successiva alla aggiudicazione e non si debba presentare nulla in questa fase della procedura.

Risposta: L'eventuale subappaltatore sarà chiamato a presentare l'autocertificazione successivamente all'aggiudicazione.

Domanda: Si chiede conferma che oltre all'Allegato A, gli Operatori Economici sono tenuti ad allegare alla documentazione amministrativa anche il DGUE;

Risposta: La presentazione del DGUE è facoltativa.

Domanda: Si chiede conferma che l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, possa essere compreso all'interno della cauzione provvisoria presentata;

Risposta: Si conferma

Domanda: Si chiede di specificare la durata della cauzione provvisoria e dell'eventuale rinnovo nel caso in cui non avvenga l'aggiudicazione nei tempi prestabiliti;

Risposta: La cauzione provvisoria deve avere validità pari a quello dell'offerta.

Domanda: Si chiede di confermare che la predisposizione del modello Offerta Economica da presentare sia a cura dell'operatore economico e che pertanto non vi è un modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Risposta: La predisposizione del modello di offerta economica è demandata al singolo operatore il quale ha, tuttavia, l'obbligo di riportare tutti gli elementi richiesti nel capitolato di gara.

Domanda: Si chiede di confermare che qualora l'operatore economico quantifichi i costi della manodopera gli stessi siano da riportare solo nel modello di offerta economica predisposto dall'operatore economico in quanto non è presente in piattaforma un ambiente di gara corrispondente ai costi del personale.

Risposta: Si conferma

Domanda: Si chiede di confermare che quanto riportato a pag. 10 del disciplinare in relazione all'immagine dell'ambiente di gara in piattaforma sui dati economici da inserire sia solo un esempio in quanto non conforme con quanto realmente richiesto in piattaforma.

Risposta: Si conferma

Domanda: In riferimento al documento "Bando_7372-Disciplinare_Ecografi_Neurologia_1", capitolo 1 "Specifiche tecniche indicative" in relazione alla richiesta di "N° 1 sonda micro-convex ad alta frequenza per lo studio dell'arteria oftalmica", al fine di poter garantire una più ampia partecipazione alla procedura di gara, si chiede al Vs. Spett.le Ente di confermare che non è necessaria l'indicazione della destinazione d'uso oftalmologica, fermo restando la possibilità di regolazione dei parametri acustici e la personalizzazione dei preset

Risposta: Si modifica la dicitura del capitolato da "Sonda micro-convex ad alta frequenza per lo studio dell'arteria oftalmica" a "Sonda micro convex ad alta frequenza per esami vascolari superficiali.

Il RUP
(Dott. Giorgio Miotto)