

Prot.

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA INTEGRATO PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DI
TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE E SIEROLOGIA**

GARA N. 8445802 LOTTO 1 CIG 9094676C0C

CHIARIMENTO N. 3

Domanda n. 7

Chiarimento ricondizionamento preanalitica: Si chiede di confermare, come richiesto per la strumentazione relativa all'estrazione degli acidi nucleici e la strumentazione relativa alla determinazione di anticorpi ed antigeni, che si possano offrire strumentazioni ricondizionate.

Risposta n. 7

Come per l'analizzatore di sierologia e biologia molecolare, lo strumento di preanalitica potrà essere nuovo o ricondizionato.

Vicenza, 11 marzo 2022

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto