

FORNITURA DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI DIAGNOSTICA IN VITRO COME POINT OF CARE TESTING (POCT) PER I PRESID OSPEDALIERI DI NOVENTA VICENTINA E DI LONIGO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

GARA n. 8371378
CIG 900460424B
ID SINTEL 149597160

VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 4)

Alle ore 10:00 del 4 maggio 2022, in Vicenza, presso uno studio dell'UOC Laboratorio Analisi di Arzignano, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 07/03/2022, così composta:

Presidente: dr. Andrea Toma, Responsabile dell'UOS Organizzazione Attività Ambulatoriale Medicina di Laboratorio Area Ovest dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
 Commissari: dr.ssa Mariagrazia Busato, Dirigente Medico dell'UOC Medicina di Laboratorio dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
 dr. Ernesto Zanetel, Dirigente Medico di Direzione Medica C/O Ospedale di Arzignano;

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione a conclusione dell'analisi, dopo ampia e approfondita discussione collegiale, sulla base della proposta tecnica pervenuta e dei criteri di valutazione stabiliti dal Disciplinare di gara, attribuisce per ciascun criterio i giudizi ed i relativi punteggi come da tabelle di seguito riportata:

GEP A S.R.L.					
	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	VALUTAZIONE (COEFFICIENTE ATTRIBUITO)	VALUTAZIONE (PUNTEGGIO ASSEGNATO)	MOTIVAZIONE
	FASE PREANALITICA	30			
A	Modalità di campionamento	20			
	A.1 utilizzo di provette tappate	8	0,6	4,8	Sufficiente: i test coagulativi non sono eseguibili da provetta tappata chiusa, ma solo da sangue fresco venoso/capillare: i test coagulativi risultano importanti per le terapie anticoagulanti
	A.2 assenza di pipettaggio	5	1	5	Ottimo
	A.3 assenza di centrifugazioni esterne	5	1	5	Ottimo
	A.4 sicurezza per l'operatore	2	0,8	1,6	La sicurezza dell'operatore è buona considerato che risulta necessaria la

					ricalcificazione per l'esecuzione da provetta citratata e che i test coagulativi non sono eseguibili da provetta primaria chiusa
B	Tracciabilità del campione	3	1	3	Ottimo
C	Modalità identificazione paziente	4	1	4	Ottimo
D	Tracciabilità dell'operatore	3	1	3	Ottimo
FASE ANALITICA		19			
E	Qualità analitica (precisione e esattezza)	8	1	8	Ottimo
F	Modalità e frequenza delle calibrazioni (minor frequenza maggior punteggio)	5	0,6	3	Sufficiente: per immunometria risulta necessaria la calibrazione frequente (1 volta /mese)
G	Gestione Reagenti (pronto all'uso, barcodato, controllo volumi, durata dalla consegna, durata a bordo)	3	1	3	Ottimo
H	Gestione e modalità del controllo di qualità interno	3	1	3	Ottimo
FASI EXTRANALITICHE		21			
I	Referenze commerciali (installazioni attive in strutture similari)	2	0,8	1,6	Presenza in numero inferiore di ASL
L	Progetto di assistenza tecnica: miglioramento dei tempi di esecuzione, garanzia del servizio, assistenza tecnica nei prefestivi e festivi ecc.	9	0,8	7,2	Buono il progetto di assistenza tecnica: nei prefestivi e festivi è garantita solo la teleassistenza e/o assistenza telefonica
M	Progetto nel suo complesso (numero strumenti, modalità di esecuzione senza pre-accettazione, consolidamento delle provette, organizzazione dei flussi dei dati).	5	0,6	3	5 strumenti, middleware con tecnologia Client/Server che impatta nell'accessibilità e nella gestione dei flussi dei dati
N	Sistema gestionale (interfaccia utente "user friendly", sistema di auto-validazione, sistema esperto, gestione del controllo di qualità, gestione della tracciabilità e dei materiali)	5	1	5	
TOTALE				60,2	

A DE MORI S.P.A.					
	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	VALUTAZIONE (COEFFICIENTE NTE ATTRIBUITO)	VALUTAZIONE (PUNTEGGIO ASSEGNATO)	MOTIVAZIONE
FASE PREANALITICA		30			
A	Modalità di campionamento	20			
	A.1 utilizzo di provette tappate	8	1	8	Ottimo
	A.2 assenza di pipettaggio	5	1	5	Ottimo
	A.3 assenza di centrifugazioni esterne	5	1	5	Ottimo

	A.4 sicurezza per l'operatore	2	1	2	Ottimo
B	Tracciabilità del campione	3	1	3	Ottimo
C	Modalità identificazione paziente	4	1	4	Ottimo
D	Tracciabilità dell'operatore	3	1	3	Ottimo
FASE ANALITICA		19			
E	Qualità analitica (precisione e esattezza)	8	1	8	Ottimo
F	Modalità e frequenza delle calibrazioni (minor frequenza maggior punteggio)	5	1	5	Ottimo: per immunometria prevista calibrazione 1-2 volte /anno
G	Gestione Reagenti (pronto all'uso, barcodato, controllo volumi, durata dalla consegna, durata a bordo)	3	1	3	Ottimo
H	Gestione e modalità del controllo di qualità interno	3	1	3	Ottimo
FASI EXTRANALITICHE		21			
I	Referenze commerciali (installazioni attive in strutture similari)	2	1	2	Ottimo
L	Progetto di assistenza tecnica: miglioramento dei tempi di esecuzione, garanzia del servizio, assistenza tecnica nei prefestivi e festivi ecc.	9	0,8	7,2	Buono il progetto di assistenza tecnica: nei prefestivi e festivi è garantita solo la teleassistenza e/o assistenza telefonica
M	Progetto nel suo complesso (numero strumenti, modalità di esecuzione senza pre-accettazione, consolidamento delle provette, organizzazione dei flussi dei dati).	5	1	5	4 strumenti, middleware web-based, utilizzo di maggior numero di provette con anticoagulante
N	Sistema gestionale (interfaccia utente "user friendly", sistema di auto-validazione, sistema esperto, gestione del controllo di qualità, gestione della tracciabilità e dei materiali)	5	1	5	Ottimo
TOTALE				68,2	

A fronte di quanto sopra, a conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione, stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.ulss8.veneto.it.

La seduta ha termine alle ore 12:00.

IL PRESIDENTE

Dr. Andrea Toma

I COMMISSARI

Dr.ssa Mariagrazia Busato

Dr. Ernesto Zanetel

