

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANNULE VENOSE PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA PER L'UOC DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3)

**GARA N. 8424285 - CIG 9068522D15
ID SINTEL 150198846**

Alle ore 13:00 circa del 03/05/2022, in Vicenza, presso uno studio dell'UOC Cardiocirurgia dell'Azienda ULSS 8 Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 601 del 15/04/2022 così composta:

Presidente: Dr.ssa Romina Cazzaro, Direttore dell'UOC Direzione Medica di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
Commissari: Dr.ssa Olivera Rasovic, Dirigente medico presso l'UOC di Cardiocirurgia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
Dr. Renato Tonello, Coordinatore della sala operatoria presso l'UOC Cardiocirurgia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione si riunisce dopo aver esaminato le campionature presentate dalle ditte Medtronic S.p.a. e Sorin Group Italia S.r.l.

Procede quindi all'attribuzione dei giudizi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, come da tabella allegata al presente verbale.

La ditta Sorin Group Italia ha raggiunto il punteggio di qualità di 43 punti e la ditta Medtronic Italia S.p.a. ha raggiunto il punteggio di qualità massimo, fissato in 70 punti nell'art. 18.1 del disciplinare di gara. Pertanto, entrambe le ditte vengono ammesse all'apertura dell'offerta economica.

La seduta ha termine alle ore 14:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



Dr.ssa Romina Cazzaro



Dr.ssa Olivera Rasovic

I COMMISSARI



Dr. Renato Tonello

All.: tabella excel

		MEDTRONIC ITALIA S.p.a.				SORIN GROUP ITALIA S.r.l.			
N	Elementi di valutazione	punti max. D	valutazione (coefficiente)	PUNTEGGIO ASSEGNATO	motivazione	valutazione (coefficiente)	PUNTEGGIO ASSEGNATO	motivazione	
1	Efficacia del drenaggio venoso durante la procedura endoscopica con retrazione dell'atrio e ritorno venoso forzato con negativa di -40mmHg	20	1	20		0,4	8	Importante riduzione del drenaggio su minime variazioni della posizione della cannula	
2	Flessibilità e resistenza al kinking	10	1	10		1	10		
3	Ingombro del confezionamento del kit e facilità di apertura sul campo operatorio	10	1	10		1	10		
4	Facilità di introduzione e fissaggio, anche in condizioni limite di emergenza	15	1	15		0,6	9	Mandrina particolarmente morbida che rende difficile l'inserimento della cannula per via percutanea	
5	Maneggevolezza e flessibilità, facilità di posizionamento ecoguidato	15	1	15		0,4	6	Eccessiva flessibilità della cannula. Difficile il corretto posizionamento bicavale ecoguidato	
			TOTALE	70		TOTALE	43		

ful

AN

