



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi per l'eventuale fornitura di n. 2 colposcopi per l'esecuzione di procedure di colposcopia, vulvoscopia e trattamenti locali in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 Berica. ID SINTEL: 153763089 – CIG: Z4536236A0 – **Richiesta Chiarimenti**

Domanda: Si chiede se al punto 3 della documentazione richiesta (pag. 5 del disciplinare) si possa presentare la certificazione MDR del produttore in lingua inglese.

Risposta: Si conferma.

Domanda: in merito al "sistema per acquisizione immagini fisse, video, ... (deve essere fornita workstation dotata di monitor, stampante a colori, masterizzatore per archiviare su DVD/CD dati) ...": Detta workstation, anche ai fini degli aspetti costruttivi, si preferisce montata sullo stativo del colposcopio o su carrello indipendente.

Risposta: workstation indipendente, anche senza carrello o stativo dedicato

Domanda: La presenza di marcatura CE si deve considerare come caratteristica opzionale?

Risposta: L'inserimento del requisito "marcatura CE" tra le caratteristiche opzionali è un refuso. Trattandosi di un DM è obbligatoria la marcatura CE

Domanda: La quotazione, da parte degli OE, di tutti gli opzionali disponibili ed il fatto che detta quotazione non rientra nella base d'asta si riferisce al sistema per acquisizione immagini fisse, ecc. e – se corretto – alla marcatura CE o ad altri eventuali accessori e/o moduli opzionali che possono essere offerti per arricchire la fornitura?

Risposta: Per opzionali si intende il "Sistema per acquisizione immagini fisse, video e file audio per registrazione e archiviazione in alta definizione su HD interno, su supporti esterni, su supporti digitali (deve essere fornita workstation dotata di monitor, stampante a colori, masterizzatore per archiviare su DVD/CD dati) con gestione delle immagini digitali, possibilità di inserimento di dati anagrafici paziente e commenti. Nonché ogni altro accessorio o modulo disponibile.

Domanda: Si chiede di fornire chiarimenti in merito al criterio di aggiudicazione visto che su piattaforma Sintel è indicato che trattasi di procedura al prezzo più basso mentre da "Premessa" e "Art.6" del vs. protocollo si fa riferimento ad un'assegnazione che non si limita al solo prezzo offerto ma ad una vera e propria valutazione dei prodotti, da parte di una commissione/gruppo di esperti.

Secondo le informazioni da voi date, infatti, gli esperti non si limiteranno a valutare la sola presenza degli elementi tecnici richiesti (come dovrebbe essere in una procedura di gara indetta con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso) ma esprimeranno giudizi anche su aspetti che, peraltro, non fanno parte delle caratteristiche tecniche indicative o sono da ritenersi opzionali.

È il caso, ad esempio, del giudizio che verrà espresso sugli “aspetti funzionali legati alla compatibilità e interconnessione con i sistemi già presenti presso l’Azienda Ulss 8 Berica”. Detta compatibilità non è richiesta fra le caratteristiche tecniche indicative dei colposcopi da fornire ed inoltre non viene nemmeno data indicazione, da parte di codesto Ente, di quali siano i sistemi già presenti cui i prodotti debbano interfacciarsi.

È anche il caso del giudizio che verrà espresso sugli “aspetti funzionali in merito alle modalità funzionali e agli applicativi richiesti” in questo caso, infatti, sembra rivolgersi ad un applicativo che, fra le caratteristiche tecniche indicative, è indicato come opzionale

Risposta: La piattaforma SINTEL prevede solamente 2 opzioni di aggiudicazione ossia “prezzo più basso” o “offerta economicamente più vantaggiosa”. Non essendo prevista l’opzione relativa all’affidamento diretto previa richiesta di preventivi si è ritenuto di inserire la procedura di gara di cui all’oggetto nell’opzione di aggiudicazione “prezzo più basso”. In ogni caso fa fede quanto previsto dal disciplinare di gara.

I criteri di valutazione di cui alla pag. 9 del disciplinare di gara sono integralmente sostituiti dai seguenti:

- 1. Aspetti tecnici/costruttivi relativi al percorso ottico.**
- 2. Aspetti ergonomici relativi all’utilizzo: semplicità di movimentazione, ampiezza movimentazione braccio ecc.;**
- 3. Aspetti tecnici relativi a telecamera e centralina integrata.**

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto