

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: FORNITURA DI N. 10 ARMADI VENTILATI PER L'ASCIUGATURA E LO STOCCAGGIO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8

BERICA - ID SINTEL: 153875361 - CIG: 9210551322

Domanda: In riferimento al punto n.11 denominato " campionatura" del Disciplinare di Gara, nel caso in cui la Commissione deciderà di effettuare una prova pratica degli armadi offerti, siamo a richiedere la possibilità alternativa di far visionare gli stessi presso un altro Ente pubblico, dove gli armadi sono installati nella medesima configurazione offerta in gara. Questa alternativa si renderebbe necessaria per poter valutare l'armadio funzionante, in quanto il collegamento con l'aria compressa ospedaliera solitamente non è immediato e potrebbe richiedere un intervento tecnico.

Risposta: Si conferma la possibilità di far visionare la campionatura presso altra struttura nella quale sono installati gli armadi nella medesima configurazione offerta in sede di gara purché installati in strutture ubicate nella regione Veneto.

Domanda: Si riscontra che le caratteristiche specifiche richieste a pag. 2 del documento di gara "Elaborato_7555-Disciplinare_armadi_endoscopi_-_Prot._46273", consentono la partecipazione, per questa gara, ad un unico fornitore.

Non è pertanto consentita la libera e più ampia partecipazione a tutte le altre Aziende presenti sul mercato.

Risposta: A seguito di indagine conoscitiva del mercato è emersa la presenza di più operatori economici aventi prodotti rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste a pag. 2 del disciplinare di gara o comunque equivalenti.

Domanda: Si richiede se gli armadi offerti dovranno essere predisposti per essere interfacciati ad un software di tracciabilità o se dovranno essere offerti con il software di tracciabilità incluso nella fornitura

Risposta: Le macchine devono essere compatibili con il software di tracciabilità già presente in azienda fornito da Tesi. Il sistema in uso è il sistema CLEAN TRACK fornito da TESI GROUP

Il RUP (Dott. Giorgio Miotto)

e mail: francesco.trunfio@aulss8.veneto.it