

**FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PREANALITICO, DI UN SISTEMA ANALITICO INTEGRATO PER LA DETERMINAZIONE CON METODI IMMUNOMETRICI DI ORMONI NEL SANGUE, VITAMINE E MARCATORI DI PATOLOGIA E DI UN SISTEMA POST ANALITICO PER L'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**

n. gara 8515328

**CHIARIMENTO DA N. 1 A N. 6**

**Domanda n. 1**

Al fine di prendere conoscenza dello stato dei luoghi e di ogni elemento utile alla formulazione del progetto tecnico di installazione delle attrezzature e di adeguamento dei locali, si chiede di integrare la documentazione tecnica con la piantina del locale interessato alla procedura di gara in formato Autocad (.dwg).

**Risposta n. 1**

In allegato al presente chiarimento si pubblica la piantina dei locali interessati in formato DWG.

**Domanda n. 2**

A pagina 28 del Disciplinare di gara viene precisato che Possono essere presentati in lingua inglese i documenti di cui alle lettere j) e k), rispettivamente "documentazione scientifica" e "Altra documentazione utile". Si chiede di confermare che, data la natura di quanto richiesto, possono essere presentati in inglese anche i documenti di cui alla lettera "i) certificazioni e/o dichiarazioni di conformità CE.

**Risposta n. 2**

Si conferma che possono essere presentati in lingua inglese anche i documenti di cui alla lettera "i) certificazioni e/o dichiarazioni di conformità CE.

**Domanda n. 3**

Si chiede di confermare che non sia necessario presentare il PASSoe nella busta amministrativa.

**Risposta n. 3**

Si conferma che non è necessario presentare il PASSoe nella busta amministrativa.

**Domanda n. 4**

In considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e di quanto ad oggi prescritto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77/2021 (cd. decreto "semplificazioni bis") per cui "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché ... all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare", si chiede di confermare che nel documento DGUE alla sezione D si debba indicare solo la parte di prestazione da affidare in subappalto e non anche la percentuale corrispondente al suo valore, fermo l'attuale limite (insuperabile) del 50% in vigore sino al 31 ottobre 2021. 4. Con riferimento al nuovo

decreto legge cd. Sblocca-Cantieri, l'art. 105, d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri), conv. in l. 55/2019, non prevede l'indicazione del nominativo del subappaltatore. Pertanto in riferimento a quanto richiesto documento DGUE alla sezione D, Vi chiediamo di confermare che non occorre indicare il nominativo del subappaltatore, ma sia sufficiente citare la/e attività che si intende/intendono subappaltare.

#### **Risposta n. 4**

Nel documento DGUE alla sezione D si deve indicare sia la parte di prestazione da affidare in subappalto sia la percentuale corrispondente al suo valore.

Si conferma inoltre che non occorre indicare il nominativo del subappaltatore.

#### **Domanda n. 5**

Tra la documentazione di gara è presente l'Allegato A - DUVRI", si chiede di confermare che tale documento non deve essere né compilato né allegato all'offerta e che è stato reso disponibile solo per visione, la compilazione sarà quindi richiesta all'Azienda aggiudicataria.

#### **Risposta n. 5**

Si conferma che l'Allegato DUVRI non deve essere né compilato né allegato all'offerta e che è stato reso disponibile solo per visione.

La compilazione sarà richiesta solo all'Azienda aggiudicataria.

#### **Domanda n. 6**

In riferimento all'Art.4 del Capitolato Tecnico e per meglio formulare l'offerta dei servizi di assistenza tecnica, si chiede di indicare i giorni e gli orari di attività del Laboratorio.

#### **Risposta n. 6**

Il settore lavora, in accettazione campioni, full time 6 giorni su 7, in esecuzione determinazioni in gara full time 5/7, a regime parzialmente ridotto il sabato e prefestivi.

L'orario di accettazione dei campioni (preanalitica) è 7:30-15:00, le analisi e post-analitica 7:00-16:00.

Il Responsabile del Procedimento di Gara  
dott. Giorgio Miotto

**All: piantina in formato DWG**