



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it)

PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

**FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PREANALITICO, DI UN SISTEMA ANALITICO INTEGRATO PER LA DETERMINAZIONE CON METODI IMMUNOMETRICI DI ORMONI NEL SANGUE, VITAMINE E MARCATORI DI PATOLOGIA E DI UN SISTEMA POST ANALITICO PER L'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA**

n. gara 8515328

**CHIARIMENTI N. 9 e 10**

**Domanda n. 9**

Si richiede di confermare la possibilità di utilizzare il locale tecnico posto al di sotto dell'area di progetto (dove sono attualmente già presenti UPS e Deionizzatori), per il collocamento degli strumenti accessori quali, appunto, compressori, UPS e deionizzatori.

**Risposta n. 9**

Si conferma la possibilità di utilizzare il locale tecnico posto al di sotto dell'area di progetto per il collocamento degli strumenti accessori; è onere della Ditta prendere visione degli spazi del locale tecnico per l'adeguatezza, anche in relazione ai carichi elettrici, al fine di verificare che ci sia la disponibilità di potenza richiesta. Qualora gli strumenti installati dovessero determinare incrementi rilevanti di temperatura, sarà a carico della ditta appaltante provvedere anche al raffrescamento dell'ambiente.

**Domanda n. 10**

Si richiede di indicare se gli allacci all'aria compressa presenti nel laboratorio siano di aria compressa medica o meccanica e di indicarne la pressione di esercizio in bar.

**Risposta n. 10**

Si precisa che gli allacci sono all'aria meccanica (purificata) e che l'aria tecnica attualmente presente in laboratorio ha una pressione di esercizio impostata a 8 bar ai piani ove è utilizzata ed è un'aria secca con punto di rugiada a 3°C.

Il Responsabile del Procedimento di Gara  
dott. Giorgio Miotto