

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER DIAGNOSTICA DI COLORAZIONE PER IMMUNOISTOCHEMICA E IBRIDAZIONE IN SITU PER L'UOC DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELL'ULSS 8 BERICA**

**SUDDIVISA IN 2 LOTTI - N. GARA 8468061 - ID SINTEL 152619783**

**LOTTO 1 CIG 9120659DE5**

**LOTTO 2 CIG 9120680F39**

**VERBALE DEL R.U.P. DEL 27/09/2022**

Il giorno 27/09/2022, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - dott. Giorgio Miotto –

- preso atto dei verbali di valutazione delle buste tecniche della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 940 del 01/006/2022 rispettivamente del 11/07/2022, 12/07/2022, 13/09/2022, 22/09/2022, 23/09/2022 e 26/09/2022 ed, in particolare, del verbale del 22/09/2022 nel quale viene dato atto che *“L’offerta tecnica presentata dalla ditta Agilent Technologies Italia S.P.A. non soddisfa le caratteristiche minime del sistema per diagnostica richieste dal capitolato tecnico: in particolare il sistema proposto non soddisfa la caratteristica minima del sistema di diagnostica prevista dal punto 2 dell’art 2 del capitolato tecnico di gara, laddove prevede che il Sistema modulare per diagnostica deve essere composto da un numero di moduli - uguali fra loro - necessari per coprire un fabbisogno complessivo di (almeno) 150 vetrini per corsa di colorazione, gestiti da 1 unità pc con relativo software dedicato. La ditta offre due strumenti, entrambi capaci di colorare 60 vetrini per corsa di colorazione, per un totale potenziale massimo di 120 vetrini per corsa di colorazione, inferiore alla richiesta del capitolato (pari a 150 vetrini per corsa), insufficienti quindi a coprire il fabbisogno dell’UOC Anatomia ed Istologia Patologica. L’offerta della ditta Agilent Technologies Italia S.P.A., non soddisfacendo le richieste minime previste a pena di esclusione dal capitolato di gara, non può essere ammessa alla successiva fase di gara”*,

ESCLUDE

la ditta Agilent Technologies Italia S.P.A. dalla gara per il lotto n. 1.

Vicenza, 27/09/2022

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

