



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dr. Giorgio Miotto

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA
DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER IL GRUPPO OPERATORIO E LA CARDIO CHIRURGIA:
CHIARIMENTI**

ID SINTEL: 159602026

- 1) In riferimento al lotto 1 si chiede se i lacci in silicone devono essere forniti in buste da 1 o 2 pezzi.
Buste da 2 pezzi.
- 2) In riferimento al lotto 1 si chiede se è necessario offrire le differenti lunghezze.
Sì, i colori e le misure dei lacci in silicone indicate nel Disciplinare di Gara sono vincolanti.
- 3) In riferimento ai lotti 1 e 2 si chiede di specificare i colori, le misure ed in particolare la lunghezza.
*I colori e le misure del lotto 1 si confermano come da Disciplinare di Gara all'art. 1.
I colori del lotto 2 non sono vincolanti, mentre le misure si confermano come da Disciplinare di Gara all'art. 1.*
- 4) In riferimento al lotto 3 si chiede se ci si riferisce ai coprimorsi per protezione fili di sutura o coperture per pinze.
Ci si riferisce ai coprimorsi per pinze e fili di sutura.
- 5) In riferimento al lotto 4 si chiede se i cavi di interfaccia sono compresi nella base d'asta o se sono quotati separatamente. Nel primo caso si chiede di rivedere i prezzi unitari delle sonde temperatura e di comunicare la quantità presunta di fabbisogno dei cavi di interfaccia.
*I cavi di interfaccia non sono compresi nella base d'asta.
Presso le U.O. risultano già presenti cavi di interfaccia e al momento dell'assegnazione della fornitura ci si riserva la facoltà di verificare la compatibilità dei cavi con le sonde. Se non compatibili, l'Azienda ULSS provvederà ad acquistarli. Si chiede quindi che venga inserito il costo dei cavi di interfaccia nel listino prezzi di cui all'art. 4, step 3, del Disciplinare di Gara. Il fabbisogno stimato è di 30 pezzi per tutta la durata contrattuale.*
- 6) In riferimento al lotto 4 si chiede conferma rispetto al prezzo a base d'asta.
Sì, si conferma la base d'asta prevista per il lotto 4 (sonde temperatura monouso).
- 7) Con riferimento alla documentazione tecnica, si chiede se sia possibile presentare alcuni dei documenti richiesti quali obbligatori, ad esempio, le dichiarazioni di conformità, i certificati CE e i certificati ISO in lingua originale inglese.
Sì.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E GESTIONE DELLA
LOGISTICA
F.to Dr Giorgio Miotto

Responsabile del Procedimento: Miotto dott. Giorgio

Referente procedura: Menini dott.ssa Anna Lisa

Tel. 0444-75.2442 Fax 0444-75. 3407

e mail: annalisa.menini@aulss8.veneto.it