

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE E DEI CAMPIONI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI "SENSORI PER SATURIMETRIA TRANSCUTANEA" – CIG 941731997A

In data 05/12/2022 alle ore 14.30, si è riunita presso la sala riunioni dell'U.O. Farmacia Ospedaliera San Bortolo – Vicenza, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di "SENSORI PER SATURIMETRIA TRANSCUTANEA" – CIG 941731997A

La Commissione, nominata con prot. 0113506722 del 04/11/2022 risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Anna Radin – Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera

Componenti: Dott.ssa Delle Grazie Alberta – Coordinatrice Infermieristica U.O.C. Anestesia e Rianimazione Vicenza

Dott. Andrea Marchesin – Coordinatore Infermieristico U.O.C. Gruppo Operatorio Vicenza

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gara le seguenti ditte:

- Cardiva Italia S.r.l.
- Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.

Ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, Dott. Giorgio Miotto, le buste contenenti la documentazione tecnica prodotta da tali ditte e la campionatura, la Commissione procede all'analisi di tale documentazione per verificarne la corrispondenza con quanto richiesto nel disciplinare di gara.

La documentazione presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto.

L'art. 9 del disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione venga effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vengono quindi richiamati i criteri di aggiudicazione previsti:

- a) Qualità: punteggio massimo - 70/100
- b) Prezzo: punteggio massimo - 30/100

Il punteggio relativo alla qualità verrà attribuito per singolo lotto in base ai criteri ed i punti massimi specificati nell'art. 9 del disciplinare di gara.

Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a **punti 42 su 70** complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.

La Commissione interrompe quindi i lavori alle ore 15.30 e li riprende successivamente in data 19/12/2022 alle ore 14.30 per la valutazione qualitativa, attribuendo i seguenti punteggi, essendo la gara a lotto unico

LOTTO 1

(sub lotto 1_A) Sensore monopaziente per saturimetria transcutanea per paziente adulto con peso superiore a 30 KG completo di cavo di collegamento

(sub lotto 1_B) Sensore monopaziente per saturimetria transcutanea per paziente pediatrico con peso compreso tra 3 e 20 Kg completo di cavo di collegamento

(sub lotto 1_C) Sensore monopaziente per saturimetria transcutanea per paziente neonatale con peso inferiore a 3 Kg completo di cavo di collegamento

(sub lotto 1_D) Cavi di collegamento tra sensore e monitor/saturimetri

- **Cardiva Italia S.r.l.**

N. Lotto 1	Caratteristiche soggette a valutazione		Punteggio massimo	Punteggio attribuito
	Posizionamento	Adattabilità del sensore al sito di posizionamento	0-10	10
		Adesività	0-12	12
	Tenuta	Assenza di distacco del sensore dalla cute durante l'uso	0-16	16
		Tenuta tra filo e sensore	0-6	6
		Tenuta tra cavo del sensore e cavo di collegamento al monitor o al saturimetro	0-6	6
		Mantenimento del segnale per tutta la durata dell'uso	0-4	1
	Atraumaticità nella rimozione		0-10	10
	Assenza di irritazione cutanea dopo la rimozione		0-6	6
TOTALE			0-70	67

Segnale rallentato ad inizio monitorizzazione ed alterazioni alla movimentazione del paziente; nel paziente pediatrico si segnala la necessità di sostituzione del cavo per assenza improvvisa del segnale

- **Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.**

N. Lotto 1	Caratteristiche soggette a valutazione		Punteggio massimo	Punteggio attribuito
	Posizionamento	Adattabilità del sensore al sito di posizionamento	0-10	10
		Adesività	0-12	12
	Tenuta	Assenza di distacco del sensore dalla cute durante l'uso	0-16	16
		Tenuta tra filo e sensore	0-6	6
		Tenuta tra cavo del sensore e cavo di collegamento al monitor o al saturimetro	0-6	6
		Mantenimento del segnale per tutta la durata dell'uso	0-4	4
	Atraumaticità nella rimozione		0-10	10
	Assenza di irritazione cutanea dopo la rimozione		0-6	6
TOTALE			0-70	70

La Commissione conclude i lavori alle ore 16.30.


Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE **Dott.ssa Anna Radin**




I COMPONENTI

Dott.ssa Alberta Delle Grazie



Dott. Andrea Marchesin



Il presente verbale viene trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per il seguito di competenza.

