

VERBALE DEL 18.10.2022

SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APERTURA DEI PLICHI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARE PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 10 ARMADI VENTILATI PER L'ASCIUGATURA E LO STOCCAGGIO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 153875361 – CIG: 9210551322

In data 18/10/2022 alle ore 14 si è riunita presso l'Ufficio di Ingegneria Clinica, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico — qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di n. 10 armadi ventilati per l'asciugatura e lo stoccaggio degli endoscopi flessibili in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 Berica – ID SINTEL: 153875361 – CIG: 9210551322

La Commissione, nominata con prot. 59134 del 31.05.2022 risulta così composta:

Presidente: Dott. Maurizio Pantalena

Direttore UOC Gastroenterologia ed Endoscopia P.O. Cazzavillan di Arzignano

Componenti: Dott.ssa Marisa Perin

Coordinatrice Infermieristica Centrale Sterilizzazione P.O. San Bortolo di Vicenza

Sig. Roberto Artuso

Collaboratore Tecnico UOS Ingegneria Clinica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.


Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gare le seguenti ditte:

- ✓ Cantel Medical Italy srl;
- ✓ Nuova Farmec srl;

La Commissione prende preliminarmente atto di quanto deciso nella seduta precedente così come risulta dal verbale datato 30/06/2022 e prosegue quindi nei lavori.

Il Presidente ricorda che i giudizi verranno espressi dalla commissione secondo la seguente scala di valutazione:


Sez.	Descrizione criterio	Pt. max
A	<u>Elementi costruttivi:</u> 1. verrà valutato il minimo ingombro del prodotto in relazione alla massima capacità di stoccaggio (<i>massimo 8 punti</i>) 2. verrà valutata la massima flessibilità di installazione in relazione alle necessità di posizionamento dell'armadio nelle singole unità operative (<i>massimo 8 punti</i>)	16





B	<u>Elementi funzionali:</u> 1. verrà valutato il dettaglio migliorativo rispetto al tempo massimo di mantenimento dello stoccaggio, ai tempi di asciugatura, alle specifiche funzionalità della circolazione di aria all'interno della camera e degli endoscopi (<i>massimo 8 punti</i>) 2. verrà valutata l'interfaccia con l'utilizzatore, la semplicità e intuitività dei comandi e delle funzioni di segnalazione dello stato di stoccaggio e degli allarmi (<i>massimo 8 punti</i>)	16
C	<u>Tracciabilità, registrazione e interfacciamento:</u> 1. verranno valutati gli elementi inerenti la tracciabilità del processo di stoccaggio, sulla base del numero dei dati forniti e l'intervallo temporale (<i>massimo 10 punti</i>) 2. verranno valutati gli elementi relativi alla semplicità di interfacciamento con il sistema ENDOX in uso, in relazione anche ad attestazione di referenze in altre strutture dove l'interoperabilità è già abilitata (<i>massimo 8 punti</i>)	18
D	<u>Filtrazione</u> 1. verranno valutati gli elementi migliorativi in relazione al livello minimo normativo di filtrazione richiesto secondo (<i>massimo 6 punti</i>)	6
E	<u>Assistenza tecnica:</u> verranno valutati gli elementi migliorativi rispetto alle specifiche di minima del capitolato di gara, quale (a titolo esemplificativo) il tempo di intervento in loco, la disponibilità e la tempistica di reperimento dei ricambi, ecc....	8
F	<u>Garanzia:</u> verranno assegnati 2 punti aggiuntivi ogni 12 mesi ulteriori di garanzia offerti oltre ai 24 di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti	6
Totale		70

GIUDIZIO SINTETICO	ANALISI	COEFFICIENTE
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0

Pertanto sulla base della documentazione tecnica presentata, delle visioni effettuate a seguito della campionatura la commissione procede all'assegnazione dei seguenti punteggi:

Criteri di valutazione ditta Cantel Medical Italy srl

giudizi verranno espressi dalla commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Sez.	Descrizione criterio	Pt. max	pt. attribuito	motivazione
A	<p><u>Elementi costruttivi:</u></p> <p>1.verrà valutato il minimo ingombro del prodotto in relazione alla massima capacità di stoccaggio (<i>massimo 8 punti</i>)</p> <p>2.verrà valutata la massima flessibilità di installazione in relazione alle necessità di posizionamento dell'armadio nelle singole unità operative (<i>massimo 8 punti</i>)</p>	16	16	
B	<p><u>Elementi funzionali:</u></p> <p>1.verrà valutato il dettaglio migliorativo rispetto al tempo massimo di mantenimento dello stoccaggio, ai tempi di asciugatura, alle specifiche funzionalità della circolazione di aria all'interno della camera e degli endoscopi (<i>massimo 8 punti</i>)</p> <p>2.verrà valutata l'interfaccia con l'utilizzatore, la semplicità e intuitività dei comandi e delle funzioni di segnalazione dello stato di stoccaggio e degli allarmi (<i>massimo 8 punti</i>)</p>	16	16	
C	<p><u>Tracciabilità, registrazione e interfacciamento:</u></p> <p>1.verranno valutati gli elementi inerenti la tracciabilità del processo di stoccaggio, sulla base del numero dei dati forniti e l'intervallo temporale (<i>massimo 10 punti</i>)</p> <p>2.verranno valutati gli elementi relativi alla semplicità di interfacciamento con il sistema ENDOX in uso, in relazione anche ad attestazione di referenze in altre strutture dove l'interoperabilità è già abilitata (<i>massimo 8 punti</i>)</p>	18	18	
D	<p><u>Filtrazione</u></p> <p>1.verranno valutati gli elementi migliorativi in relazione al livello minimo normativo di filtrazione richiesto secondo (<i>massimo 6 punti</i>)</p>	6	6	
E	<p><u>Assistenza tecnica:</u></p> <p>verranno valutati gli elementi migliorativi rispetto alle specifiche di minima del capitolato di gara, quale (a titolo</p>	8	8	



	esemplificativo) il tempo di intervento in loco, la disponibilità e la tempistica di reperimento dei ricambi, ecc....			
F	<u>Garanzia:</u>	6	6	
	verranno assegnati 2 punti aggiuntivi ogni 12 mesi ulteriori di garanzia offerti oltre ai 24 di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti			Offerti 60 mesi
Totale		70	70	

Criteria di valutazione ditta Nuova Farmec srl

Sez.	Descrizione criterio	Pt. max	pt. attr.	motivazione
A	<u>Elementi costruttivi:</u> 1.verrà valutato il minimo ingombro del prodotto in relazione alla massima capacità di stoccaggio (<i>massimo 8 punti</i>)	16	8	
	2.verrà valutata la massima flessibilità di installazione in relazione alle necessità di posizionamento dell'armadio nelle singole unità operative (<i>massimo 8 punti</i>)		4.8	Sufficiente: L'ergonomia e la posizione dei cassetti non ottimale per le esigenze delle varie UU.OO. coinvolte
B	<u>Elementi funzionali:</u> 1.verrà valutato il dettaglio migliorativo rispetto al tempo massimo di mantenimento dello stoccaggio, ai tempi di asciugatura, alle specifiche funzionalità della circolazione di aria all'interno della camera e degli endoscopi (<i>massimo 8 punti</i>)	16	6.4	Buono: Circolazione dell'aria all'interno della camera poco efficiente
	2.verrà valutata l'interfaccia con l'utilizzatore, la semplicità e intuitività dei comandi e delle funzioni di segnalazione dello stato di stoccaggio e degli allarmi (<i>massimo 8 punti</i>)		4.8	Sufficiente: Sistema di riconoscimento dello stato di stoccaggio solo su display (assenza di colorazione dell'armadio). Software dettagliato ma poco intuitivo
C	<u>Tracciabilità, registrazione e interfacciamento:</u> 1.verranno valutati gli elementi inerenti la tracciabilità del processo di stoccaggio, sulla base del numero dei dati forniti e l'intervallo temporale (<i>massimo 10 punti</i>)	18	10	
	2.verranno valutati gli elementi relativi alla semplicità di interfacciamento con il sistema ENDOX in uso, in relazione anche ad attestazione di referenze in altre strutture dove l'interoperabilità è già abilitata (<i>massimo 8 punti</i>)		1.6	Gravemente insufficiente: sebbene la ditta dichiara che il sistema offerto è interfacciabile con il sistema di tracciabilità dedicato ENDOX fornito dalla ditta





				TESI, non ha fornito nessuna dichiarazione certificata da parte del produttore di avere già interfacciato con successo con altre strutture ospedaliere, l'applicativo con il loro sistema.
D	<u>Filtrazione</u> I.verranno valutati gli elementi migliorativi in relazione al livello minimo normativo di filtrazione richiesto secondo (<i>massimo 6 punti</i>)	6	6	
E	<u>Assistenza tecnica:</u> verranno valutati gli elementi migliorativi rispetto alle specifiche di minima del capitolato di gara, quale (a titolo esemplificativo) il tempo di intervento in loco, la disponibilità e la tempistica di reperimento dei ricambi, ecc....	8	8	
F	<u>Garanzia:</u> verranno assegnati 2 punti aggiuntivi ogni 12 mesi ulteriori di garanzia offerti oltre ai 24 di base richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti	6	2	Offerti 36 mesi
Totale		70	51.6	

La seduta termina alle ore 15.30

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Dott. Maurizio Pantalena



I Componenti

Dott.ssa Marisa Perin



Sig. Roberto Artuso

