

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 211 DEL 09/02/2023

O G G E T T O

ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA 33 LETTI A BILANCIA PER DIALISI IN FABBISOGNO ALL'UOC DI NEFROLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 219/23

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:

Con note agli atti il Direttore dell'UOC di Nefrologia dell'Azienda Ulss n. 8 Berica ha richiesto l'acquisto di n. 33 letti a bilancia per dialisi da assegnare, n. 19 letti al Centro Emodialisi Extracorporea del P.O. San Bortolo di Vicenza, 9 al Centro Emodialisi del P.O. San Lorenzo di Valdagno e n. 5 letti al P.O. Cazzavillan di Arzignano specificando che la richiesta è dettata dalla necessità di sostituzione dei letti attualmente in uso in quanto obsoleti e soggetti a numerosi guasti ed inoltre alcuni di essi sono stati dichiarati "fuori uso" dal Servizio di Ingegneria Clinica;

interpellato, il GDL – Apparecchiature Elettromedicali – UVA DM – ha espresso parere positivo all'acquisto specificando che "... la sostituzione si rende necessaria per obsolescenza, malfunzionamenti ed alcuni fuori uso";

a seguito dell'invio, da parte del Servizio Ingegneria Clinica, del capitolato di gara, con delibera 352 del 07.03.2022 è stata indetta, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, procedura negoziata aperta a tutti i potenziali concorrenti per la fornitura, n. 33 letti a bilancia per dialisi in fabbisogno all'UOC di Nefrologia dell'Azienda Ulss n. 8 Berica con aggiudicazione sulla base della valutazione, da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate ed avente base d'asta pari ad € 108.000,00;

con prot. 29909 del 17.03.2022, si è, quindi, avviata procedura negoziata, mediante la pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel che sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, per l'affidamento di n. 33 letti bilancia per dialisi in fabbisogno all'UOC di Nefrologia dell'Azienda Ulss n. 8 Berica ed entro la data ultima per la presentazione delle offerte sono pervenute le proposte economiche delle ditte e per gli importi come di seguito indicati:

Ditte	Importo
Gardehn Bilance srl	€ 99.000,00
Mechus srl	€ 105.211,26
5.9 srl	€ 107.745,00

con nota prot. 37695 del 06.04.2022 è stato nominato il Gruppo di Esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta il quale, a seguito della valutazione delle schede tecniche richiedeva la visione dei prodotti offerti in sede di gara;

a seguito di visione della campionatura dei prodotti offerti, in data 07.12.2022 il Gruppo di Esperti faceva pervenire allo scrivente Servizio la propria relazione (All.01) nella quale comunicava che "... si ritiene che il prodotto offerto dalla ditta 5.9 srl, viste le caratteristiche peculiari del sistema di pesatura e discesa/uscita del paziente... risponde in modo migliore degli altri alle esigenze cliniche e funzionali. Pertanto se ne richiede l'acquisto.";

a seguito di richiesta di miglioria la ditta 5.9 srl ha comunicato l'impossibilità a concedere uno sconto sul prezzo di proposto in sede di gara anche in considerazione dei notevoli aumenti subiti dalle materie prime confermando tuttavia il prezzo di fornitura;

sulla base di quanto sopra esposto si propone, quindi, di assegnare la fornitura di n. 33 letti a bilancia per dialisi in fabbisogno all'UOC di Nefrologia dell'Azienda Ulss n. 8 Berica alla ditta 5.9 srl per un importo complessivo di fornitura pari ad € 107.745,00 IVA esclusa;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31 e 216 comma 27 – octies, del D.Lgs. n. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del DEC;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorre la seguente condizione che impone di nominare un DEC diverso dal RUP:

✓ per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

compito del Dec sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 215,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare la relazione del gruppo di esperti allegata al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante ed il cui originale è agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, la fornitura di n. 33 letti a bilancia per dialisi in fabbisogno all'UOC di Nefrologia dell'Azienda Ulss n. 8 Berica alla ditta 5.9 srl per un importo complessivo di fornitura pari ad € 131.448,90 IVA inclusa;
3. che il costo di euro € 131.448,90 IVA inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 23BD0219Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce "budget degli investimenti aziendale DGR 1617_2022";
4. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'UOC di Nefrologia del P.O. San Bortolo di Vicenza, Dott.ssa Monica Zanella;

5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 215,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI 33 LETTI A BILANCIA PER DIALISI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

In data 23/09/2022 alle ore 10.00 si è riunita presso l'Ufficio di Ingegneria Clinica dell'ospedale di Vicenza, il gruppo di esperti per la valutazione relativa alla fornitura di 33 letti a bilancia per dialisi in fabbisogno all'Azienda Ulss n. 8 Berica:

La Commissione, nominata con prot. 37695 del 06.04.2022 risulta così composta:

Componenti: Dott. Nicola Marchiona
 Dirigente Medico UOC Nefrologia Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Dott.ssa Alessandra Creazza
 Coordinatrice infermieristica Centro Emodialisi extracorporea P.O. San Bortolo Vicenza

Sig. Roberto Artuso
 Ufficio di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale Distretto Est dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Constatato che sono state ammesse a partecipare le seguenti ditte:

- ✓ 5.9 S.r.l.
- ✓ Gardhen Bilance S.r.l.
- ✓ Mechus S.r.l.

Ricevuta dal Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la documentazione prodotta dalle ditte, il gruppo tecnico procede alla valutazione della documentazione pervenuta, considerando inoltre l'aspetto funzionale e operativo delle apparecchiature offerte, sulla base delle esigenze cliniche del Centro Dialisi dell'Azienda Ulss n. 8 Berica e sui criteri di valutazione in ordine decrescente di priorità come da disciplinare di gara

Dall'analisi della documentazione presentata e dalla visione/prova delle apparecchiature offerte risulta in primo luogo che tutti i prodotti offerti presentano le caratteristiche tecniche di cui all'art. 1 del disciplinare. Relativamente alle valutazioni di cui all'art. 6 si esplicita quanto di seguito.

5.9 S.r.l.

1. Aspetti costruttivi:

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 1, il piano letto presenta 5 sezioni rispetto alle 4 richieste.

2. Aspetti funzionali:

Il sistema di pesatura del letto presenta una funzione di blocco peso che permette di effettuare qualsiasi spostamento del paziente, anche la discesa dal letto per vari motivi (es, richiesta di recarsi in bagno o altro) mantenendo il dato peso paziente, facilitando la gestione infermieristica.

La procedura di taratura del letto è estremamente semplice in quanto richiede un unico passaggio mediante l'inserimento numerico del dato, che permette una riduzione dei tempi di messa a letto dei pazienti e quindi un'ottimizzazione delle risorse infermieristiche e di supporto, presenta inoltre la funzione di discesa/uscita letto

del paziente che ne facilita la successiva messa in piedi del paziente considerando che i pazienti emodializzati, essendo prevalentemente anziani, risultano essere poco collaboranti e con ridotta mobilità.

3. Manovrabilità, semplicità di movimentazione in relazione agli spazi, in particolare per l'Ospedale di Vicenza:

Dalla valutazione delle prove effettuate sul campo è emerso che il letto ha una buona manovrabilità essendo dotato di ruote libere e direzionali; la parte strutturale è lineare e di facile sanificazione.

L'ingresso nello spazio ascensore è risultato adeguato.

Gardhen Bilance S.r.l.

1. Aspetti costruttivi:

Le ridotte dimensioni del letto non permettono la corretta gestione dei pazienti obesi, variabile frequente nella popolazione degli emodializzati.

La ditta, presentando un letto con una larghezza ridotta, presenta altresì un materasso con dimensioni dedicate. Più precisamente, a fronte di n. 33 letti, offre 33 materassi dedicati. Tale proposta non è compatibile con l'attività del reparto in quanto, essendo gli stesi materassi sottoposti a frequenti sanificazioni, mancherebbero i materassi per sostituire quelli in fase di sanificazione con interruzione di attività.

Il pannello sostiene monitor ha una sola posizione di apertura verso l'interno del letto che potrebbe in determinate situazioni non permettere una libera movimentazione degli arti inferiori del paziente con rischio di ribaltamento della documentazione clinica che solitamente appoggia su tale pannello.

2. Aspetti funzionali migliorativi rispetto alle specifiche di minima:

Non sono presenti caratteristiche funzionali migliorative rispetto a quelle di cui all'art. 1

3. Manovrabilità, semplicità di movimentazione in relazione agli spazi, in particolare per l'Ospedale di Vicenza:

Dalla valutazione delle prove effettuate sul campo è emerso che il letto ha una buona manovrabilità essendo dotato di ruote direzionali; la parte strutturale è lineare e di facile sanificazione.

L'ingresso nello spazio ascensore è risultato molto buono in quanto il letto ha dimensioni ridotte rispetto allo standard (vedi quanto riportato negli aspetti costruttivi).

Mechus S.r.l.

1. Aspetti costruttivi migliorativi rispetto alle specifiche di minima:

Non presenta elementi migliorativi rispetto alle caratteristiche di cui all'art. 1 del disciplinare.

2. Aspetti funzionali migliorativi rispetto alle specifiche di minima:

Non presenta elementi migliorativi rispetto alle caratteristiche di cui all'art. 1 del disciplinare.

3. Manovrabilità, semplicità di movimentazione in relazione agli spazi, in particolare per l'Ospedale di Vicenza:

Dalla valutazione delle prove effettuate sul campo è emerso che il letto ha una buona manovrabilità essendo dotato di ruote libere e direzionali; la parte strutturale è lineare e di facile sanificazione.

L'ingresso nello spazio ascensore è risultato adeguato.



Conclusioni:

In relazione alle considerazioni riportate, si ritiene che il prodotto offerto dalla ditta 5.9 S.R.L. viste le caratteristiche peculiari del sistema di pesatura e discesa/uscita del paziente sopra descritte, risponde in modo migliore degli altri alle esigenze cliniche e funzionali.

Pertanto se ne richiede l'acquisto per un importo pari a €107.745,00 oltre IVA.

La seduta ha termine alle ore 11.30

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

I COMPONENTI

Dott. Nicola Marchionna



Dott.ssa Alessandra Creazza



Sig. Roberto Artuso

