

SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICHE IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI FORNITURA DI 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO PAZIENTE CENTRALIZZATO, COMPOSTO DA N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO E N. 16 MONITOR MULTIPARAMETRICI IN FABBISOGNO ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA ID SINTEL: 155105324 – CIG: 9255842273

In data 12/12/2022 alle ore 10 si è riunita presso gli uffici del Servizio di Ingegneria Clinica, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio e n. 16 monitor multiparametrici in fabbisogno all'UOC di Neurochirurgia del P.O. San Bortolo di Vicenza.

La Commissione, nominata con prot. 76938 del 19.07.2022 risulta così composta:

Presidente: Dott. Lorenzo Volpin
 Direttore UOC Neurochirurgia P.O San Bortolo Vicenza

Componenti: Sig.ra Claudia Cavaliere
 Coordinatore Infermieristico UOC Neurochirurgia P.O San Bortolo Vicenza

Sig. Roberto Artuso
 Collaboratore Tecnico Ufficio Ingegneria Clinica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gare le seguenti ditte:

- ✓ Burke & Burke spa;
- ✓ Atesmedica.com;
- ✓ Nihon Kohden Italia srl;
- ✓ Sidem spa.

La Commissione prende preliminarmente atto di quanto deciso nella seduta precedente così come risulta dal verbale datato 05/09/2022 e prosegue quindi nei lavori.

Il Presidente ricorda che i giudizi verranno espressi dalla commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Crite	Descrizione	Punteggio massimo
A	Monitor semintensiva	
	a1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8
	a2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8
	a3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4
B	Monitor degenza	
	b1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8
	b2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8

	b3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4
C	Centrale di monitoraggio, client e display ripetitore	
	c1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8
	c2: configurazione hardware rispetto all'inserimento nell'ambiente subintensivo e di degenza	8
D	Caratteristiche innovative	
	d1: aspetti innovativi rispetto le specifiche di minima presenti nel capitolato che sistema inseribile nell'ambiente informatizzato ospedaliero	8
E	Estensione della garanzia: massimo 6 punti	
	e1: 2 punti aggiuntivi ogni 12 mesi aggiuntivi di garanzia proposti, oltre i 24 mesi capitolato, per un massimo di 6 punti	6
TOTALE		70

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	COEFFICIENTE
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0

Pertanto sulla base della documentazione tecnica presentata, delle prove effettuate a seguito della campionatura la commissione procede all'assegnazione dei seguenti punteggi:

Valutazione ditta Burke & Burke spa

DESCRIZIONE CRITERIO		Pt. max	Coefficiente	pt. attribuito	Motivazione
A	Monitor semiintensiva				
	a1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	a2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8	1	8	
	a3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4	1	4	
B	Monitor degenza				
	b1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	0,6	4,8	Sufficiente: Durante la prova il monitor ha presentato problemi sulla

				funzionalità dei moduli e dei bracciali; è risultato necessario richiedere alla ditta la sostituzione delle parti non funzionanti ciò compromettendo l'affidabilità della configurazione proposta	
	b2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8	0,6	4.8	Sufficiente: Durante la prova il monitor ha presentato problemi sulla funzionalità dei moduli e dei bracciali; è risultato necessario richiedere alla ditta la sostituzione delle parti non funzionanti ciò compromettendo l'affidabilità della configurazione proposta
	b3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4	1	4	
	Centrale di monitoraggio				
C	c1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	c2: configurazione hardware rispetto all'inserimento nell'ambiente subintensivo e di degenza	8	1	8	
	Caratteristiche innovative				
D	d1: aspetti innovativi rispetto le specifiche di minima presenti nel capitolato che rendano il sistema inseribile nell'ambiente informatizzato ospedaliero	8	1	8	
	Estensione della garanzia: massimo 6 punti				
E	e1: 2 punti aggiuntivi ogni 12 mesi aggiuntivi di garanzia proposti, oltre i 24 mesi previsti da capitolato, per un massimo di 6 punti	6	1	6	Offerti 36 mesi oltre i 24 previsti dal capitolato
TOTALE		70		63.6	

Valutazione ditta Atesmedica.com

DESCRIZIONE CRITERIO		Pt. max	coefficiente	pt. attribuito	Motivazione
	Monitor semiintensiva				
A	a1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	a2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8	1	8	
	a3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4	1	4	
	Monitor degenza				
B	b1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	b2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8	1	8	

	b3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4	1	4	
	Centrale di monitoraggio				
C	c1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	c2: configurazione hardware rispetto all'inserimento nell'ambiente subintensivo e di degenza	8	1	8	
	Caratteristiche innovative				
D	d1: aspetti innovativi rispetto le specifiche di minima presenti nel capitolato che rendano il sistema inseribile nell'ambiente informatizzato ospedaliero	8	1	8	
	Estensione della garanzia : massimo 6 punti				
E	e1: 2 punti aggiuntivi ogni 12 mesi aggiuntivi di garanzia proposti, oltre i 24 mesi previsti da capitolato, per un massimo di 6 punti	6	1	6	Offerti 36 mesi oltre i 24 previsti dal capitolato
TOTALE		70		70	

Valutazione ditta Nihon Kohden Italia srl

DESCRIZIONE CRITERIO		Pt. max	Coefficiente	pt. attribuito	Motivazione
	Monitor semiintensiva				
A	a1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	a2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8	1	8	
	a3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4	1	4	
	Monitor degenza				
B	b1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	b2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8	1	8	
	b3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4	1	4	
	Centrale di monitoraggio				
C	c1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	c2: configurazione hardware rispetto all'inserimento nell'ambiente subintensivo e di degenza	8	1	8	
	Caratteristiche innovative				
D	d1: aspetti innovativi rispetto le specifiche di minima presenti nel capitolato che rendano il sistema inseribile nell'ambiente informatizzato ospedaliero	8	1	8	
	Estensione della garanzia : massimo 6 punti				
E	e1: 2 punti aggiuntivi ogni 12 mesi aggiuntivi di garanzia proposti, oltre i 24 mesi previsti da capitolato, per un massimo di 6 punti	6	1	6	Offerti 36 mesi oltre i 24 previsti dal capitolato
TOTALE		70		70	

Valutazione ditta Sidem spa

DESCRIZIONE CRITERIO		Pt. max	coefficiente	pt. attribuito	Motivazione
	Monitor semiintensiva				
A	a1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	a2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8	1	8	
	a3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4		4	
	Monitor degenza				
B	b1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	b2: ergonomia, configurazione e versatilità del modulo multiparametrico	8	1	8	
	b3: intuitività lettura parametri e visibilità del monitor anche da angolazioni laterali	4	1	4	
	Centrale di monitoraggio				
C	c1: versatilità e semplicità di personalizzazione	8	1	8	
	c2: configurazione hardware rispetto all'inserimento nell'ambiente subintensivo e di degenza	8	1	8	
	Caratteristiche innovative				
D	d1: aspetti innovativi rispetto le specifiche di minima presenti nel capitolato che rendano il sistema inseribile nell'ambiente informatizzato ospedaliero	8	1	8	
	Estensione della garanzia : massimo 6 punti				
E	e1: 2 punti aggiuntivi ogni 12 mesi aggiuntivi di garanzia proposti, oltre i 24 mesi previsti da capitolato, per un massimo di 6 punti	6	1	2	Offerti 12 mesi oltre i 24 previsti dal capitolato
TOTALE		70		66	

La seduta termina alle ore 13

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott. Lorenzo Volpin

I COMPONENTI

Sig.ra Claudia Cavaliere

Sig. Roberto Artuso
