

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 635 DEL 20/04/2023

### **O G G E T T O**

**ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 3 LAVASTRUMENTI A TERMODISINFEZIONE 10  
DIN IN FABBISOGNO AL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA.**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 577/23

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:

con note agli atti il Direttore dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Bortolo di Vicenza ha richiesto la sostituzione di n. 2 lavastrumenti a termodisinfezione;

con successiva nota anche il Responsabile del Gruppo Operatorio del P.O. San Bortolo di Vicenza ha richiesto l'acquisizione, per potenziamento, di una ulteriore lavastrumenti a termodisinfezione;

il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera del P.O. San Bortolo di Vicenza ha espresso parere favorevole all'acquisto;

con nota agli atti il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni ha confermato che dal punto di vista impiantistico non sussistono problemi per l'installazione delle apparecchiature in parola;

valutate le richieste e le relative motivazioni tecniche formulate dalla predetta UO, il GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM – ha espresso parere favorevole all'acquisto;

l'art. 1 c. 2 della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, prevede che, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza consultazioni di più operatori economici;

a seguito di specifica richiesta, il Coordinatore Infermieristico del Gruppo Operatorio del P.O. San Bortolo di Vicenza ha fatto pervenire allo scrivente Servizio le caratteristiche tecniche dei beni da acquisire, pertanto, per garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti ed assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione di tutte le imprese interessate, con nota prot. 115798 del 10.11.2022, si è avviata procedura negoziata, aperta a tutti i potenziali concorrenti, mediante la pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel che sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, per l'affidamento di n. 3 lavastrumenti a termodisinfezione 10 DIN con aggiudicazione sulla base della valutazione, da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate, ed avente base d'asta pari ad € 54.000,00 iva esclusa;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 15 di giorno 28.11.2022, sono pervenute le proposte economiche delle ditte e per i prezzi di seguito indicati:

<b>Ditta</b>	<b>Modello</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Imp. Unit.</b>	<b>Imp. Totale</b>
Steelco spa	DS610/1D	3	€ 16.300,00	€ 48.900,00
Smeg spa	WD6010M	3	€ 16.615,00	€ 49.845,00

con nota prot. 3202 del 11.01.2023 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell'offerta i quali con nota del 21.03.2023 faceva pervenire allo scrivente Servizio la propria relazione (All.01) nella quale comunicavano che "... Dopo attenta analisi, considerata la documentazione tecnica il gruppo di esperti dichiara che le offerte presentate da entrambe le ditte soddisfano i requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara Il gruppo di esperti procede, quindi, con la valutazione della documentazione tecnica presentata in relazione ai criteri di valutazione di cui a pagina 9 del disciplinare di gara Sulla base delle valutazioni effettuate, si propone di aggiudicare la fornitura di 3 lavastrumenti a termodisinfezione 10 DIN in fabbisogno al Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza alla ditta Steelco spa la quale, a

*parità di caratteristiche tecniche, presenta il prezzo più basso ”;*

sulla base di quanto sopra esposto si propone, quindi, di assegnare la fornitura di n. 3 lavastrumenti a termodisinfezione 10 DIN in fabbisogno al Gruppo Operatorio del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta Steelco spa per un importo complessivo pari ad € 48.900,00 iva esclusa;

ai fini dell'esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 31 e 216 comma 27 – octies, del D.Lgs. n. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell'Anac, relativamente alla nomina del DEC;

ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorrono la seguente condizione che impone di nominare un DEC diverso dal RUP:  
✓ per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l'affidamento;

compito del DEC sarà quello di verificare l'integrità dell'apparecchiatura consegnata, accertarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l'esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura organizzati dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 108,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di approvare le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento di cui ne fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, la fornitura di n. 3 lavastrumenti a termodisinfezione 10 DIN in fabbisogno al Gruppo Operatorio del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta Steelco spa per un importo complessivo pari ad € 59.658,00 iva inclusa;

3. che il costo di euro € 59.658,00 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 23VD0000Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “budget degli investimenti aziendale DGR 1617\_2022”;
4. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Coordinatore Infermieristico del Gruppo Operatorio del P.O. San Bortolo di Vicenza, Sig. Andrea Marchesin;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 108,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

Oggetto: Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi per la fornitura di n. 3 lavastumenti a termodisinfezione 10 DIN in fabbisogno al Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza dell’Azienda Ulss n. 8 Berica ID SINTEL: 161383058 – CIG: 9404829668 - **Verbale valutazione**

In data 21.02.2023 si è riunito, presso gli uffici del Gruppo Operatorio Centrale del P.O. San Bortolo di Vicenza il gruppo di esperti chiamato a valutare gli elementi tecnici ed economici relativi alla fornitura di n. 3 lavastumenti a termodisinfezione 10DIN in fabbisogno al Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 3202 del 11.01.2023 risulta così composto:

- ✓ Sig. Mirco Carraro – Coordinatore Infermieristico Gruppo Operatorio P.O. San Bortolo di Vicenza;
- ✓ Sig. Igor Sist - Coord. Infermieristico Sala Operatoria Ortopedia P.O. San Bortolo di Vicenza;

preso atto che sono pervenute le offerte delle ditte e per gli importi come di seguito indicato:

Ditta	Modello	Q.tà	Imp. Unit.	Imp. Totale
Steelco spa	DS610/1D	3	€ 16.300,00	€ 48.900,00
Smeg spa	WD6010M	3	€ 16.615,00	€ 49.845,00

Dopo attenta analisi, considerata la documentazione tecnica il gruppo di esperti dichiara che le offerte presentate da entrambe le ditte soddisfano i requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara.

Il gruppo di esperti procede, quindi, con la valutazione della documentazione tecnica presentata in relazione ai criteri di valutazione di cui a pagina 9 del disciplinare di gara:

Caratteristica	Steelco	Smeg
Velocità di variazione della temperatura dell'acqua in vasca durante il ciclo	Si	Si
Numero di pompe per il dosaggio della chimica in dotazione alla apparecchiatura	3	2 + 2 opzionali
Messa a disposizione dei dati da parte del sistema di controllo per la connessione ad un sistema di rintracciabilità di terze parti	Si	Si
Possibilità di alloggiare le taniche della chimica all'interno dell'ingombro del termodisinfettore	Si	Si
Presenza di vasca di pre-accumulo e preriscaldamento dell'acqua	Si	Si

Sulla base delle valutazioni effettuate, si propone di aggiudicare la fornitura di 3 lavastumenti a termodisinfezione 10 DIN in fabbisogno al Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza alla ditta Steelco spa la quale, a parità di caratteristiche tecniche, presenta il prezzo più basso.