



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO
QUINQUENNALE COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK DI N. 1
SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO DI ULTIMA GENERAZIONE PER
ANALISI SU MATRICI BIOLOGICHE**

BOZZA CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura in noleggio quinquennale comprensivo di manutenzione full risk e possibilità di riscatto finale, di n. 1 spettrofotometro ad assorbimento atomico di ultima generazione per analisi su matrici biologiche, composto da apparecchiatura con sistema di atomizzazione e fornello in grafite, in fabbisogno all'UOC di Laboratorio Analisi

La fornitura, è a lotto unico, dovrà avere le caratteristiche minime ivi descritte.

Rispetto agli articoli sotto descritti, le Ditte aggiudicatrici sono tenute a proporre i modelli relativi all'ultima produzione della ditta costruttrice.

Art. 2 CARATTERISTICHE SPECIFICHE MINIME DELLA FORNITURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico di ultima generazione per analisi su matrici biologiche, composto da apparecchiatura con sistema di atomizzazione e fornello in grafite, in fabbisogno all'UOC di Laboratorio Analisi aventi le seguenti caratteristiche:

- ✓ Impostazioni fotometriche (lunghezza d'onda, fenditure ecc.) effettuate automaticamente
- ✓ Ambito di lunghezza d'onda da 190 a 900 nm
- ✓ Possibilità di alloggiare fino a 6 lampade in posizione fissa
- ✓ Controllo dei gas computerizzato e completamente automatico
- ✓ Fornello con correttore del fondo a effetto Zeeman possibilmente longitudinale
- ✓ Sistema di raffreddamento a circuito chiuso controllato da computer
- ✓ Auto campionatore in dotazione
- ✓ Attica di tipo riflettente con banco ottico sigillato
- ✓ Rivelatore preferibilmente di ultima generazione allo stato solido.
- ✓ PC + Monitor
- ✓ Installazione e training
- ✓ Assistenza Full risk
- ✓ Software per la gestione della fase analitica, l'analisi e la rielaborazione dei dati, anche su metodiche preimpostate.