

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 844 DEL 23/05/2024

O G G E T T O

FORNITURA DI "ILLUMINATORE CHIRURGICO A FIBRE OTTICHE": AGGIUDICAZIONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 863/24

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione n. 1455 del 31/08/2023 è stata indetta una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di "Illuminatore chirurgico a fibre ottiche" destinata all'U.O. Chirurgia Plastica di Vicenza e Breast Unit di Montecchio Maggiore;

pertanto, è stata pubblicata con ID 173770194 del 05/09/2023 sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, una procedura monolotto aperta a tutti i fornitori iscritti su tale piattaforma, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 24 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, e l'importo a base d'asta biennale di € 72.000,00 IVA esclusa, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 27/09/2023, e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta da parte di uno o più esperti;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte delle ditte Alker Medicale S.r.l. e Medica S.r.l.;

La documentazione tecnica ed economica pervenuta, in data 31/10/2023, è stata inoltrata alla Dott.ssa Milena Lauri, Dirigente Farmacista presso U.O. Farmacia e al dott. Ivano Zambrano, Dirigente Medico presso l'U.O. Chirurgia Senologica, nominati in qualità di esperti con protocollo numero 109685 del 31/10/2023, per la verifica degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate;

con nota del 07/05/2024, gli esperti interpellati hanno trasmesso una relazione riepilogativa della valutazione effettuata (Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), nella quale viene proposto, per le motivazioni ivi specificate, l'affidamento della fornitura, alla ditta Alker Medicale S.r.l. e per l'importo di seguito descritto:

Materiale di consumo	Fabbisogno biennale	Prezzo unitario offerto	Importo biennale (iva esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
Illuminatore chirurgico	600	€ 118,00	€ 70.800,00	22%	Z12010702	2176724/R	UA2550
Eventuali cavi e/o accessori	10	€ 0,00	€ 0,00	22%			005366
imponibile biennale							70.800,00 €

i prezzi offerti risultano in linea con quelli delle altre aziende sanitarie venete;

si propone, pertanto, di assegnare la fornitura in argomento alla ditta Alker Medicale S.r.l., per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, comunque fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o di Area Vasta, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel contratto ed una spesa complessiva biennale pari ad € 70.800,00 (Iva 22% esclusa);

nel quadro economico dei costi dell'appalto si riserva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 144,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate

dal RUP;

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la relazione degli esperti interpellati (Allegato 1) allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di "Illuminatore chirurgico a fibre ottiche", per il periodo di 24 mesi e possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o di Area Vasta, alla ditta Alker Medicale S.r.l., alle condizioni economiche di seguito dettagliate:

Materiale di consumo	Fabbisogno biennale	Prezzo unitario offerto	Importo biennale (iva esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
Illuminatore chirurgico	600	€ 118,00	€ 70.800,00	22%	Z12010702	2176724/R	UA2550
Eventuali cavi e/o accessori	10	€ 0,00	€ 0,00	22%			005366
imponibile biennale							70.800,00 €

3. di nominare come Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Anna Radin – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Farmacia;
4. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 86.376,00 (Iva 22% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 54.02.000126/ECO del Bilancio Sanitario e ripartito come segue:
 - anno 2024:€ 25.193,00
 - anno 2025:€ 43.188,00
 - anno 2026:€ 17.995,00
5. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento "disciplinare di gara" ID Sintel 173770194;

6. nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 144,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Prot.

Dipartimento di Direzione Medica di Ospedale
Unità Operativa Complessa Farmacia Ospedaliera Distretto Est
Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37, Vicenza
Direttore: Dott.ssa Anna Radin

Vicenza li 11/04/2024

Oggetto: **Valutazione “Illuminatore chirurgico a fibre ottiche”**

Al Sig Direttore Servizio Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica
Dott. Sandro Possamai

Con riferimento alla nota prot. 0109685/23 del 31/10/2023, con cui veniva effettuata la nomina del gruppo di esperti per la valutazione dei preventivi pervenuti, relativi all'affidamento diretto della fornitura di “Illuminatore chirurgico a fibre ottiche”, si riportano di seguito le valutazioni espresse dal gruppo di nominato.

- **Ditta Medica:** dispositivo “Klaro”, prezzo unitario proposto 110€
Dispositivo conforme a quanto richiesto: l'area di illuminazione è sufficiente; l'intensità luminosa è appena sufficiente nel coprire l'area di interesse chirurgico; l'adesività allo strumentario è appena sufficiente dato che il dispositivo per essere fissato prevede l'uso di elastici che non determinano un'adesione totale sullo strumentario chirurgico; il sistema completamente monouso, per la presenza di batterie monouso non ricaricabili, determina un incremento del volume dei rifiuti speciali.
- **Ditta Alker:** dispositivo “Lightmat”, prezzo unitario proposto 118€
Dispositivo conforme a quanto richiesto: l'area di illuminazione è sufficiente; l'intensità luminosa è buona; l'adesività allo strumentario, data la presenza di adesivo, è completa.

Dato che il dispositivo viene utilizzato in ambito chirurgico anche in spazi ridotti, è necessario che la fonte luminosa generata sia intensa e stabile. Alla luce delle valutazioni espresse e delle offerte economiche presentate, si propone l'affidamento dei dispositivi in oggetto alla Ditta Alker.

Gli esperti

Dott. Ivano Zambrano

D.ssa Milena Lauri

Responsabile del Procedimento: D.ssa Milena Lauri

Tel. 0444-75.3484/753568

e mail: segreteria.farmacia@aulss8.veneto.it