

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI
CONSUMO, PER L’ANALISI IN ELETTROFORESI CAPILLARE DI FRAMMENTI E DI
SEQUENZE DI DNA PER LE NECESSITÀ DIAGNOSTICHE DEL LABORATORIO DI
EMATOLOGIA DELL’OSPEDALE “SAN BORTOLO” DI VICENZA**

CIG n. A00C28BB8C

ID SINTEL 174384977

VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA

Alle ore 10.00 del 2/11/2023, in Vicenza, presso l’U.O.C di Ematologia dell’Ospedale di Vicenza, si riunisce la Commissione di esperti nominata con nota del RUP di gara n. 109693 del 31/10/2023 così composta:

dott. ssa Elisabetta Novella dell’U.O.C. Laboratorio di Ematologia;
dott. Nicola Guercini dell’UOSD Diagnostica genetica e genomica .

La Commissione esamina la documentazione tecnica caricata sulla piattaforma dalla ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV, ammessa al prosieguo della gara.

Viene rilevato preliminarmente che i prodotti elencati nell’offerta tecnica presentano tutte le caratteristiche tecniche minime previste dall’art. 1 del Disciplinare di gara, successivamente, sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara, la Commissione esprime i seguenti giudizi.

I giudizi sono stati espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

giudizio sintetico	Analisi	coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,00

Si riportano di seguito le valutazioni espresse come di seguito:

Criterio discrezionale	Punteggio massimo	coefficiente	Punteggio attribuito
reagenti e consumabili marcati CE-IVD	20	1	20
reagenti pronti all'uso	15	1	15
reagenti e consumabili dotati di sistema per la tracciabilità dei lotti e delle scadenze	15	1	15
disponibilità di standard per analisi di sequenze marcati CE-IVD	10	1	10
disponibilità di standard per analisi di frammenti marcati CE-IVD	10	1	10
	70	1	70

Totale punteggio attribuito: 70/70

Avendo superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti, come indicato all'art. 7.1 del disciplinare di gara, viene ammessa all'apertura dell'offerta economica.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta ha termine alle ore 11.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

dott.ssa Elisabetta Novella

dott. Nicola Guercini