

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI MONOTEST IN TECNOLOGIA ELFA E RELATIVI REAGENTI PER L'U.O. DI MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA**

**GARA N. 9180387  
ID SINTEL 171128744**

**CIG n. 99187478F4**

**VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA**

Alle ore 11.00 del 9/8/2023, in Vicenza, presso l'U.O.C di Microbiologia dell'Ospedale di Vicenza, si riunisce la Commissione di esperti nominata con nota del RUP di gara n. 79055/23 del 2/8/2023 così composta:

dott. ssa Giacomina Pavan, dell'U.O.C di Microbiologia dell'Ospedale di Vicenza,  
dott.ssa Fedra Fortuna, dell'U.O.C di Microbiologia dell'Ospedale di Vicenza

La Commissione procede alla valutazione tecnico-economica dell'offerta pervenuta dalla BioMérieux Italia S.p.A. con sede legale in Bagno a Ripoli (FI).

Sulla base della documentazione tecnica ed economica presentata si evince che la ditta ha proposto la fornitura del sistema VIDAS® 3, composto da:

- PC di ultima generazione, monitor touch screen, modulo analitico da 12 posizioni
- stampante laser di ultima generazione; gruppo di continuità UPS
- lettore manuale esterno di codici a barre;

nonché la fornitura dei reagenti e del materiale di consumo per l'effettuazione test HbsAg, Ab anti-Hbc tot., Ab anti-HCV IgG, HIV Ag p24/Ab (IV generazione), Ab anti-CMV IgM, Ab anti-virus della Rosolia IgM, Ab anti-Toxoplasma gondii IgM, Dengue NS1 antigene, TOXO IgG avidity (TXGA).

Nella relazione contenuta nella documentazione tecnica presentata dalla ditta viene riferito quanto segue rispetto alle caratteristiche tecniche indispensabili a pena di esclusione di cui all'art. 1 del Disciplinare:

**N.1 strumento di ultima generazione, nuovo di fabbrica con tecnologia ELFA, in noleggio per tutta la durata della fornitura**

Il sistema VIDAS® 3 offerto è di ultima generazione, nuovo di fabbrica con tecnologia ELFA. La tecnologia ELFA produce risultati d'elevata qualità e sensibilità per merito dell'originalità progettuale del test. La miscela di reazione, in costante stato dinamico e con un'ampia superficie di contatto antigene-anticorpo, è nelle condizioni ideali per ridurre al massimo i tempi di reazione e per massimizzare sensibilità e precocità di risposta.

**La fornitura dei reagenti monodose in sezioni indipendenti così da poter eseguire contemporaneamente parametri diversi, tutti in urgenza**

La fornitura di reagenti monodose pronti all'uso e la configurazione in sezioni separate del VIDAS® 3 consentono di eseguire contemporaneamente parametri diversi, tutti in urgenza.

**I kit diagnostici dovranno avere una data di scadenza pari ad almeno i ¾ della validità complessiva dalla data di scadenza**

La ditta bioMérieux Italia S.p.A. ha dichiarato che i kit diagnostici avranno una data di scadenza pari ad almeno i ¾ della validità complessiva dalla data di scadenza

**Refertazione dei test ed eventuali ripetizioni entro 6 ore dall'espianto, utilizzando reagenti monodose in sezioni indipendenti così da poter eseguire contemporaneamente parametri diversi, tutti in urgenza:**

Il sistema VIDAS® 3 offerto con sezioni indipendenti e i reagenti VIDAS® monodose e pronti all'uso consentono la refertazione dei test ed eventuali ripetizioni entro 6 ore dall'espianto e consentono di eseguire contemporaneamente parametri diversi, tutti in urgenza.

**Test con marcatura CE**

Il sistema VIDAS®3 è conforme alla normativa CE IVDR 2017/746 .

**Utilizzo di provetta madre**

Lo strumento VIDAS® 3 prevede l'utilizzo di una provetta madre. Partendo dalla provetta madre, lo strumento VIDAS®3 esegue tutte le fasi in completa automazione. La dispensazione del campione avviene, tramite l'utilizzo di puntali monouso, direttamente dal tubo primario alle barrette

**Completa tracciabilità di ogni componente, dai campioni ai reagenti fino al risultato finale**

Il sistema VIDAS® 3 è caratterizzato da piena tracciabilità di tutti i componenti: campioni, calibratori, controlli, reagenti, consumabili fino al risultato finale.

**La fornitura dovrà comprendere l'installazione gratuita degli eventuali aggiornamenti tecnologici che si rendessero disponibili**

La fornitura comprende l'installazione gratuita degli eventuali aggiornamenti tecnologici che si rendessero disponibili.

L'offerta economica presentata è la seguente e rispetta la base d'asta fissata in € 72.000,00:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
Descrizione esami	descrizione articolo	Quantità TEST annua stimata	n. test a confezioni	quantità conf. offerte/anno	Prezzo a conf. offerto	importo totale annuo per prodotto	importo totale triennio	Ref. Articolo
HbsAg	30315 - VIDAS HBSAg Ultra	100	60	3	222,00 €	666,00	1.998,00 €	30315
Ab anti-HBS	30318 - VIDAS ANTI HBS TOTAL II	100	60	3	266,00 €	798,00	2.394,00 €	30318
Ab anti-Hbc tot.	30314 - VIDAS anti-HBc Total 2	100	60	3	282,60 €	847,80	2.543,40 €	30314
Ab anti-HCV IgG	30308 - VIDAS ANTI-HCV	300	60	6	432,00 €	2.592,00	7.776,00 €	30308
HIV Ag p24/Ab (IV generazione)	30447 - VIDAS HIV DUO QUICK	150	60	4	252,00 €	1.008,00	3.024,00 €	30447
Ab anti -CMV IgM	30205 - VIDAS CMV IgM	500	30	18	152,00 €	2.736,00	8.208,00 €	30205
Ab anti- Virus della Rosolia IgM	30214 - VIDAS RUBEO IgM	100	30	5	152,00 €	760,00	2.280,00 €	30214

Ab anti- <i>Toxoplasma gondii</i> IgM	30202 - VIDAS TOXO IgM	300	60	6	272,00 €	1.632,00	4.896,00 €	30202
DENGUE NS1 antigene	423077 - VIDAS DENGUE NS1 AG	100	60	2	638,10 €	1.276,20	3.828,60 €	423077
TOXO IgG AVIDITY (TXGA)	30222 - VIDAS TOXO AVIDITE	30	30	1	466,90 €	466,90	1.400,70 €	30222
<b>Materiale di consumo</b>								
Cartuccia stampante	W1490A - CARTUCCIA TONER NERO HP149A	\	50 unità	1	250,00 €	250,00	750,00 €	W1490A
Kit pulizia lenti	93567 - VIDAS LENS CLEANER	\	1 unità	1	46,40 €	46,40	139,20 €	93567
Kit pulizia lenti	30531 - VIDAS DACRON SWAB-200 TAMPONI	\	200 tampioni	1	96,00 €	96,00	288,00 €	30531
Coppette per diluizione campioni	412500 - VIDAS 3 ASSAY DILUTION CUP X44	\	44x16 coppette	1	35,20 €	35,20	105,60 €	412500
Puntali monouso in carbonio per la dispensazione dei campioni (	412501 - SAMPLE TIP VIDAS	\	48x48 puntali	1	394,00 €	394,00	1.182,00 €	412501
Contenitori di plastica per lo scarico dei puntali	412502 - VIDAS 3 CLEAN LINER X50	\	50 unità	1	69,60 €	69,60	208,80 €	412502
<b>Importo totale triennio</b>							<b>41.022,30 € + I.V.A.</b>	

#### Attrezzatura:

VIDAS®3 - Configurazione completa: Sistema VIDAS® di ultima generazione, da banco, automatico per l'esecuzione di determinazioni immunoenzimatiche con pipettamento da provetta primaria. Comprendente modulo analitico da 12 posizioni, monitor touch screen, PC, Barcode reader, gruppo di continuità UPS e kit avvio strumento. Codice 4702895		
Stampante HP Laserjet pro 4002DN - HP4002DN		
canone annuo di NOLEGGIO	canone annuo di ASSISTENZA TECNICA FULL RISKS	importo totale triennale NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA FULL
4.000,00 €+ I.V.A.	6.000,00 € +I.V.A.	30.000,00 + I.V.A.
costo per l'INTERFACCIAMENTO LIS a valere per tutta la durata contrattuale		
Incluso nel canone full risk dello strumento		

**€ 71.022,30 + I.V.A.: importo complessivo triennale offerto per i reagenti, materiale di consumo, il noleggio, l'assistenza tecnica e l'interfacciamento.**

Per quanto sopra si rileva che il sistema proposto presenta tutte le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara.

A conclusione dei lavori, si stabilisce di inoltrare il verbale al RUP.

La seduta ha termine alle ore 13.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

---

dott.ssa Giacomina Pavan

dott. ssa Fedra Fortuna