



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

**AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI LA FORNITURA DI
1 INCUBATRICE DA TRASPORTO CON CARRELLO AUTO CARICANTE PER IL
TRASPORTO EXTRAOSPEDALIERO IN FABBISOGNO ALL'UOC DI PEDIATRIA DEL
P.O. CAZZAVILLAN DI ARZIGANO – ID SINTEL: 176665503 - CIG: Z153D75D03
RICHIESTE CHIARIMENTI DA GRUPPO ESPERTI**

Domanda:

- a) si chiede conferma che, come indicato all'Art. 1 Oggetto dell'appalto – caratteristiche tecniche indicative – l'incubatrice abbia l'adattatore Ferno omologato almeno 10g per l'installazione sulla barella Ferno 26S presente sui mezzi di trasporto di nostra proprietà
- b) si chiede conferma che sia compreso nell'importo a base d'asta l'adattatore Ferno omologato di cui al punto a)
- c) si chiede scheda tecnica dell'adattatore Ferno (punto a) al fine di verificare con esattezza la compatibilità degli agganci
- d) si chiede conferma che l'adattatore Ferno, di cui al punto a), abbia la corretta omologazione
- e) nell'offerta si indica porta bombole circa 11 cm di diametro; si chiede di specificare se è una misura fissa perché le bombole che abbiamo in dotazione sono di media 14 cm di diametro
- f) si chiede di specificare se, come richiesto in disciplinare, c'è la possibilità di installare un monitor multi parametrico con batteria (anche questo a 10 g)
- g) si chiede di specificare se, come richiesto in disciplinare, c'è la possibilità di installare un compressore (anche questo a 10 g)
- h) si chiede di confermare che tutti i componenti o accessori abbiano una tenuta di 10g