

Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**UOS Gare**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: **Dott. Sandro Possamai**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI SISTEMI DI INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER  
L’ESECUZIONE DI TC E DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO**

CIG B0AAA25E30

ID Sintel 180288012

**CHIARIMENTI 1**

**CHIARIMENTO N. 1**

*Si chiede conferma se l'importo della base d'asta sia superabile e non è pena esclusione.*

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 1**

Si conferma che l'importo a base d'asta non è superabile a pena di esclusione come previsto all'art. 17 del Disciplinare di gara.

**CHIARIMENTO N. 2**

*Chiediamo se è possibile che voci dell'offerta economica vengano quotate a zero.*

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2**

L'operatore economico dovrà indicare, nell'offerta economica, i canoni di noleggio e assistenza (punto 1) e i costi del materiale di consumo (punto 2). In relazione al materiale di consumo è consentita la quotazione a zero di alcune voci.

**CHIARIMENTO N. 3**

*Punto 6.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale: Si Chiede conferma che in fase di partecipazione alla gara sia sufficiente presentare solamente un elenco delle principali forniture ( con indicato rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati) e che la comprova, con i documenti richiesti, sarà da fornire solo in caso di aggiudicazione*

**RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 3**

In fase di partecipazione, i concorrenti dovranno indicare, nel DGUE e/o nella Dichiarazioni integrative, l'elenco delle principali forniture analoghe come indicato nel punto 6.3 del Disciplinare di gara.

**CHIARIMENTO N. 4**

*Si chiede di confermare che l'offerta può essere espressa anche proponendo, in base ai fabbisogni riportati nel Art. 3 del Capitolato Tecnico, differenti modalità di utilizzo dei Dispositivi, con funzionalità Multi paziente e Modalità Mono Paziente, in base ad una valutazione di convenienza economica per ogni singolo iniettore*

#### **RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 4**

Si conferma che l'operatore economico dovrà offrire tutto il materiale di consumo necessario per effettuare il numero di procedure e quindi trattare il numero di pazienti indicati nella tabella riportata all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

I dati relativi ai quantitativi di kit monopaziente e al materiale pluripaziente, come riportato nella suddetta tabella, sono riferiti ai consumi storici e sono stati indicati solamente al fine di agevolare le imprese nella formulazione dell'offerta.

#### **CHIARIMENTO N. 5**

*Si chiede conferma che è possibile fornire iniettori usati ricondizionati pari al nuovo.*

#### **RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 5**

Si conferma quanto specificato nell'art. 2 del Capitolato Tecnico: "L'attrezzatura, gli accessori e i dispositivi proposti dovranno essere nuovi di fabbrica, di ultima generazione e già presenti sul mercato".

#### **CHIARIMENTO N. 6**

*In riferimento al Capitolato Tecnico , Art. 3, " Caratteristiche Funzionali e tecniche di minima a pena di esclusione" – Caratteristiche dell'iniettore :*

*Punto 2 : Configurazione a soffitto con braccio articolato o a carrello : per il P.O. San Bortolo- Vicenza sono previsti 4 iniettori pensili. Si chiede conferma che è possibile offrire anche per questo presidio Iniettori carrellati*

#### **RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 6**

Con riferimento al punto 2, si precisa che i 4 iniettori destinati alle unità operative ubicate nel presidio ospedaliero "San Bortolo" di Vicenza dovranno avere una configurazione a soffitto con braccio articolato, come previsto dal capitolato.

**IL DIRETTORE**  
**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E**  
**GESTIONE DELLA LOGISTICA**  
***Dott. Sandro Possamai***