



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI SISTEMI DI INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER
L’ESECUZIONE DI TC E DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO**

CIG B0AAA25E30

ID Sintel 180288012

CHIARIMENTO n. 22

CHIARIMENTO N. 22

In riferimento al Capitolato Tecnico , Art. 3, “ Caratteristiche Funzionali e tecniche di minima a pena di esclusione” – Caratteristiche dell’iniettore :

Fabbisogno iniettori TAC PO SAN BORTOLO Iniettore PENSILE. Si chiede conferma che in relazione alle direttive in materia antisismica e tenuto conto della rilevanza strategica attribuita agli edifici ospedalieri (ord PCM 20 Marzo 2023 ,n 3274 recepita dal dm 04/01/2008 e circ. 617 del 02/02/2009) l’eventuale installazione dell’iniettore a soffitto dovrà essere garantita da adeguata certificazione e dovrà essere corredata da opportuna relazione redatta da professionista abilitato in relazione alle azioni sismiche orizzontali e verticali ai sensi della N.T.C. 2018

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 22

Il fornitore prima dell’installazione a suo carico fornirà i disegni relativi alla piastra di ancoraggio con i carichi relativi. Sarà a carico dell’Azienda Sanitaria, l’onere di progettazione e predisposizione degli ancoraggi.

IL DIRETTORE

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Dott. Sandro Possamai