



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

**Direttore: Dr. Sandro Possamai**

## PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA": CHIARIMENTI ID SINTEL: 183056950

- 1) Si chiede se, rispetto al materiale di consumo, i kit indicati si intendono solo per pazienti adulti.

**Risposta al quesito 1: Si conferma che i kit richiesti sono solo per pazienti adulti**

- 2) Si chiedono maggiori indicazioni/dettagli relativamente all'adattatore per umidificazione in respiro spontaneo di tipo Venturi. Cosa occorre esattamente? Servono solo i raccordi per la variazione della concentrazione di ossigeno? Serve tutto il kit con anche le maschere e tubi di collegamento?
- 3) A pag. 3 del Disciplinare viene richiesto "Adattatore per umidificazione in respiro spontaneo di tipo Venturi, con regolazione della percentuale di erogazione dell'ossigeno da 28 a 90%". Si chiede di specificare se vengono richiesti i kit completi di maschera venturi con adattatori per concentrazioni ad ossigeno variabile. Inoltre si fa presente che la maggior parte di kit sul mercato offrono adattatori per la variazione di concentrazione d'ossigeno dal 24% al 60%.
- 4) in merito all'articolo inserito nel MATERIALE DI CONSUMO: - Adattatore per umidificazione in respiro spontaneo di tipo Venturi, con regolazione della percentuale di erogazione di ossigeno da 28 a 90% Si chiede la possibilità che venga creato un lotto dedicato a questo prodotto in modo da consentire la partecipazione di più operatori
- 5) in merito al requisito "Adattatore per umidificazione in respiro spontaneo di tipo Venturi, con regolazione della percentuale di erogazione dell'ossigeno da 28 a 90%? si precisa che si tratta di un adattatore passivo, con limitate capacità di erogazione di flusso e regolazione di FiO2. In particolare ci risulta non possibile erogare flussi >40 l/min con FiO2 superiori al 50%, pertanto chiediamo di escludere tale adattatore come richiesta di minima della fornitura. L'ossigeno terapia con FiO2 e flusso regolabili è presente nella maggior parte dei ventilatori presenti nella lista da voi pubblicata
- 6) a pag. 3 del disciplinare di gara, al punto materiale di consumo, viene richiesto oltre al kit circuito + camera di umidificazione, "adattatore per umidificazione spontaneo di tipo Venturi, con regolazione della % di erogazione dell'ossigeno da 28 a 90%". Nell'allegato offerta economica viene richiesta la quotazione solo del kit circuito e camera di umidificazione. Pertanto si chiede se la voce "adattatore per umidificazione spontaneo di tipo Venturi, con regolazione della % di erogazione dell'ossigeno da 28 a 90%" si tratta di refuso

**Risposta ai quesiti 2, 3, 4, 5, 6: in relazione ai chiarimenti pervenuti, considerato l'uso residuale dell'umidificazione in respiro spontaneo, si precisa che l'adattatore per umidificazione non costituisce elemento essenziale della fornitura.**

**Le ditte, quindi, sono tenute alla quotazione dei soli kit circuito e camera di umidificazione, come da allegato "Offerta economica".**

---

*Responsabile del Procedimento: dott Sandro Possamai*

*Referente procedura: dott.ssa Menini Anna Lisa*

*Tel. 0444-75.2442 Fax 0444-75.3407*

*e mail: annalisa.menini@aulss8.veneto.it*

**Le ditte che disponessero di adattatore per umidificazione potranno inserire nella documentazione tecnica le caratteristiche dello stesso. Si precisa, altresì, che le indicazioni sulla regolazione della percentuali di ossigeno sono da ritenersi indicative.**

IL DIRETTORE  
*U.O.C. PROVVEDITORATO,  
ECONOMATO E GESTIONE DELLA  
LOGISTICA*  
F.to Dr Sandro Possamai