



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN SERVICE “DI UN SISTEMA DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI” IN FABBISOGNO ALL’U.O.C. DI MEDICINA DI LABORATORIO DELL’AZIENDA U.L.SS. N. 8

BERICA.

ID SINTEL: 182987271

CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1

Caratteristiche dei contenitori:

controllo attivo della temperatura, con settaggio variabile da 4 a 37°C, in grado di garantire a temperatura costante all’interno del box, in merito alla caratteristica da voi richiesta vi chiediamo la possibilità di offrire n° 2 modelli di contenitori come segue: 1 modello con settaggio da 2-8°C e 1 modello da 10-23°C, a tal proposito si chiede di specificare i quantitativi richiesti per tipologia di settaggio sopra descritto.

Risposta n. 1

In base all’utilizzo necessario per le finalità del trasporto campioni biologici, indicativamente si stima che i quantitativi richiesti potrebbero essere n.2 contenitori con settaggio 2-8°C e n. 21 contenitori con settaggio 10-23°C.

Come previsto dal Disciplinare di gara le ditte dovranno presentare un unico canone mensile unitario.

Domanda n. 2

caratteristiche dei contenitori:

rilevazione e registrazione in tempo reale di temperatura interna, umidità, velocità, accelerazione max. inclinazione, registrati in tempo reale da un servizio di monitoraggio. In merito alla caratteristica da voi richiesta vi chiediamo di togliere la richiesta di registrazione in tempo reale dell’umidità in quanto non prevista da questa tipologia di contenitori e non necessaria per il trasporto di campioni biologici e per una più ampia partecipazione alla gara.

Risposta n. 2

Si precisa che le caratteristiche su elencate sono indicative e non previste a pena di esclusione e che sarà compito della Commissione di esperti, che verrà nominata, la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta.

Domanda n. 3

caratteristiche dei contenitori:

dati certificati da autorità indipendenti: con dati certificati da autorità indipendenti si intende la certificazione P650 del sistema eseguita da autorità indipendente?

Risposta n. 3

La corrispondenza ai requisiti previsti dalla norma p650 per l’imballaggio previste dalla normativa EN3373 relativa al trasporto dei liquidi biologici è sufficiente.

Vicenza, 8 maggio 2024

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Sandro Possamai