

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2188 DEL 20/12/2024

O G G E T T O

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA PER LE TERAPIE
INTENSIVE DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA: AGGIUDICAZIONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 2292/24

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 676 del 26.04.2024 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 36/2023, una procedura di gara monolotto per la fornitura in service di "Sistemi di umidificazione attiva";

in data 30.04.2024, con ID 183056950, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, una procedura di gara finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 30 mesi, per l'importo a base d'asta complessivo di € 198.795.00 IVA esclusa, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

nell'ambito di tale procedura di gara, la cui richiesta di offerta è stata pubblicata contestualmente sul sito dell'Azienda Ulss 8 Berica, sono state invitate a presentare offerta, entro il giorno 24.05.2024, tutte le ditte registrate ed abilitate alla piattaforma SINTEL;

in data 17.05.2024 sono state pubblicate, sul sito aziendale e sulla piattaforma Sintel, le risposte alle richieste di chiarimenti;

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:

- FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
- EUROMED SRL
- Draeger Italia S.p.A.
- DIMAR S.P.A.
- DI DEDDA Elettromedicali Srl
- Flexicare S.r.l.

in data 29.05.2024, in seduta riservata (allegato 1, verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), il RUP alla presenza di due testimoni ha proceduto, tramite l'utilizzo della piattaforma, a verificare la regolare presenza della documentazione amministrativa pervenuta, constatando la completezza della documentazione presentata da tutte le ditte partecipanti;

la Commissione Giudicatrice, nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. N. 36/2023, con nota prot. n. 60511 del 06.06.2024, si è riunita in varie date, per la verifica della regolare presenza della documentazione tecnica richiesta, nonché per la valutazione qualitativa e l'attribuzione dei punteggi di qualità secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara ed in data 15.11.2024 ha trasmesso al RUP il verbale relativo ai lavori svolti recante i punteggi qualità attribuiti alle varie ditte partecipanti (allegato 2), verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

in base alle valutazioni ivi contenute si prende atto dei punteggi di seguito attribuiti:

Ditta	Punteggio qualità attribuito
DI DEDDA Elettromedicali Srl	56
DIMAR S.P.A	68

DRAEGER ITALIA S.p.A.	57
EUROMED SRL	40
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS	67
FLEXICARE S.r.l	40

successivamente, nelle date 20.11.2024 e 28.11.2024, la Commissione Giudicatrice ha proceduto con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, in seduta riservata come da verbali (allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, le ditte Euromed srl e Flexicare srl non sono state ammesse al successivo passaggio di gara avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia di 42/70;

successivamente, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo delle ditte ammesse, è stata stilata la seguente graduatoria:

Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio Qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
1°	Dimar spa	177.600,00	68	26,92	94,92
2°	Fisher & Paykel Healthcare sas	198.375,00	67	24,10	91,10
3°	Di Dedda Elettromedicali srl	159.375,00	56	30	86
4°	Draeger Italia srl	193.230,00	57	24,74	81,74

con nota prot. 119287 del 22.11.2024, è stato chiesto alla ditta Dimar spa di inoltrare le giustificazioni relative alla voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo di gara;

la medesima Ditta ha riscontrato, con nota agli atti e, alla luce delle giustificazioni prodotte dalla ditta, l'offerta è stata ritenuta congrua e non anomala;

contestualmente la ditta Dimar spa, con documentazione agli atti ha comunicato, l'integrazione per fusione, in HMC Premedical spa a partire dal 01.10.2024. La ditta HMC Premedical spa subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata;

si propone pertanto l'aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura in service di "Sistemi di umidificazione attiva" a favore della ditta HMC Premedical spa, per un periodo di mesi 30, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio ed una spesa complessiva pari ad € 177.600,00 (Iva 22% esclusa) come da offerta di seguito riepilogata:

Materiale di consumo	Fabbisogno 30 mesi	Prezzo unitario offerto	Importo 30 mesi (iva esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.	
kit: circuito e camera di umidificazione	2850	€ 56,00	€ 159.600,00	22%	R020107	2418501 (ex 2084841)	800/5004	
Apparecchiatura	Fabbisogno	Canone noleggio e assistenza tecnica annuale per apparecch.	Canone noleggio e assistenza tecnica 30 mesi per apparecch.	Canone noleggio e assistenza tecnica 30 mesi per 20 apparecch.	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
Base riscaldante, supporti di fissaggio, cavi	20	€ 360,00	€ 900,00	€ 18.000,00	5%	Z1203019080	2418567 (ex 2119913/R)	700/6364

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 3.183,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'integrazione per fusione della Ditta Dimar spa in HMC Premedical spa nonché del possesso dei requisiti soggettivi in capo alla stessa ditta HMC Premedical spa che subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata,;
2. di approvare i verbali di gara (allegati 1, 2 e 3) allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
3. di aggiudicare, a conclusione della procedura aperta a tutti i fornitori, espletata ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la fornitura in service di "Sistemi per umidificazione attiva" a favore della ditta HMC Premedical spa, per un periodo di mesi 30, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel rispetto del termine dilatorio ed una spesa complessiva pari ad € 177.600,00 (Iva esclusa) come segue:

Materiale di consumo	Fabbisogno 30 mesi	Prezzo unitario offerto	Importo 30 mesi (iva esclusa)	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.	
kit: circuito e camera di umidificazione	2850	€ 56,00	€ 159.600,00	22%	R020107	2418501 (ex 2084841)	800/5004	
Apparecchiatura	Fabbisogno	Canone noleggio e assistenza tecnica annuale per apparecch.	Canone noleggio e assistenza tecnica 30 mesi per apparecch.	Canone noleggio e assistenza tecnica 30 mesi per 20 apparecch.	Aliquota IVA	CND	RDM	Ref.
Base riscaldante, supporti di fissaggio, cavi	20	€ 360,00	€ 900,00	€ 18.000,00	5%	Z1203019080	2418567 (ex 2119913/R)	700/6364

4. di dare atto che l'importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione, per un ammontare pari ad € 216.672,00 (Iva 22% inclusa), sarà ripartito orientativamente secondo la seguente analisi:

	5402000126	560300010
2025	77.884,80 €	8.784,00 €
2026	77.884,80 €	8.784,00 €
2027	38.942,40 €	4.392,00 €

5. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto il dott. Paolo Lorenzo Valente, Dirigente Medico dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, si riserva la quota massima distribuibile al personale del comparto, per l'intero periodo di durata contrattuale, pari a 30 mesi, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP, pari ad € 3.183,00;
8. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di offerta ID Sintel 183056950 del 30.04.2024;
9. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



**VERBALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN ORDINE ALLA PROCEDURA
DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI
SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) addì 29 del mese di maggio, alle ore 11.40, in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si è svolta la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, in ordine alla procedura di gara per la fornitura in service di "Sistemi di umidificazione attiva" di cui alla Richiesta di Offerta ID SINTEL: 183056950.

Presiede la seduta il RUP alla presenza di due testimoni:

dott. Sandro Possamai	Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Chiara Menin	Collaboratore Amministrativo
dott.ssa Anna Lisa Menini	Collaboratore Amministrativo

Preliminarmente il RUP, alla presenza di due testimoni, verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte entro il termine previsto (entro le ore 10.00 del giorno 24/05/2024).

Sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:

- FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
- EUROMED SRL
- Draeger Italia S.p.A.
- DIMAR S.P.A.
- DI DEDDA Elettromedicali Srl
- Flexicare S.r.l.

Il RUP alla presenza di due testimoni:

- verifica la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica la corretta apposizione della firma digitale da parte degli offerenti nei documenti presentati;
- procede all'apertura della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" contenente la Documentazione amministrativa;
- ammette al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

Ad esito della verifica della corretta apposizione della firma digitale nei documenti presentati, la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Successivamente si prosegue con il download della documentazione amministrativa e successivamente all'esame della stessa per verificare la completezza documentale e la correttezza della firma digitale secondo quanto disposto all'art. 3 Modalità di partecipazione - "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Al termine dell'esame della documentazione prodotta, risultando completa e regolare la documentazione pervenuta, si ammettono i concorrenti alla fase successiva.

La seduta ha termine alle ore 14:00

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

F.to Dott. Sandro Possamai

F.to Dott.ssa Chiara Menin

F.to Dott.ssa Anna Lisa Menini

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE
DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA – ID SINTEL 183056950**

In data 12.06.2024 alle ore 14.30 si è riunita presso la sala riunioni della Farmacia Ospedaliera dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura in service di "Sistemi di umidificazione attiva " – ID SINTEL 183056950.

La Commissione, nominata con prot. 60511 del 06.06.2024 risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Milena Lauri - Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Ospedaliera
Componenti: Dott. Ernesto Della Mora - Dirigente medico U.O.C. Anestesia e Rianimazione
Dott.ssa Francesca Baldi - Coordinatrice Infermieristica U.O.C. Anestesia e Rianimazione

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gara le seguenti ditte:

- FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
- EUROMED SRL
- Draeger Italia S.p.A.
- DIMAR S.P.A.
- DI DEDDA Elettromedicali Srl
- Flexicare S.r.l.

Ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, Dott. Sandro Possamai, le buste contenenti la documentazione tecnica prodotta da tali ditte, la Commissione procede all'analisi di tale documentazione per verificarne la corrispondenza con quanto richiesto dal capitolato.

La documentazione presentata risulta completa e conforme per tutte le ditte ad eccezione della ditta Euromed srl per la quale la Commissione ritiene di inoltrare una richiesta di chiarimento circa l'indicazione, tra i documenti presentati, della dichiarazione attestante la ditta produttrice e lo stabilimento di produzione.

La Commissione conclude quindi i lavori alle ore 16.30

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to Dott.ssa Milena Lauri

I COMPONENTI F.to Dott. Ernesto Della Mora

F.to Dott.ssa Francesca Baldi

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE
DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA – ID SINTEL 183056950**

Nelle date 04.07.2024, 25.07.2024 e 30.07.2024 si è riunita presso la Sala Riunione dell'UOC di Anestesia e Rianimazione dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura in service di "Sistemi di umidificazione attiva " – ID SINTEL 183056950.

La Commissione, prende atto delle indicazioni ricevute dalla ditta Euromed srl, e attesta la regolare presentazione della documentazione tecnica da parte della stessa.

Ricevuta la campionatura presentata dalle ditte come disposto dall'art. 13 del Disciplinare di gara, procede alla visione dei sistemi offerti alla presenza degli specialist delle Ditte, previamente invitati tramite la piattaforma Sintel, con il seguente calendario:

04.07.2024

Ditta Euromed srl

Ditta Fisher & Paykel Healthcare sas

Ditta Flexicare

25.07.2024

Ditta Di Dedda srl

30.07.2024

Ditta Dimar spa

Ditta Draeger Italia spa

Le apparecchiature e il materiale di consumo, consegnato a titolo di campionatura, sono conservati in un apposito locale al fine di consentire alla Commissione la prova pratica del sistema in autonomia.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Milena Lauri

I COMPONENTI

F.to Dott. Ernesto Della Mora

F.to Dott.ssa Francesca Baldi

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE
DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA – ID SINTEL 183056950**

In data 14.10.2024 alle ore 14.30 si è riunita presso la sala riunioni della Farmacia Ospedaliera dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura in service di "Sistemi di umidificazione attiva " – ID SINTEL 183056950.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che sono state conclusa la visione dei sistemi offerti dalle sei Ditte partecipanti alla presente procedura di gara e sono state effettuate le prove pratiche.

L'art. 8 del disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione in accordo quadro sarà effettuata, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. 36/2023, ed il Presidente, ad inizio seduta, richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato di gara:

- a) Qualità: punteggio massimo - 70/100
b) Prezzo: punteggio massimo - 30/100

Il punteggio relativo alla qualità verrà attribuito in base ai criteri ed i punti massimi specificati nell'art. 8 del disciplinare.

Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a **punti 42 su 70** complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.

La Commissione procede quindi allo svolgimento della valutazione qualitativa e attribuisce i seguenti punteggi:

Ditta Flexicare srl

Criteri di Valutazione		PUNTI MAX	Punti	Criterio Motivazionale
1	Principio di funzionamento che permetta l'utilizzo anche in respiro spontaneo	5	5	presente
2	Praticità d'uso generale del sistema: intuitività di funzionamento e semplicità di impostazione dei parametri	5	1	non intuitivo, la programmazione necessita di più passaggi
3	Chiarezza degli allarmi in corso e facilità di gestione e risoluzione dei problemi segnalati dagli stessi	10	2	Sul display compare il codice errore ma si deve fare riferimento al libretto istruzioni per la risoluzione del problema. Non è disponibile una legenda facilmente accessibile senza fare riferimento al libretto.
4	Sensori di temperatura isolati dal contatto con i gas respiratori del paziente	10	0	Sensore a contatto con gas respiratori del paziente
5	Precisione nel mantenimento del livello costante di acqua	5	0	Durante le prove il livello dell'acqua è sceso sotto il minimo senza emettere alcun allarme acustico

6	Dimensioni dell'apparecchiatura in termini di minor ingombro e peso	5	4	peso buono (2,9 Kg), minimo ingombro
7	Tecnologia che permette di impedire la formazione di condensa	10	10	Ottima
8	Durata dichiarata del kit mono paziente di almeno 10 giorni	5	5	Presente
9	Flusso massimo garantito mantenendo temperatura e umidità ottimali	10	10	Garanzia flusso massimo
10	Facilità e velocità di montaggio del circuito	5	3	Il montaggio risulta facile ma la necessità di connettere 2 sensori (via inspiratoria ed espiratoria), allunga i tempi del montaggio.
		70	40	

Ditta Draeger Italia srl

Criteri di Valutazione		PUNTI MAX	Punti	Criterio Motivazionale
1	Principio di funzionamento che permetta l'utilizzo anche in respiro spontaneo	5	5	presente
2	Praticità d'uso generale del sistema: intuitività di funzionamento e semplicità di impostazione dei parametri	5	4	la programmazione pur essendo intuitiva necessita dell'uso contemporaneo di più tasti
3	Chiarezza degli allarmi in corso e facilità di gestione e risoluzione dei problemi segnalati dagli stessi	10	10	Ottima chiarezza e facilità di gestione
4	Sensori di temperatura isolati dal contatto con i gas respiratori del paziente	10	0	Sensore a contatto con gas respiratori del paziente
5	Precisione nel mantenimento del livello costante di acqua	5	5	Ottima
6	Dimensioni dell'apparecchiatura in termini di minor ingombro e peso	5	5	Peso ridotto (2,3 Kg) e ingombro minimo
7	Tecnologia che permette di impedire la formazione di condensa	10	10	Ottima

8	Durata dichiarata del kit mono paziente di almeno 10 giorni	5	5	Presente
9	Flusso massimo garantito mantenendo temperatura e umidità ottimali	10	10	Garanzia flusso massimo
10	Facilità e velocità di montaggio del circuito	5	3	Il montaggio risulta facile ma la necessità di connettere 2 sensori (via inspiratoria ed espiratoria), allunga i tempi del montaggio.
		70	57	

Ditta Dimar srl

Criteri di Valutazione		PUNTI MAX	Punti	Criterio Motivazionale
1	Principio di funzionamento che permetta l'utilizzo anche in respiro spontaneo	5	5	presente
2	Praticità d'uso generale del sistema: intuitività di funzionamento e semplicità di impostazione dei parametri	5	5	Ottima intuitività di funzionamento e semplicità di impostazione
3	Chiarezza degli allarmi in corso e facilità di gestione e risoluzione dei problemi segnalati dagli stessi	10	10	Ottima chiarezza e facilità di gestione
4	Sensori di temperatura isolati dal contatto con i gas respiratori del paziente	10	10	Sensori isolati dal contatto con i gas
5	Precisione nel mantenimento del livello costante di acqua	5	5	Ottima precisione
6	Dimensioni dell'apparecchiatura in termini di minor ingombro e peso	5	4	peso apparecchio molto ridotto (0,9Kg) ma necessita per l'installazione di un trasformatore a parte da fissare sul ventilatore determinando un maggiore ingombro
7	Tecnologia che permette di impedire la formazione di condensa	10	10	Presente
8	Durata dichiarata del kit mono paziente di almeno 10 giorni	5	5	Presente
9	Flusso massimo garantito mantenendo temperatura e umidità ottimali	10	10	Garanzia flusso massimo

10	Facilità e velocità di montaggio del circuito	5	4	Il montaggio risulta facile ma la necessità di collegare il cavo a Y nella linea inspiratoria ed espiratoria allunga i tempi di montaggio.
		70	68	

La Commissione conclude quindi i lavori alle ore 16.30

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE **F.to Dott.ssa Milena Lauri**

I COMPONENTI **F.to Dott. Ernesto Della Mora**

F.to Dott.ssa Francesca Baldi

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE
DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA – ID SINTEL 183056950**

In data 23.10.2024 alle ore 14.30 si è riunita presso la sala riunioni dell'UOC di Anestesia e Rianimazione dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura in service di "Sistemi di umidificazione attiva " – ID SINTEL 183056950.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione riprende il lavoro di valutazione qualitative delle ultime tre Ditte offerente:

Ditta Di Dedda srl

Criteri di Valutazione		PUNTI MAX	Punti	Criterio Motivazionale
1	Principio di funzionamento che permetta l'utilizzo anche in respiro spontaneo	5	5	presente
2	Praticità d'uso generale del sistema: intuitività di funzionamento e semplicità di impostazione dei parametri	5	4	la programmazione pur essendo intuitiva necessita dell'uso contemporaneo di più tasti
3	Chiarezza degli allarmi in corso e facilità di gestione e risoluzione dei problemi segnalati dagli stessi	10	10	Ottima chiarezza e facilità di gestione
4	Sensori di temperatura isolati dal contatto con i gas respiratori del paziente	10	0	Sensore a contatto con gas respiratori del paziente
5	Precisione nel mantenimento del livello costante di acqua	5	5	Ottima precisione
6	Dimensioni dell'apparecchiatura in termini di minor ingombro e peso	5	4	peso buono (2,8 Kg), minimo ingombro
7	Tecnologia che permette di impedire la formazione di condensa	10	10	Ottima
8	Durata dichiarata del kit mono paziente di almeno 10 giorni	5	5	presente

9	Flusso massimo garantito mantenendo temperatura e umidità ottimali	10	10	Garanzia flusso massimo
10	Facilità e velocità di montaggio del circuito	5	3	Il montaggio risulta facile ma la necessità di connettere 2 sensori (via inspiratoria ed espiratoria), allunga i tempi del montaggio
		70	56	

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS

Criteri di Valutazione		PUNTI MAX	Punti	Criterio Motivazionale
1	Principio di funzionamento che permetta l'utilizzo anche in respiro spontaneo	5	5	presente
2	Praticità d'uso generale del sistema: intuitività di funzionamento e semplicità di impostazione dei parametri	5	5	Ottima intuitività di funzionamento e semplicità di impostazione
3	Chiarezza degli allarmi in corso e facilità di gestione e risoluzione dei problemi segnalati dagli stessi	10	10	Ottima chiarezza e facilità di gestione
4	Sensori di temperatura isolati dal contatto con i gas respiratori del paziente	10	10	Sensori isolati dal contatto con i gas
5	Precisione nel mantenimento del livello costante di acqua	5	5	Ottima precisione
6	Dimensioni dell'apparecchiatura in termini di minor ingombro e peso	5	2	Peso 3,4 Kg, superiore alle altre apparecchiature, ridotto ingombro
7	Tecnologia che permette di impedire la formazione di condensa	10	10	Ottima
8	Durata dichiarata del kit mono paziente di almeno 10 giorni	5	5	Presente
9	Flusso massimo garantito mantenendo temperatura e umidità ottimali	10	10	Garanzia flusso massimo
10	Facilità e velocità di montaggio del circuito	5	5	Ottima facilità e velocità del montaggio
		70	67	

Ditta EUROMED SRL

Criteri di Valutazione		PUNTI MAX	Punti	Criterio Motivazionale
1	Principio di funzionamento che permetta l'utilizzo anche in respiro spontaneo	5	5	presente
2	Praticità d'uso generale del sistema: intuitività di funzionamento e semplicità di impostazione dei parametri	5	1	non intuitivo, la programmazione necessita di più passaggi
3	Chiarezza degli allarmi in corso e facilità di gestione e risoluzione dei problemi segnalati dagli stessi	10	2	Sul display compare il codice errore ma si deve fare riferimento al libretto istruzioni per la risoluzione del problema. Non è disponibile una leggenda facilmente accessibile senza fare riferimento al libretto.
4	Sensori di temperatura isolati dal contatto con i gas respiratori del paziente	10	0	Sensori non isolati
5	Precisione nel mantenimento del livello costante di acqua	5	0	Durante le prove il livello dell'acqua è sceso sotto il minimo senza emettere alcun allarme acustico
6	Dimensioni dell'apparecchiatura in termini di minor ingombro e peso	5	4	peso buono (2,9 Kg), minimo ingombro
7	Tecnologia che permette di impedire la formazione di condensa	10	10	Ottima
8	Durata dichiarata del kit mono paziente di almeno 10 giorni	5	5	Presente
9	Flusso massimo garantito mantenendo temperatura e umidità ottimali	10	10	Garanzia flusso massimo
10	Facilità e velocità di montaggio del circuito	5	3	Il montaggio risulta facile ma la necessità di connettere 2 sensori (via inspiratoria ed espiratoria), allunga i tempi del montaggio
		70	40	

La Commissione conclude quindi i lavori alle ore 16.30

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Milena Lauri

I COMPONENTI

F.to Dott. Ernesto Della Mora

F.to Dott.ssa Francesca Baldi



**VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE
IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI
IN SERVICE DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA**

ID SINTEL 183056950

L'anno 2024 (duemila ventiquattro) addì 28 del mese di novembre alle ore 11.00 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si svolge la seduta riservata per la visione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo in ordine alla offerta economica presentata in sede di gara dalla ditta DIMAR spa, classificatasi prima in graduatoria.

La Commissione Giudicatrice procede quindi alla lettura di quanto rilevato nella nota trasmessa dalla Ditta Dimar spa, tramite la piattaforma Sintel in data 27.11.2024: l'offerta risulta congrua e non anomala alla luce delle giustificazioni prodotte.

Si propone, pertanto, all'aggiudicazione della suddetta procedura di gara alla Ditta Dimar spa.

La seduta ha termine alle ore 11.30

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Firmato Dott.ssa Milena Lauri _____

Firmato Dott. Ernesto Della Mora _____

Firmato Dott.ssa Francesca Baldi _____

**VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE
IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI
IN SERVICE DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA**

ID SINTEL 183056950

L'anno 2024 (duemila ventiquattro) addì 20 del mese di novembre alle ore 14.00 in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", si svolge la seduta riservata per la lettura dei verbali di valutazione qualitativa redatti dalla Commissione Giudicatrice e per l'apertura delle offerte economiche in ordine alla procedura negoziata per la fornitura in service di Sistemi di umidificazione attiva di cui alla Richiesta di Offerta ID 183056950

La Commissione Giudicatrice composta dalla dott.ssa Milena Lauri, Dirigente Farmacista, dott. Ernesto Della Mora, Dirigente Medico presso l'UOC di Anestesia e Rianimazione e la dott.ssa Francesca Baldi, coordinatrice infermieristica dell'UOC di Anestesia e Rianimazione, riepiloga, di seguito, per le motivazioni specificate nei singoli verbali, i punteggi qualità di seguito riepilogati:

Ditta	Punteggio qualità attribuito
DI DEDDA Elettromedicali Srl	56
DIMAR S.P.A	68
DRAEGER ITALIA S.p.A.	57
EUROMED SRL	40
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS	67
FLEXICARE S.r.l	40

Come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, le ditte Euromed srl e Flexicare srl non sono ammesse al successivo passaggio di gara avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia di 42/70.

La Commissione Giudicatrice procede, quindi, all'apertura sulla piattaforma Sintel delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse Di Dedda Elettromedicali srl, Dimar spa, Draeger Italia spa, Fisher & Paykel Healthcare sas..

La graduatoria, sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:

Graduatoria	Ditta	Prezzo offerto	Punteggio Qualità	Punteggio prezzo	Punteggio finale (P+Q)
1°	Dimar spa	177.600,00	68	26,92	94,92
2°	Fisher & Paykel Healthcare sas	198.375,00	67	24,10	91,10

3°	Di Dedda Elettromedicali srl	159.375,00	56	30	86
4°	Draeger Italia srl	193.230,00	57	24,74	81,74

La Commissione Giudicatrice rileva che l'offerta della ditta Dimar spa presenta i caratteri dell'anomalia di cui all'art 110, co.2 del D. Lgs 36/2023; si procederà, quindi, a chiedere alla medesima ditta le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo.

La seduta ha termine alle ore 14:40.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Firmato Dott.ssa Milena Lauri _____

Firmato Dott. Ernesto Della Mora _____

Firmato Dott.ssa Francesca Baldi _____