

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER
BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA, SOTTO GUIDA
STEREOTASSICA, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO.CC. DI
RADIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"
LOTTO UNICO CIG N. B19DEB8F2D
ID SINTEL 183489669**

**VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 5)**

Alle ore 9.30 del 10/09/2024, in Arzignano, presso gli uffici della UOC di Direzione Medica Ospedaliera, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1155 del 04/07/2024 così composta:

Presidente:

- dott. Ernesto Zanetel, Dirigente Medico presso l'U.O.C. Direzione Medica (DMO) Arzignano Montecchio dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

Commissari:

- dott.ssa Cecilia Mazza, Dirigente Medico presso l'U.O.C Radiologia di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
- dott. Emanuele Giuseppe Lo Porto, Dirigente Medico presso l'U.O.C Chirurgia Senologica dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.


La Commissione si riunisce a conclusione della prova visione effettuata in data 09/09/2024 per la ditta Becton Dickinson Italia S.p.A., durante la quale è stato visionato il sistema ENCORE ENSPIRE nelle sue varie componenti (modulo di controllo, manipolo, etc.); è stato esaminato il relativo materiale di consumo e successivamente si è proceduto al montaggio dell'ago e all'accensione della macchina con esemplificazione e prova della procedura.

La Commissione procede quindi con la valutazione qualitativa della rispettiva offerta tecnica secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 18 del Disciplinare di gara.

Tenuto conto della prova effettuata sul sistema presentato e della visione della campionatura, la Commissione procede ad assegnare i coefficienti di valutazione e le relative motivazioni, come di seguito riportato:

Ditta Becton Dickinson Italia S.p.A.

Sistema vuoto assistito per biopsia della mammella *ENCOR ENSPIRE*.



N	CRITERI DI VALUTAZIONE	N_sub	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	Valutazione	Coeffic. attribuito	Punteggio attribuito
1	Ago e sistema di aspirazione	1.1	Elementi tecnico-funzionali del sistema di aspirazione	10	Buona potenza aspirativa del Sistema Encor Enspire e possibilità di modulazione in base al tipo di tessuto	0,8	8
		1.2	Ampiezza del range dei calibri disponibili	7	Ottima l'ampiezza del range offerto. I calibri offerti consentono l'esecuzione di tutte le procedure cliniche previste	1	7
		1.3	Ampiezza del range di lunghezze disponibili	7	Disponibile 1 singola lunghezza (11 cm circa). La lunghezza limitata a 11 cm non garantisce una gestione ottimale per l'utilizzo degli approcci con braccetto laterale.	0,6	4,2
2	Ergonomia	2.1	Semplicità e intuitività interfaccia utente del sistema	9	Ottima interfaccia di sistema.	1	9
		2.2	Manualità, leggerezza ed ergonomia funzionale del manipolo	9	Buona ergonomia funzionale del manipolo.	0,8	7,2
3	Funzionalità del sistema	3.1	Migliore visualizzazione del frustolo	8	Proposta essenziale rispondente in maniera sufficiente agli standard richiesti; non risulta possibile eseguire il controllo radiografico su frustoli separati	0,6	4,8
		3.2	Modalità di scelta dell'orientamento del campionamento	6	Proposta qualitativamente buona. Gestione automatica del prelievo con minore possibilità di potere intervenire manualmente sulla scelta del settore di campionamento.	0,8	4,8
		3.3	Modalità di raccolta frustolo	10	Proposta essenziale rispondente in maniera sufficiente agli standard richiesti. Necessità di manipolazione dei frustoli con possibilità di perdita/danneggiamento del campione.	0,6	6
4	Assistenza tecnica	4.1	Elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi previsti per l'assistenza tecnica	4	Ottimo il piano di assistenza e supporto: si apprezza la possibilità di usufruire di muletto sostitutivo in caso di guasti non risolvibili.	1	4
				70			55



A conclusione dell'attività valutativa, secondo quanto definito nel corso della seduta odierna e delle precedenti sedute del 10/07/2024, 27/08/2024 e 02/09/2024, di seguito vengono riepilogati i punteggi totali:

a) Hologic Italia S.r.l.	punti 62,0/70
b) Devicor Medical Italy	punti 68,4/70
c) Becton Dickinson Italia S.p.A.	punti 55,0/70

Tutte le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara, fissata in 42 punti su 70, e, pertanto, vengono ammesse all'apertura dell'offerta economica.

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione, stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta ha termine alle ore 12.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

Dott. Ernesto Zanetel

Dott.ssa Cecilia Mazza

Dott. Emanuele Giuseppe Lo Porto