

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1625 DEL 03/10/2024

O G G E T T O

**FORNITURA DI STABILIZZATORI CARDIACI PER L'U.O.C. CARDIOCHIRURGIA:
ASSEGNAZIONE FORNITURA**

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1698/24

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con deliberazione n. 951 del 07.06.2024 è stata indetta una indagine di mercato, finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di "stabilizzatori cardiaci" per l'U.O.C. Cardiochirurgia di Vicenza;

pertanto, è stata pubblicata con ID 184973458 del 10.06.2024 sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, tale indagine di mercato, articolata in tre lotti e aperta a tutti i fornitori iscritti, finalizzata all'assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 36 mesi e l'importo a base d'asta complessivo di € 85.740,00 IVA esclusa, con termine ultimo per la presentazione dei preventivi fissato per il 27.06.2024, e assegnazione della fornitura valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta da parte di uno o più esperti;

entro tale termine, è pervenuto riscontro da parte delle ditte Medtronic Italia S.p.A., Levi Biotech S.r.l., Terumo Italia S.r.l. Unipersonale e Getinge Italia S.r.l.;

in data 05.07.2024, in base a quanto previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara, è stato effettuato il download di tutta la documentazione.

come da verbale agli atti, nel medesimo giorno, il Rup e due testimoni hanno provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata, ritenuta regolare per tutte le ditte partecipanti;

si prende atto che le ditte hanno presentato offerte come di seguito dettagliato:

Ditte	Lotto 1 Base d'asta € 16.200,00	Ref. Lotto 1	Lotto 2 Base s'asta € 44.700,00	Ref. lotto 2	Lotto 3 Base d'asta € 24.840,00	Ref. Lotto 3
Medtronic Italia S.p.A.	€ 16.197,00	Sub A: TS2000 – TS2500 Sub B: HP3000 – HP3500	/	/	€ 24.825,00	TSMICS1
Levi Biotech S.r.l.	/	/	/	/	€ 21.600,00	HK-YG SF-III
Terumo Italia S.r.l.	€ 14.340,00	Sub A: T401232U Sub B: T401261U	/	/	/	/
Getinge Italia S.r.l.	/	/	€ 44.700,00	Sub A: C-OM-9000Z Sub B: C-XP-5000Z	/	/

in data 18.07.2024 è stata inoltrata la documentazione tecnica agli esperti, nominati con nota protocollo numero 0075633/24 del 17.07.2024, per la verifica degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate;

gli esperti interpellati hanno confermato la congruità dei prodotti offerti dalle ditte Medtronic Italia S.p.A., Levi Biotech S.r.l., Terumo Italia S.r.l. Unipersonale e Getinge Italia S.r.l., proponendo l'assegnazione della fornitura alle ditte Medtronic Italia S.p.A. (lotti 1 e 3), e Getinge Italia S.r.l. (lotto 2), come da nota allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

alle condizioni economiche di seguito riepilogate:

LOTTO	SUB LOTTO	DESCRIZIONE	REF	Fabbisogno 36 mesi	Prezzo unitario offerto	Aliquota IVA	Imponibile triennale offerto (iva esclusa)
1	A	Stabilizzatore cardiaco a suzione per rivascolarizzazione miocardica a cuore battente. Elevata stabilità, elevata flessibilità, sistema efficace di ancoraggio al divaricatore sternale.	TS2000 TS2500	30	€ 470,00	22%	16.197,00 €
	B	Ventosa a suzione per il posizionamento cardiaco durante rivascolarizzazione miocardica a cuore battente.	HP3000 HP3500	6	€ 349,50	22%	
2	A	Stabilizzatore cardiaco a suzione per rivascolarizzazione miocardica a cuore battente. Elevata stabilità, elevata flessibilità, completo di piattaforma per divaricare lo sterno e ancorare lo stabilizzatore e il posizionatore cardiaco, dotato di organizzatore per le suture e la sospensione del pericardio.	C-OM-9000Z	90	475,00 €	22%	44.700,00 €
	B	Ventosa a suzione per il posizionamento cardiaco durante rivascolarizzazione miocardica a cuore battente.	C-XP-5000Z	6	325,00 €	22%	
3	/	Stabilizzatore cardiaco a suzione per rivascolarizzazione miocardica a cuore battente per chirurgia mininvasiva. Dotato di testina ad attacco e sgancio rapido, snodo sferico della testina per ottimizzare la flessibilità e il movimento dello stabilizzatore, dedicato alla chirurgia mininvasiva.	TSMICS1	30	827,50 €	22%	24.825,00 €

i prezzi offerti risultano in linea con quelli delle altre aziende sanitarie venete;

verificato che le ditte Medtronic Italia S.p.A. e Getinge Italia S.r.l., a seguito delle richieste di offerte pubblicate su SinTel, rispettivamente con ID 189639842 e ID 189641281, hanno dichiarato che i prodotti presentati in fase di indagine di mercato sono i medesimi offerti in fase di affidamento diretto;

si propone di assegnare la fornitura in argomento alla ditta Medtronic Italia S.p.A. (lotti 1 e 3), per un importo complessivo pari a € 41.022,00, e alla ditta Getinge Italia S.r.l. (lotto 2), per un importo complessivo pari a € 44.700,00 per il periodo di 36 mesi, comunque fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o di Area Vasta;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si riserva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 342,96, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di “stabilizzatori cardiaci” destinati all'U.O.C. di Cardiocirurgia, per il periodo di 36 mesi, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o di Area Vasta, alle ditte Medtronic Italia S.p.A. (lotti 1 e 3), e Getinge Italia S.r.l. (lotto 2), come da nota allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle condizioni economiche di seguito dettagliate:

LOTTO	SUB LOTTO	DESCRIZIONE	REF	Fabbisogno 36 mesi	Prezzo unitario offerto	Aliquota IVA	Imponibile triennale offerto (iva esclusa)
1	A	Stabilizzatore cardiaco a suzione per rivascolarizzazione miocardica a cuore battente. Elevata stabilità, elevata flessibilità, sistema efficace di ancoraggio al divaricatore sternale.	TS2000 TS2500	30	€ 470,00	22%	16.197,00 €
	B	Ventosa a suzione per il posizionamento cardiaco durante rivascolarizzazione miocardica a cuore battente.	HP3000 HP3500	6	€ 349,50	22%	
2	A	Stabilizzatore cardiaco a suzione per rivascolarizzazione miocardica a cuore battente. Elevata stabilità, elevata flessibilità, completo di piattaforma per divaricare lo sterno e ancorare lo stabilizzatore e il posizionatore cardiaco, dotato di organizzatore per le suture e la sospensione del pericardio.	C-OM-9000Z	90	475,00 €	22%	44.700,00 €
	B	Ventosa a suzione per il posizionamento cardiaco durante rivascolarizzazione miocardica a cuore battente.	C-XP-5000Z	6	325,00 €	22%	
3	/	Stabilizzatore cardiaco a suzione per rivascolarizzazione miocardica a cuore battente per chirurgia mininvasiva. Dotato di testina ad attacco e sgancio rapido, snodo sferico della testina per ottimizzare la flessibilità e il movimento dello stabilizzatore, dedicato alla chirurgia mininvasiva.	TSMICS1	30	827,50 €	22%	24.825,00 €

2. di nominare come Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Alessandro Favaro – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Cardiocirurgia di Vicenza;
3. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 104.580,84 (Iva 22% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 54.02.000126/ECO del Bilancio Sanitario e ripartito come segue:
- anno 2024:€ 8.595,69
 - anno 2025:€ 34.860,28
 - anno 2026:€ 34.860,28
 - anno 2027:€ 26.264,59
4. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento “disciplinare di gara”;
5. nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 342,96, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.06.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI “STABILIZZATORI CARDIACI” PER L’U.O.C. CARDIOCHIRURGIA

ID SINTEL 184973458 DEL 10.06.2024

RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 75633 del 17.07.2024 composto da:

Dott. Alessandro Favaro, Dirigente Medico presso U.O.C. di Cardiocirurgia Vicenza

Dott. Francesco Battaglia, Dirigente Medico presso U.O.C. di Cardiocirurgia Vicenza

Ricevuta la documentazione tecnica ed economica, verificata la completezza della stessa ed esaminata la campionatura pervenuta, esprime le seguenti valutazioni.

In primis prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta le seguenti ditte proponendo le seguenti offerte:

Ditte	Lotto 1 Base d’asta € 16.200,00	Ref. Lotto 1	Lotto 2 Base s’asta € 44.700,00	Ref. lotto 2	Lotto 3 Base d’asta € 24.840,00	Ref. Lotto 3
Medtronic Italia S.p.A.	€ 16.197,00	Sub A: TS2000 – TS2500 Sub B: HP3000 – HP3500	/	/	€ 24.825,00	TSMICS1
Levi Biotech S.r.l.	/	/	/	/	€ 21.600,00	HK-YG SF-III
Terumo Italia S.r.l.	€ 14.340,00	Sub A: T401232U Sub B: T401261U	/	/	/	/
Getinge Italia S.r.l.	/	/	€ 44.700,00	Sub A: C-OM-9000Z Sub B: C-XP-5000Z	/	/

Per quanti riguarda l’aspetto economico, si rileva che tutte le ditte hanno presentato offerte inferiori alla base d’asta.

Per quanto riguarda gli elementi tecnici, si dà atto, prioritariamente, che i prodotti offerti dalla ditte possiedono i requisiti minimi richiesti all’art. 1 del Disciplinare di gara.

Responsabile del Procedimento: Possamai dott. Sandro

Referente procedura: Magatte Thiam

Tel. 0444-753556

e mail: magatte.thiam@aulss8.veneto.it

Con riferimento agli elementi preferenziali di cui all'art. 6, di seguito riportati

- a) maneggevolezza e visibilità;
- b) efficace stabilizzazione coronarica;
- c) fissaggio al divaricatore sternale, profilo;
- d) prezzo offerto.

Il Gruppo di esperti rileva che

Per il lotto 1:

Ditta Medtronic Italia S.p.A.: il prodotto offerto presenta un sistema di espansione automatico della testina che rende particolarmente efficace la visualizzazione del sito chirurgico; il braccio è molto flessibile e il fissaggio del morsetto al divaricatore è sicuro e può essere effettuato con una sola mano.

Ditta Terumo Italia S.r.l.: il prodotto offerto presenta un braccio in acciaio inossidabile particolarmente pesante e di difficile manovrabilità; la testina presenta un basso profilo anche se la stabilizzazione del tessuto cardiaco è solo buona. Il fissaggio al divaricatore sternale pur essendo sicuro è limitato dal peso del braccio in acciaio.

Per il lotto 2

Ditta Getinge Italia S.r.l.: il prodotto offerto presenta una testina particolarmente malleabile che consente allo stabilizzatore di adattarsi in maniera ottimale ai contorni del cuore. Il braccio risulta particolarmente stabile e la presenza della piattaforma sternale oltre a facilitare e rendere sicuro il posizionamento consente di ottenere un migliore accesso e controllo dei vasi difficili da raggiungere durante l'intervento.

Per il lotto 3

Ditta Medtronic Italia S.p.A.: il prodotto offerto presenta basso profilo dell'articolazione della testa dello stabilizzatore tissutale; l'articolazione della testina è particolarmente piccola, a 3 capsule, particolarmente indicata per procedure MICS CABG. La testina risulta malleabile consentendo la massima flessibilità in una piccola incisione

Articolazione della testina ha un sistema di fissaggio rapido che facilita l'inserimento dell'asta e il fissaggio della testina articolata attraverso una piccola incisione

Il giunto sferico della testina articolata offre un'ottima flessibilità e libertà di movimento.

Ditta Levi Biotech S.r.l.: il prodotto offerto presenta una testina malleabile ma l'efficacia della suzione è solo discreta. L'articolazione della testina è dotata di un sistema di fissaggio poco pratico e poco flessibile. Il giunto sferico della testina articolata è poco flessibile e la libertà di movimento è limitata.

Pertanto, per le motivazioni sopra riportate, il Gruppo di esperti propone l'affidamento della fornitura alle ditte come di seguito indicato:


Lotto 1: ditta Medtronic Italia S.p.A. con i seguenti prodotti offerti: Sub A ref. TS2000 – TS2500 e Sub B ref. HP3000 – HP3500

Lotto 2: ditta Getinge Italia S.r.l. con i seguenti prodotti offerti: Sub A ref. C-OM-9000Z e Sub B ref. C-XP-5000Z

Lotto 3: ditta Medtronic Italia S.p.A. con il seguente prodotto: ref. TSMICS1

Luogo e data Vicenza 26/08/2024

Dott. Alessandro Favaro



Dott. Francesco Battaglia

