

Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi

Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto della fornitura di "rubinetti e rubinetti con prolunga". **Chiarimenti.**

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue:

a) Richiesta:

RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Lotto 1,2: si chiede se valvola antireflusso sia un refuso, se no, si chiede di specificare di che valvola si tratti, unidirezionale, bidirezionale, ecc...?

Risposta:

Si conferma che la dicitura valvola antireflusso è un refuso.

b) Richiesta:

RICHIESTA DI CHIARIMENTO

LOTTO 2-A: si chiede se possibile offrire una misura di 13,5cm al posto della 10cm (considerando rispettato il limite massimo dello spazio morto richiesto)?

Risposta:

E' possibile offrire una misura di 13,5cm al posto della 10cm.

c) Richiesta:

CAMPIONATURA

A pagina 11 del file indagine di mercato, all'art. 8 si chiede di contraddistinguere il plico della campionatura con la dicitura "Sacche urina sterili a circuito chiuso, raccoglitori urinari ed accessori - MR". Trattasi di refuso?

Risposta:

Certamente, trattasi di un refuso. Nel plico indicare: "Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto della fornitura di rubinetti e rubinetti con prolunga – MR"

d) Richiesta:

RICHIESTA DI CHIARIMENTI – Lotto 2

Riguarda il diametro interno ed esterno della prolunga

Risposta:

Diametro interno 2.5mm circa/Diametro esterno 4.1mm circa.

e) Richiesta:

RICHIESTA DI CHIARIMENTI – Lotto 2

Nella descrizione del lotto 2 si legge: 2 coni Luer femmina, un Luer Lock maschio con ghiera girevole. Se il rubinetto è provvisto di prolunga e la stessa è collegata al rubinetto (termosaldata) è difficile ipotizzare che il rubinetto presenti Luer Lock Maschio girevole. Tale richiesta riguarda la parte terminale della prolunga?

Risposta:

La richiesta riguarda la parte terminale della prolunga.

f) Richiesta:

RICHIESTA CHIARIMENTI

Si chiede alla stazione appaltante la possibilità di offrire nel Lotto 2 le seguenti misure di prolunga con rubinetto: 10, 25 e 100 cm.

Risposta:

Si conferma che la lunghezza della prolunga richiesta è quella prevista dal capitolato, la misura della prolunga deve intendersi pari a 50 cm, circa (+/- 3cm), oltre alle altre misure richieste.

g) Richiesta:

RICHIESTA CHIARIMENTI

In riferimento ai Lotti 1 e 2 si chiede quanti BAR sono richiesti.

Risposta:

Pressione di utilizzo 2 bar, circa.

Distinti saluti.

Il Direttore
(- Possamai dr Sandro -)
FIRMATO