



**RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE OFFERTE PERVENUTE IN
ESITO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DI "GRIGLIE GRADUATE E RELATIVI TELI PER L'ESECUZIONE DI
AGOBIOPSIE PROSTATICHE CON TECNICA DI FUSIONE"**

ID SINTEL: 190875393

Il Gruppo di esperti, nominato con n. prot. 0118463/24 del 20.11.2024, risulta composto da:

- Dott.ssa Anila Minja – Dirigente Medico presso l'U.O.C. Urologia;
- Dott.ssa Viola Donadello – Dirigente Farmacista presso l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera

Ricevuta la documentazione tecnica ed economica, verificata la completezza della stessa ed esaminata la campionatura pervenuta, esprime le seguenti valutazioni.

In primis prende atto che, relativamente alla procedura in oggetto, hanno presentato offerta le seguenti ditte, proponendo le seguenti offerte:

Ditta	Descrizione - nome comm.le del Dispositivo offerto	Prezzo unitario offerto	Importo offerta complessiva (Iva escl.)
HS Hospital Service S.p.a.	Griglie graduate sterili – ref. 610-906 - Disposable Templates Grids	€ 92,25	€ 82.719,00
	Teli monouso ref. 610-870 - Sterile Disposable System Drapes	€ 13,80	
Vigeo S.r.l.	Griglie graduate sterili - REF. 10208702 - Griglia guida ago per procedure di ecografia interventistica transperineali.	€ 45,00	€ 46.800,00
	Teli monouso - REF. 10401002 - Coprisonda in PE 81 x 91cm, monouso sterile.Per procedure di ecografia interventistica.	€ 15,00	

Per quanto riguarda l'**aspetto economico**, si rileva che la ditta Vigeo S.r.l. ha presentato offerta inferiore alla base d'asta, mentre la ditta HS Hospital Service S.p.a. ha presentato offerta superiore alla base d'asta prevista a pena di esclusione, e pertanto HS Hospital Service S.p.a. viene esclusa dall'indagine di mercato.

Per quanto riguarda gli **elementi tecnici** si riporta quindi solamente quanto rilevato relativamente ai prodotti offerti dalla ditta Vigeo S.r.l.

La griglia graduata ed i relativi supporti necessari al suo posizionamento hanno dimensioni tali da non consentire un adeguato posizionamento delle griglie sullo stepper. Di conseguenza le griglie non risultano del tutto stabili, pertanto possono spostarsi durante l'esame compromettendo l'esecuzione della biopsia.

L'identificazione del punto target per la biopsia risulta difficoltosa perché le griglie offerte non presentano alcun aiuto visivo (ad esempio l'alternanza di un foro più marcato ed uno meno marcato) rendendo lenta l'esecuzione della biopsia.

La rigidità del telo monouso rende difficile forarlo con i supporti della griglia.

Il Gruppo di esperti rileva che il prodotto offerto dalla ditta Vigeo S.r.l. non risulta adeguatamente compatibile con il sistema di biopsie fusion in uso e non garantisce di effettuare correttamente le biopsie.

Luogo e firma VIGENZA 4.7.2025

Dott.ssa Anila Minja

**Firma oscurata ai sensi
delle linee guida del
Garante per la Privacy**

Dott.ssa Viola Donadello

**Firma oscurata ai sensi delle
linee guida del Garante per la
Privacy**