

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA
Direttore: Dr. Sandro Possamai

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE INTRACRANICA
E RELATIVI KIT**

CHIARIMENTI

ID SINTEL: 191759403

Quesito 1)

Con la base d’asta attuale, la scrivente si trova nell’impossibilità di formulare una offerta congrua e sostenibile. Si richiede quindi di modificare la base d’asta e/o i quantitativi richiesti (indicativamente, una base d’asta pari alla soglia per l’affidamento diretto permetterebbe di presentare offerta per il quantitativo di consumabili richiesti e per un numero massimo di quattro monitor in noleggio con assistenza tecnica inclusa).

Risposta:

Si conferma la base d’asta e i quantitativi richiesti.

Quesito 2)

Buongiorno, per quanto riguarda la richiesta del Diametro massimo di 1mm: questo non è possibile avere un catetere ICP+EDV(drenaggio) con diametro 1 mm, in quanto dovendo permettere il drenaggio deve avere diametro 9f(0.30mm - 0.35mm), perché altrimenti il catetere non può mantenere la pervietà per permettere il drenaggio del liquido.

Risposta:

Trattasi di refuso. Nel punto "b" ci si riferisce al diametro della sonda ICP e non al catetere di drenaggio esterno.

Quesito 3)

Si chiede cortesemente di confermare che i danni da uso improprio siano esclusi dalla manutenzione full risk.

Risposta:

Si conferma. I danni da uso improprio sono esclusi dalla manutenzione full risk.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E GESTIONE
DELLA LOGISTICA
F.to Dr. Sandro Possamai