

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecyeneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it www.aulss8.veneto.it

Prot. 000 8652/25

Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza U.O.C. Medicina Trasfusionale Viale F. Rodolfi n. 37
Direttore: Dott. Francesco Fiorin

All'attenzione di: dott. POSSAMAI SANDRO Direttore Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica SEDE

VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DI KIT PER ESTRAZIONE DI DNA DA SALIVA IN FABBISOGNO ALL'U.O.C. DI
MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'AZIENDA ULSS8 BERICA

Alle ore 09.00 del giorno 22/01/2025 in Vicenza, presso l'U.O.C di Medicina Trasfusionale dell'Ospedale di Vicenza, si riunisce la Commissione di esperti nominata con nota del RUP n. 0003494/25 del 13/01/2025 così composta:

La Commissione procede alla valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute dalle ditte:

- Qiagen srl
- Voden Medical Instruments SpA

In merito al prodotto presentato dalla ditta QIAgen srl il Gruppo di esperti evidenza che il kit :

- possiede una soluzione inattivante il virus SARS-CoV-2
- presenta un formato compatibile con l'estrattore QIAsymphony attualmente in uso presso il laboratorio di immunogenetica
- NON è certificato CE-IVD

In merito al prodotto presentato dalla ditta Voden Medical Instruments SPA il Gruppo di esperti evidenza che il kit :

- possiede una soluzione inattivante il virus SARS-CoV-2
- presenta un formato compatibile con l'estrattore QIAsymphony attualmente in uso presso il laboratorio di immunogenetica
- è certificato CE-IVD

La ditta Voden Medical Instruments S.p.A. ha presentato offerta per un valore complessivo di € 24.000,00 + I.V.A. 22%, che rispetta la base d'asta fissata in € 24.000,00 ed è ripartito come di seguito:

articolo	n. di confezioni offerte per 36 mesi	n. determinazioni a confezione	prezzo a confezione	totale costo triennale	CND	RDM	Ref.
ON-600	3000	1	€ 8,00	€ 24.000	W05019002	1978549	ON- 600

La ditta Qiagen srl ha presentato offerta per un valore complessivo di € 23.760,00 + I.V.A. 22%, che rispetta la base d'asta fissata in € 24.000, 00 ed è ripartito come di seguito:

nome commerciale articolo	n. di confezioni offerte per 36 mesi	confezionamento: n. determinazioni a confezione	prezzo a confezione	totale costo triennale	CND	RDM	Ref.
PAXgene® Saliva Collectors (25)	120	25	198,00	23.760,00	NA	NA	NA

Il Gruppo di Esperti, sulla base degli elementi tecnici ed economici, propone quindi di affidare la fornitura in oggetto all'Operatore Economico Voden Medical Instruments S.p.A in quanto l'offerta è idonea e congrua sia sotto il profilo tecnico in quanto è presente una certificazione CE-IVD del prodotto offerto, sia economico rispondendo in maniera ottimale alle esigenze dell'Unità operativa utilizzatrice. Si specifica che il prodotto viene utilizzato in ambito diagnostico, ove è richiesta la certificazione CE-IVD

Il Gruppo di Esperti rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.

La seduta ha termine alle ore 10.00

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

dott.ssa	Cinzia I	Marina Ta	agliaferri
dott.ssa	Monica	a Mantia	

Vicenza, 23/1/2025