



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 Mail [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it)

PEC [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it)

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

Dipartimento Amministrativo Unico

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**UOS Gare**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

**Direttore: Dott. Sandro Possamai**

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN 13 LOTTI, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI DISPOSITIVI MONOUSO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL DPCM 12.1.2017 A FAVORE DEGLI UTENTI TERRITORIALI DEL DISTRETTO OVEST DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA**  
Cod. appalto: AUSILI\_OVEST\_2025  
ID SINTEL: 197958622

## **CHIARIMENTI DA N. 2 A N. 3**

### **RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2**

*Con la presente vi chiediamo di fornire maggiori dettagli sulle sacche citate nei lotti in oggetto (capacità, sterile/non sterile, tipologia rubinetto di scarico, lunghezza tubo, presenza/assenza valvola di non ritorno ecc.).*

### **RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2**

Le caratteristiche minime sono definite nei corrispondenti codici ISO di cui all'allegato 2 del DPCM 12.01.2017. La ditta dovrà offrire l'intera gamma dei propri dispositivi rispondenti alle caratteristiche definite nel medesimo allegato.

### **RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3**

*Si chiedono i seguenti chiarimenti:*

- per quanto riguarda i lotti 10 e 13 potete gentilmente chiarire la differenza?*
- per i lotti 10-11-12-13 potete inoltre fornire maggiori caratteristiche come le lunghezze dei tubi di scarico?*
- per le consegne a domicilio dei pazienti (sempre per i lotti 10-11-12-13), chiediamo la possibilità che accettiate i nostri imballi standard da 25/30 sacche;*
- potete chiarire in cosa consiste il report mensile (art. 6 Rilevazione dati e software)?*

### **RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 3**

Si precisa che:

- come riportato nell'allegato 1 al capitolato tecnico, il lotto 10 corrisponde a “sacca di raccolta dell'urina , da gamba: **monouso**”, mentre il lotto 13 corrisponde a “sacca di raccolta dell'urina, da gamba: **riutilizzabile**”;
- si rimanda alla risposta al chiarimento n. 2;
- si accettano imballi da 25/30 sacche;

---

**Responsabile del Procedimento: dott. Sandro Possamai**

Referente procedura: *dott.ssa Laura Trentin*

Tel. 0444/757207 e mail: [laura.trentin@aulss8.veneto.it](mailto:laura.trentin@aulss8.veneto.it)

- il report mensile consiste in un file excel dove la ditta dovrà indicare:
  - C.F., Cognome, Nome e Data Nascita dell'assistito;
  - ID autorizzazione, data autorizzazione e data fine autorizzazione forniti dall'AULSS n. 8;
  - Codice ISO;
  - codice REF;
  - Descrizione dispositivo medico;
  - ID Repertorio;
  - Costo unitario;
  - Data effettiva consegna;
  - Quantità Erogata.

**IL DIRETTORE**  
*UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E*  
*GESTIONE DELLA LOGISTICA*  
***Dott. Sandro Possamai***