



## RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI "CAVI ESTENSIONE BIPOLARE PER PACE MAKER ESTERNI" PER L'U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA

L'U.O.C. di Cardiocirurgia dell'Azienda ULSS n. 8 Berica ha chiesto l'acquisto di "Cavi estensione bipolare per Pace Maker esterni".

Le caratteristiche richieste sono le seguenti:

- *Cavo di estensione monouso bipolare per pacemaker esterni, sterile, cavo da almeno 180 cm, spinotti 2 mm (lato paziente), connettore tipo Medtronic (lato pacemaker).*

Di seguito l'articolo attualmente in uso:

Ditta fornitrice	Ref.	CND	Repertorio
CLABER SRL	J-F7818MEDLC	Z12050680	510982

- *Cavo di estensione bipolare per stimolazione temporanea dotato di un box con due ricettacoli femmina "touch-proof" da 2 mm; in grado di "accettare" i terminali di tutti gli elettrocateretri endocavitari bipolari per stimolazione cardiaca temporanea dotati di spinotto 2mm maschio (anche nella versione "touch-proof"). Lunghezza di almeno 180 cm. Connettore tipo Medtronic (lato pacemaker).*

Di seguito l'articolo attualmente in uso:

Ditta fornitrice	Ref.	CND	Repertorio
CLABER SRL	J-F7817MED	Z12050680	753650

Le ditte che intendessero proporre dispositivi equivalenti possono far pervenire la documentazione tecnica ed economica di seguito specificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it), con la dicitura **"RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI "CAVI ESTENSIONE BIPOLARE PER PACE MAKER ESTERNI" PER L'U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA"**, entro le ore 12.00 del 17.03.2025.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche dell'articolo offerto (con indicazione di tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto quali nome commerciale, marca e codice, numero di repertorio e CND);
- Elenco delle strutture sanitarie alle quali sono forniti tali dispositivi con specificazione dei prezzi unitari praticati.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444-753556, e-mail [magatte.thiam@aulss8.veneto.it](mailto:magatte.thiam@aulss8.veneto.it)

Responsabile del procedimento: Dott. Sandro Possamai.

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno una specifica gara. L'Azienda ULSS si

riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

IL DIRETTORE  
*UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO  
E GESTIONE DELLA LOGISTICA*  
F.to Dr Sandro Possamai