



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA (EX ART. 71, 108 E 128 DEL D. LGS. N. 36/2023)
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI E MATERIALI DI CONSUMO PER
L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI SEQUENZIAMENTO NGS, SNP-ARRAY IN FABBISOGNO ALLA
UOS DIAGNOSTICA GENETICA E GENOMICA DELL’AZIENDA U.L.S.S N. 8 BERICA, SUDDIVISA IN 7
LOTTI.**

Codice appalto NGSREV2025; ID SINTEL 200193044

CHIARIMENTI da n. 3 a n. 5

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3: Manifestiamo l’interesse e la volontà di rispondere al lotto 2, potendo presentare la nostra piattaforma TapeStation modello 4200 rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, tuttavia dobbiamo comunicare l’impossibilità di partecipare causa l’inadeguatezza della base d’asta che sembra considerare il valore di piattaforme dal throughput inferiore o non consideri la quota del servizio di manutenzione full risk come parte stessa del noleggio per tutto il periodo indicato.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 3: Si conferma la base d’asta.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 4: Spett.le Stazione appaltante, LOTTO 5 - in riferimento al “pannello custom”, si chiede di fornire la lista delle regioni genomiche per poter formulare la proposta tecnica ed economica.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 4: LOTTO 5 - In riferimento al pannello custom malattie rare si esplicita che, essendo un pannello "custom", ovvero creato di volta in volta su richiesta del cliente, non può essere definita a priori una lista delle regioni genomiche analizzate, che cambiano sulla base della richiesta di analisi in base al sospetto clinico. Per tale motivo si è indicato un range di probes tra 7500 e 10000 per effettuare una quantizzazione.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 5: Spett.le Stazione appaltante, LOTTO 1 Strumento iScan:

- Possibilità di offrire uno strumento iScan nuovo in caso di indisponibilità di unità ricondizionate: si chiede conferma a tale proposito.

LOTTO 1 Trainings:

- I trainings sono previsti on-site solo per la piattaforma Dx, mentre per le piattaforme RUO vengono condotti presso l’Illumina Solution Centre di Milano: si chiede conferma se la soluzione proposta sia accettabile.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 5:

- Si conferma la possibilità di offrire uno strumento iSCAN nuovo piuttosto che ricondizionato se il costo rientra nella base d’asta.
- Si accetta la soluzione di training presso l’Illumina Solution Centre di Milano solo se la ditta si prende in carico le spese di trasferta (viaggio e alloggio) di tutto il personale che deve essere formato.

IL DIRETTORE

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Dott. Sandro Possamai