REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Prot.

Servizio: UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Sandro Possamai

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA RICERCA DI BATTERI E MICETI SU CAMPIONI DI SANGUE E IN LIQUIDI DIVERSI DAL SANGUE IN FABBISOGNO ALL'U.O.C. DI MICROBIOLOGIA

ID SINTEL N. 205103399

CIG N. B7B18CC069

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

Relativamente alla sede dell'ospedale San Bortolo di Vicenza si chiede di chiarire se il sistema analitico debba essere installato in un unico punto all'interno della UOC Microbiologia (quindi un unico strumento con non meno di 1000 postazioni) oppure se debba essere dislocato in più punti, ad esempio: - in due aree distinte all'interno della stessa UOC Microbiologia – oppure uno strumento in UOC Microbiologia e un secondo strumento in un settore diverso dalla UOC Microbiologia.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

Il sistema analitico richiesto dovrà essere installato in due aree dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, ovvero presso l'UOC di Microbiologia e presso un'altra area individuata dalla Direzione Medica e definita in sede di esecuzione del contratto.

***

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3

Si chiede se sia possibile proporre una soluzione middleware basata su macchina virtuale.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3

Non è possibile proporre una soluzione middleware; la soluzione deve essere All-in-One, compreso server e relativa assistenza hardware e software.

***

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4

In riferimento al criterio di valutazione n. 1, ossia 'Unica interfaccia degli strumenti proposti per la gestione dei sistemi analitici' si chiede conferma che con la dicitura 'unica interfaccia degli strumenti' si intende la stessa interfaccia grafica visibile sul display strumentale fronte macchina, ossia l'identico software strumentale.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4

Si conferma che con la dicitura 'unica interfaccia degli strumenti' si intende un'unica interfaccia grafica e lo stesso software.

***

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5

In riferimento al criterio di valutazione n. 10 ossia 'Possibilità di carico e scarico completo in batch di tutti i flaconi', si chiede conferma che l'intento sia quello di premiare i sistemi diagnostici che non prevedano alcuna limitazione sul numero massimo di flaconi che l'operatore può caricare e scaricare in modalità "batch".

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5

Il criterio valuta la possibilità di carico e scarico in batch di tutti i flaconi da processare e processati con un'unica operazione e non il numero dei flaconi caricabili o scaricabili in modalità batch.

***

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6

In riferimento alla Tabella 1 di pag. 8 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il termine 'biennale' nella descrizione 'A) + B) Importo complessivo biennale' sia da intendersi un refuso e che l'importo complessivo pari a € 557.400,00 è da intendersi triennale.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6

Si conferma che l'importo di € 557.400,00 indicato nell'ultima riga della Tabella 1 a pag. 8 del Disciplinare di gara è da riferirsi all'importo complessivo triennale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Sandro Possamai

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOS GARE
Il Responsabile Dr. Sandro Possamai